



Katowice, dnia 04.08.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 22, Nr sprawy: ZP-23-108UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 – Czy zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści korzystniejszy filtr o mniejszej przestrzeni martwej 20ml, gdyż im mniejsza przestrzeń martwa- tzw. bezużyteczna tym mniejszy wysiętek oddechowy dla pacjenta, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 2 - Pakiet nr 8 czy Zamawiający wymaga 2 opakowań po 10 szt., czyli 20szt. klipsownic jednorazowych.

Odp.: Zamawiający wymaga 2 opakowań po 10 szt., czyli 20 szt. klipsownic jednorazowych. Skorygowany załącznik nr 8 (Pakiet nr 8) w załączeniu.

Pytanie 3 - Pakiet nr 2, pozycja nr 1, 2 – Czy zamawiający dopuści produkty równoważne innego producenta? **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie 4 - Pakiet nr 2, pozycja nr 1, 2 – Czy zamawiający dopuści drenaży w rozmiarze CH24 (średnica wew. 5,0mm / średnica zew. 8,0mm)? **Odp.: Zamawiający dopuszcza oraz koryguje zał. Nr 2.**

Pytanie 5 - Pakiet nr 2, pozycja nr 1, 2 – Czy zamawiający dopuści drenaży zakończone z jednej strony uniwersalnym łącznikiem z możliwością docięcia (cut-to-fit), a z drugiej strony elastycznym łącznikiem typu lejek (tak jak dotychczas stosowane)? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 6 - Pakiet nr 5, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o wadze 22g, reszta zgodna z SWZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza. Skorygowany załącznik nr 5 (Pakiet nr 5) w załączeniu.**

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 2 poz.1 i 2** dren sterylny średnicy 24CH spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? **Odp.: Zamawiający dopuszcza oraz koryguje zał. Nr 2.**

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 3 poz.1** końcówkę typu Op-Flex zapakowaną w pojedyncze opakowanie papierowo-foliowe? **Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 9 - Pakiet 5:

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy:

- Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów
- Wykonanie: ABS, papier filtracyjny
- Jednorazowy filtr do usuwania wirusów i bakterii
- Wydajny przy niskich przepływach
- Opakowanie: blister : 1 sztuka
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
- Gramatura filtra 30g-33g
- Przestrzeń martwa 29 ml

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.



Pytanie 10 - Pakiet 5:

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy:

- Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonanie: ABS, papier filtracyjny
- składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej.
- Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta
- Wymienia energię cieplną wdychanego i wydychanego powietrza
- Niskie opory przepływu
- Opakowanie: blister : 1 sztuka
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
- Gramatura filtra 30g-33g
- Przestrzeń martwa 19 ml

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 11 - Pakiet nr 5 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie - Filtr elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,99\%$, i wirusowej $\geq 99,9\%$, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 16,8 g, objętość wewnętrzna 35 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu $\leq 0,9$ cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.**

Pytanie 12 - Załącznik nr 11 do SWZ Umowa (projekt) § 3 ust. 5 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 13 - § 4 ust. 1 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wskazanych w przedmiotowym ustępie do 0,2 %? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

Pytanie 14 - § 4 ust. 2 i 3 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wskazanych w przedmiotowych ustępach do 10%? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

Pytanie 15 Pakiet nr 5 – Filtry oddechowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjno-antywirusowy, przestrzeń martwa 42ml, obj. oddechowa >150ml. Złącza 22M sterylne, higroskopijny, trwałość filtra 24h, skuteczność filtracji względem wirusów 99,998 , waga 23 g.

Odp.: Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 16 - Pytanie 1 dot. załącznika nr 14 do SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

Pytanie 17 - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 18 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.** W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu



dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 19 - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 21 - Pakiet 2 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 1,8 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim. **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 5 mm, długość 1,8 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 23 Pakiet 2 pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim. **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 24 - Pakiet 6 Poz. A i B Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy znajdowało się oznaczenie "VOL". **Odp.: Zamawiający nie oczekuje.**

Pytanie 25 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaofiarowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaofiarowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia. **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 26 Pakiet 2 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o śr. wew 6 mm zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm bez możliwości przycinania. Reszta parametrów zgodna z SWZ. **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

Pytanie 27 - Pakiet 3 Poz. C Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki zakończonej kulką, która funkcjonalnie posiada takie samo zastosowanie. Reszta parametrów zgodna z SWZ. **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Pytanie 28 - Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o wadze 21g, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza. Skorygowany załącznik nr 5 (Pakiet nr 5) w załączeniu.**