



Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z  
MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO  
znak sprawy WSzSL/FZ-101A/24**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

**dotyczy Części 1**

**Pytanie 1-** Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 miesiące w Bennet 840 i co 36 m-cy w Bennet 980. Czy Zamawiający wymaga, aby ceny tych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie przeglądów? Jeżeli Zamawiający wymaga to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń z podziałem na modele wymagających wymiany tych części.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga wymiany czujników tlenu i akumulatorów we wszystkich aparatach wskazanych w Załączniku 2A do SWZ.**

**Pytanie 2-** Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają przeglądowi obejmującemu wymianę zestawu serwisowego 10K. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wliczyć koszty zestawu serwisowego 10K? Jeżeli Zamawiający wymaga to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń z podziałem na modele wymagających wymiany zestawu 10K

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga wymiany czujników tlenu i akumulatorów we wszystkich aparatach wskazanych w Załączniku 2A do SWZ bez zestawów 10K.**

**Uwaga!**

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  
*Tomasz Uher*  
lek. med. Tomasz Uher