

Miechów, dnia 18 stycznia 2020 r.

/do wszystkich uczestników postępowania/

Nr sprawy: 50/2020 - Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

1. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.

Czy Zamawiający w pkt.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuści Łóżko szpitalne, gdzie wysokość leża od podłogi wynosi 400 mm?

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza.

2. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.

Czy Zamawiający w pkt.17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuści Łóżko szpitalne, posiadające barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52? Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łózkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża - po 1 komplecie do 6 łóżek (pozostałe bez poręczy).

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza.

3. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.

Czy Zamawiający w pkt.17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuści Łóżko szpitalne, posiadające na wyposażeniu ortopedyczną ramę wyciągową wykonaną ze stali nierdzewnej, spełniającą pozostałe wymogi Zamawiającego?

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza.

4. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.

Czy Zamawiający w pkt.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuści Łóżko szpitalne, gdzie wysokość leża od podłogi wynosi 400 mm?

Ad. 4 Zamawiający nie dopuszcza.

5. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.

Czy Zamawiający w pkt.17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuści Łóżko szpitalne, posiadające barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52? Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łózkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża - po 1 komplecie do każdego łóżka

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.

6. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.

Czy Zamawiający w pkt.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową,

gdzie Szerokość szafki: 400 mm?

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza.

7. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.

Czy Zamawiający w pkt.5 i 6. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, bez wkładu bocznego i chromowanych prętów zabezpieczających przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie? Oferowana szafka posiada wewnątrz półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, nie ma potrzeby ich przechowywania na zewnątrz.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.

8. Szafka przyłóżkowa – 147 szt

Czy Zamawiający w pkt.14. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, przejezdną z blokadą czterech kół wykonanych z tworzywa?

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza.

9. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.

Czy Zamawiający w pkt.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie Szerokość szafki: 560 mm?

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza.

10. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.

Czy Zamawiający w pkt.7. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie regulacja wysokości blatu bocznego : 780 – 1180 mm?

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza.

11. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.

Czy Zamawiający w pkt.10. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie głębokość blatu bocznego wynosi 320 mm?

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza.

12. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.

Czy Zamawiający w pkt.18. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, przejezdną z blokadą czterech kół wykonanych z tworzywa?

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmienia **termin składania** ofert z dnia 20 stycznia 2021 godzina 10:00 na dzień **22 stycznia 2021 godzina 10:00** oraz **termin otwarcia** ofert z dnia 20 stycznia 2021 godzina 10:15 na dzień **22 stycznia 2021 godzina 10:15**.