



Znak: AE/ZP-27-61/21

Tarnów, 2022-01-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-4.** prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z posiadanymi urządzeniami wydanego przez producenta urządzenia Airvo2?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-3.** W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań. Tj. Poz. 1 – 100 szt. = 10 opakowań a'10 szt., Poz. 2 – 120 szt. = 6 opakowań a'20szt., Poz.3 – 60 szt. = 30 opakowań a'2 szt.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.: 2, 3, 4.** Prosimy o dopuszczenie masek wielorazowego użytku z pompowanym mankietem z możliwością dopełniania oraz przeźroczystą kopułą, rozmiary 5 (dla dorosłych), 3/4 (dla małych dorosłych), 2 (dla dużych dzieci)
4. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 6.** Prosimy o dopuszczenie worka samorozprężalnego o objętości 200-250 ml, spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia, wyposażonego w wielorazowy rezerwuuar tlenu o objętości 1500 ml, wykonany z polietersulfonu/poliuretanu termoplastycznego, gdyż rezerwuuary tego typu posiadają jednakową objętość (1500 ml) niezależnie od wielkości resuscytatora.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-4** przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania SWZ.

**Ad 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-3** jednostki miary. Równocześnie Zamawiający prosi o uważne zapoznanie się z zapisami Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do SWZ). W Formularzu Cenowym Wykonawca winien podać ilość zaoferowanych opakowań danego przedmiotu zamówienia oraz wielkość opakowań i ich cenę netto i brutto. „W przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę.”

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 w poz. 2-4** masek wielorazowego użytku z pompowanym mankietem z możliwością dopełniania oraz przeźroczystą kopułą: w **poz. 2** - rozmiar 5 (dla dorosłych), **poz. 3** – rozmiar 3/4 (dla małych dorosłych), **poz. 4** – rozmiar 2 (dla dużych dzieci), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ..

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 w poz. 6** worka samorozprężalnego o objętości 200-250 ml, wyposażonego w wielorazowy rezerwuuar tlenu o objętości 1500 ml wykonany z polietersulfonu/poliuretanu termoplastycznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*