



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa: naprawy videokolonoskopu typ EC-760R-V/I nr inwentarzowy TN 802/1852 dla Pracowni Kolonoskopii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Awaryjna naprawa Videokolonoskop typ EC-760R-V/I sn: 4C728K072 (TN 802/1852):

Zwulkanizowany pancierz węglownika, uszkodzona mikrokamera, obraz prześwietla na niebiesko, wyeksploatowany zespół napędu oraz kanały robocze.

Do wymiany:

- mikrokamera
- zespół napędu
- pancierz węglownika
- kanał woda – powietrze
- kanał spłukiwania na wprost
- kanał biopsyjny z pierścieniem
- osłona obiektywy
- dysza
- tuleja
- osłona gumowa końcówki skrętnej
- inne części drobne

Przegląd techniczny

Warunki wykonania usługi:

- dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz zamontowanie ich do ww. urządzenia (wymagane jest oświadczenie o zastosowaniu oryginalnych części zamiennych użytych przy naprawie);
- sprawdzenie poprawności działania urządzenia;
- wpisy w paszporcie technicznych potwierdzającego sprawność urządzenia z dopiskiem: „sprawny – dopuszczony do eksploatacji”.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.