

WARUNKI OCENIANE

L.p.	OPIS PARAMETRÓW	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Parametry oferowane
1.	sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowniczej i wyładowniczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 6,5" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym	Tak Przekątna ekranu = 6,5" – 0 pkt; Przekątna ekranu > 6,5" – 10 pkt	
2.	wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu	Tak Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki na papierze o szerokości: ≥ 10 cm – 10 pkt. < 10 cm – 0 pkt.	
3.	liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika.	Tak Ilość programów = 20 – 0 pkt Ilość programów > 20 – 10 pkt	

Uwagi:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

¹Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ