



Wałcz, dnia 04 lipca 2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: Wykonania usługi rocznego przeglądu Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla potrzeb Centralnej Sterylizacji oraz Bloku Operacyjnego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz.

Opis zakresu prac:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia oraz jego opis: dostawa, usługa, robota budowlana*

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu Stacji Uzdatniania Wody dla potrzeb Centralnej Sterylizacji i Bloku operacyjnego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44.

2. Ogólne wymagania dotyczące usługi:

Wykonanie rocznego przeglądu technicznego SUW będzie polegało na:

- 1) wymianie niżej wymienionych elementów:
 - a) Kompletne złoże filtra węglowego,
 - b) Kompletne złoże filtra odżelaziającego,
 - c) Kompletne złoże filtra MixBed,
 - d) Kompletne złoże do dwóch kolumn zmiękczających,
 - e) Palnik lampy UV wody demi,
 - f) Wkład osłonowy przed RO,
 - g) Wkład osłonowy wody miękkiej,
 - h) Wkład oddechowy,
 - i) Miernik przewodności wraz z sondą nowej generacji z ciągłym pomiarem wody demi wraz z programowalnym progami alarmowym oraz dostawą i montażem po kolumnie MIXBED,
 - demontaż istniejącego miernika przewodności,
 - modernizacja instalacji PCV,
 - Montaż nowego miernika przewodności,
 - wykonanie kalibracji,
 - sprawdzenie poprawności działania,
- 2) Testowaniu urządzenia sterującego kolumną filtra odżelaziającego oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra
- 3) Testowaniu urządzenia sterującego kolumną filtra węglowego oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra,
- 4) Testowaniu urządzenia sterującego zmiękczaczem nr 1 oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra,
- 5) Testowaniu urządzenia sterującego zmiękczaczem nr 2 oraz sprawdzenie poprawnego



107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



- działania filtra,
- 6) Przeglądzie i sprawdzeniu odwróconej osmozy,
 - 7) Przeglądzie i sprawdzeniu lampy UV,
 - 8) Przeprowadzeniu czynności regulacyjnych,
 - 9) Przeglądzie i kalibracji miernika przewodności,
 - 10) Sprawdzeniu poprawności działania pomp wody surowej,
 - 11) Sprawdzeniu poprawności działania pompy wody uzdatnionej.

Podstawą do odbioru Przedmiotu Zamówienia będzie:

1. Protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego
2. Wykaz parametrów technicznych pracy stacji wymienionych poniżej:

Woda surowa:

- Przewodność
 - Twardość
 - pH
 - Żelazo
 - Wolny chlor
- a) Po filtrze po zbiorniku wody surowej
 - Żelazo
 - Wolny chlor
 - b) Po zmiękczaczu
 - Nr 1 Twardość
 - Nr 2 Twardość
 - c) Po filtrze węglowym
 - d) Odwrócona Osmoza
 - Ciśnienie wejście
 - Ciśnienie pompy
 - Q produktu
 - Przewodność produktu
 - Przewodność na wejściu
 - Ciśnienie w pętli
 - e) Kolumna MIX BED
 - Przewodność na wyjściu

3. Termin realizacji zamówienia:

Do 30 dni od dnia podpisania Umowy

4. Kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 100%

5. Założenia w zakresie rozliczenia płatności za wykonaną pracę:

- a) Wynagrodzenie będzie płatne w jednej transzy,
- b) Termin płatności – 60 dni od dnia wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz otrzymania faktury.

107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002



107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



- c) Cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dojazdu oraz noclegów osób realizujących pracę w imieniu wykonawcy na rzecz Zamawiającego.

6. Dodatkowe wymagania:

Uwaga !!! Przed złożeniem oferty wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.

- 1) Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny, a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.
- 2) Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej **na dzień 9 lipca 2024 r. – pierwszy termin** oraz **na dzień 10 lipca 2024 r. – drugi termin**, w godzinach od 10.00 do 11.00.

Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązani są do stawienia się na terenie szpitala pod adresem: ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz najpóźniej o godz. 9.50.

- 3) Jednocześnie w celu sprawnego przebiegu wizji lokalnej wykonawcy proszeni są o zgłoszenie swojego udziału, na podany poniżej adres poczty elektronicznej, **do dnia 8 lipca 2024 r. – pierwszy termin** oraz **do dnia 9 lipca 2024 r. – drugi termin**.

- 4) Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wizji lokalnej, po stronie Zamawiającego to

Imię i nazwisko: Michał Domagalski

Numer telefonu do kontaktu: +48 603 173 033

Adres poczty elektronicznej: e-mail: mdomagalski@107sw.pl

- 5) Zamawiający informuje, iż podczas wizji lokalnej nie będzie można zwracać się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający także nie będzie udzielał wyjaśnień na ewentualnie zadawane pytania.

7. Osoby uczestniczące w procedurze udzielania zamówienia oraz wyznaczone do kontaktowania się z wykonawcami:

Wszelaka korespondencja w sprawie prowadzonego postępowania odbywać się będzie poprzez Platformę zakupową.

- a) W zakresie procedury o udzielnie zamówienia publicznego:
Pracownik działu infrastruktury i zaopatrzenia, pani Paulina Bilińska – nr. tel. +48 261 47 28 12;
- b) W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Kierownik działu infrastruktury i zaopatrzenia, pan Michał Domagalski – nr tel. +48 603 033 173;

8. Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 15 lipiec 2024 r. godz.: 10:00

9. Ofertę cenową proszę przesłać za pomocą Platformy zakupowej.

ppłk Piotr JĘCKA

SZEF LOGISTYKI

107 Szpital Wojskowy SPZOZ w Wałczu
78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

.....
(podpis i pieczęć kierownika komórki merytorycznej)

107. SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
Telefon 261 47 28 09; Fax 261 47 28 20
Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie
Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002