



Poznań, dnia 13.11.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-94/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych w podziale na 14 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pytanie 1. do zadania nr 5

Szanowni Państwo.

Czy Zamawiający wymaga łyżek laryngoskopowych wielorazowa dla dorosłych o poniższych parametrach?

Łyżki laryngoskopowe Sirius XL - wielokrotnego użytku z wtopionym na stałe światłowodem z włókna szklanego, eliminując konieczność demontażu światłowodu do procesu czyszczenia i sterylizacji.

- Łyżka z powłoką antyodblaskową, satynowe wykończenie. 5 lat gwarancji lub 4000 cykli sterylizacji w autoklawie.
- Zatopiony w obudowę rdzeń włókna, zapewnia jak najmniejsze ograniczenie widoczności.
- Światłowod wykonany z polerowanego rdzenia akrylowego o średnicy 4 mm dla maksymalnego oświetlenia.
- Podstawa łyżki w zielonym standardzie ISO 7376, zapewniająca pełną kompatybilność z rękojeściami w standardzie ISO 7376.
- 3 metalowe łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne i stabilne zamocowanie do haka rękojeści.
- Atraumatyczna końcówka łyżki.
- Rozmiar łyżki z wyraźnym oznaczeniem z tyłu ostrza.

SIRIUS XL Macintosh rozmiar 3 135mm x 24mm



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

