

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Znak sprawy ZP- XI REACT-EU /D/1/2023

Gdynia 20.07.2023r.

### Zmiana treści SWZ

Dotyczy: zakupu autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdyni

Na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający zmienia treść SWZ w przedmiotowym postępowaniu w zakresie :

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy w **Części 1 Autoklaw laboratoryjny jest:**  
Podłączenie elektryczne – zasilanie z gniazdka trójfazowego 400V,

**winno być:**

Podłączenie elektryczne – zasilanie z gniazda trójfazowego 400V lub z gniazda o napięciu 230V

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony wzór Załącznika nr 1 do SWZ Formularz cenowy z uwzględnieniem ww. zmianami w części 1 Autoklaw laboratoryjny

**UWAGA:** Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

.....  
Kierownik zamawiającego

**Powyższe zmiany wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.**