



Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych



Kościerzyna, dnia 18.06.2021r.
ZP.272.28.2021

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. **284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), **Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **2021/BZP00083086/01** z dnia 15.06.2021r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: **Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie, ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Kościerzynie”** w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pytanie nr 1:

w odpowiedzi na postępowanie zakupowe zwracamy się do Państwa z pytaniami dotyczącymi specyfikacji. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci aparatu EEG o następujących parametrach:

Urządzenie do pomiaru:

1. Głowica wyposażona w cztery kanały pomiarowe
2. Wielokanałowe protokoły kliniczne
3. Biofeedback wzrokowy oraz słuchowy
4. Analiza FFT oraz protokół oceny Z-Score
5. Możliwość projektowania własnych wykresów do oceny postępu terapii
6. Wsparcie protokołów unipolarnych, bipolarnych i koherencji
7. Specjalistyczne gry 3D do neurofeedbacku
8. Oprogramowanie do diagnostyki qEEG
9. Zasilanie bateryjne pozwalające na pracę przez parę miesięcy na jednym ładowaniu
10. Komplet elektrod EEG oraz past przewodzących
11. Dwuletnia gwarancja producenta

Laptop:

1. Możliwość dobrania dowolnego komputera, którego minimalne wymagania to:
 - Windows 7/8/10
 - Intel Dual Core
 - 4 GB RAM
 - Rozdzielczość natywna min. 1600x900
 - Port USB

Drukarka:

1. Możliwość wydruków w kolorze oraz czarno-białych
2. Format wydruku: A4
3. Drukarka laserowa

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych



Słuchawki:

1. Do wyboru słuchawki nauszne oraz douszne tłumiące dźwięki z otoczenia

Telewizor:

1. Możliwość dobrania dowolnego telewizora

Zestaw klawiatura i mysz:

1. Możliwość wyposażenia aparatu w Multi-funkcyjną klawiaturę przeznaczoną do wykonywania badań, jak i również możliwe jest wybranie innej dowolnej klawiatury oraz myszy komputerowej

Odpowiedź 1:

Zamawiający w porozumieniu z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie nie wyraża zgody na zmianę parametrów urządzenia Aparat EEG - elektroencefalograf.

Pytanie 2

Przesyłam poniżej pytanie do postępowania. Pytanie dotyczy miksera z wbudowanym wzmacniaczem. Zamawiający w opisie miksera zawarł wymaganą moc 2 x 400W. Dodatkowo w dalszej części opisu zamawiający określił "Moc 400 + 400 w rms @ 4 Ω 250 + 250 w rms @ 8 Ω". Opis podany przez zamawiającego widnieje na jednej ze stron polskich sklepów który jest sprzedawcą wielu urządzeń. Natomiast przeglądając właściwą kartę katalogową producenta opis jest już inny. Zachodzi podejrzenie iż został uwzględniony nieprawidłowy opis który nie uwzględnia właściwych parametrów urządzenia. Informujemy iż na rynku zintegrowanych mikserów z wbudowanym wzmacniaczem nie ma urządzenia, które spełni te wymagania (biorąc pod uwagę również wszystkie inne parametry). Istnieje co prawda wzmacniacz ale jego moc jest określana na "Moc 350 + 350 w rms @ 4 Ω 250 + 250 w rms @ 8 Ω". Istnieje prawdopodobieństwo omyłki w związku z czym prosimy o zmianę parametrów na właściwe dzięki czemu będzie można zaproponować urządzenie spełniające wymagania.

Odpowiedź 2:

Zamawiający w porozumieniu z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie nie wyraża zgody na zmianę treści opisu zestawu nagłaśniającego.

Pytanie 3

Przesyłam pytanie do postępowania. Pytanie dotyczy laptopa konwertowalnego z odwracaną matrycą 360 stopni. Zamawiający wymaga aby laptop miał wagę nie większą niż 1,3kg. Biorąc pod uwagę wszystkie inne parametry zamawiający dość rygorystycznie opisuje przedmiot zamówienia i nie daje możliwości zaproponowania innych produktów jak tylko ACER SPIN. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie laptopa o nieznacznie większej wadze tj. 1,49kg. Różnica jest nieodczuwalna a dzięki temu będzie można zaproponować szerszą gamę produktów i nie będzie ograniczenia konkurencji.

Odpowiedź 3:

Zamawiający w porozumieniu z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie dopuszcza możliwość dostarczenia laptopa 2 in 1 o wadze maksymalnej łącznie z baterią wynoszącej 1.5kg.

STAROSTA

Aniela Żurawska

(podpis kierownika Zamawiającego)

Otrzymuje:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna
2. Wykonawcy
3. a/a