

Konin, 16.06.2020r.

WSZ-EP-20/584/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

PAKIET 13

Poz. 7, 8

Prosimy o wydzielenie pozycji 8 i 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Poz. 7, 8

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje mankietów wielorazowych czy jednopacjentowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje mankietów wielorazowych, reszta zgodnie z SIWZ i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 13 poz. 7 i 8. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Jeśli Zamawiający oczekuje mankietów wielorazowych, prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych wykonanych z poliestru i poliamidu, z siateczką na przedniej ścianie, umożliwiającą podgląd tłoczonego płynu, wyposażonych w manometr ze skalą 0-300 mmHg, bez kolorowego oznaczenia strefy roboczej oraz gruszkę do napełniania z zaworem zamykanym za pomocą pokrętła, z możliwością dezynfekcji powierzchniowej oraz prania w 30°C, tylna strona mankietu wzmocniona wkładką, zapobiegającą odkształcaniu się mankietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Jeśli Zamawiający oczekuje mankietów jednopacjentowych, prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych wykonanych z poliuretanowych, laminowanych włókien, z siateczką na przedniej ścianie, umożliwiającą podgląd tłoczonego płynu, wyposażonych w manometr słupkowy ze skalą 0-300 mmHg, z kolorowym oznaczeniem strefy roboczej oraz gruszkę do napełniania z zaworem zamykanym za pomocą pokrętła

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych o pojemności do 500 ml, bez możliwości jej zwiększenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych o pojemności do 1000 ml, bez możliwości jej zwiększenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

PAKIET 14

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach:

zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy
- konwekcyjnych w tym WarmTouch (system mocowania za pomocą wiązania/zapięcia velcro, niewymagający stosowania adaptera)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 1 i 2. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pkt. 1.1

Prosimy o dopuszczenie kołderki na całe ciało dla pacjenta dorosłego, o wymiarach: 195 x 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 1.1. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pkt. 1.2

Prosimy o dopuszczenie kołderki na dolną część ciała / dla dzieci, o wymiarach: 120 x 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 1.2 Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie kołderki na górną część ciała, typu ARM IN (ramiona wzdłuż), o wymiarach: 124 x 94 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 2. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

lub

Prosimy o dopuszczenie kołderek na górną część ciała, typu ARM OUT (ramiona rozłożone), o wymiarach: 192 x 57 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 14 poz. 2. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

PAKIET 18

Poz. 1, 3

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, nie zawierających lateksu,
Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową, rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ± 2 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla niemowląt, dzieci i dorosłych) oraz

± 3 cyfry (w czujnikach przeznaczonych dla noworodków)

Prosimy o odstąpienie od wymogu zapisywania i przekazywania historii zdarzeń zapisanej w czujniku (oryginalne czujniki nie posiadają już tej funkcjonalności) oraz o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor, w przypadku zaoferowania czujników o współpracujących ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym zbliżonym z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność. (Informujemy, iż obecna konstrukcja pakietu powoduje, że do postępowania może przystąpić tylko jeden wykonawca)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników samoprzylepnych dla niemowląt o wadze od 1 do 20 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 18 poz. 3. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.