

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.191.2023.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę miniwirówki z chłodzeniem i z rotorami dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Pytanie 1 Dotyczy Zał. nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz SWZ Czy Zamawiający dopuści wirówki IVD posiadające certyfikat CE, które są zaklasyfikowane jako wyrób medyczny z 8% VAT-em? Parametry urządzenia zgodne z OPZ.	Zamawiający informuje, że w rozdziale XV pkt 4 SWZ zawarte są informacje dotyczące podatku VAT.
2.	Pytanie 2 Dotyczy Projekt Umowy tj. załącznik nr 5 do swz projekt umowy 191, § 7 Gwarancja i rękojmia, Pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie „czasu reakcji” dla Wykonawcy z 2 do 4 dni roboczych? <i>„do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę poprzez stawiennictwo w miejscu wystąpienia awarii, bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w przypadku, gdy charakter awarii będzie na to pozwalał.”</i>	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 5 do SWZ – projekt umowy” w § 7 pkt 5 – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – projektem umowy z dnia ⁰⁹ ...01.2024 r”.
3.	Pytanie 3 Dotyczy Projekt Umowy tj. „załącznik nr 5 do swz projekt umowy 191”, § 7 Gwarancja i rękojmia, Pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do usunięcia wszelkich wady, za które odpowiada Wykonawca z tytułu gwarancji lub rękojmi z 10 do 14 dni roboczych? a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni? Magazyny producenta znajdują się po za terytorium RP co może wpływać na czas usunięcia wad.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 5 do SWZ – projekt umowy” w § 7 pkt 6 – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – projektem umowy z dnia ⁰⁹ ...01.2024 r”.
4.	Pytanie 4 Dotyczy Projekt Umowy tj. „załącznik nr 5 do swz projekt umowy 191”,	Zamawiający wyraża zgodę.

<p>§ 7 Gwarancja i rękojmia, Pkt. 7 Czy w przypadku trzykrotnej awarii Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu z 14 do 21 dni roboczych? <i>„od dnia zgłoszenia tego faktu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 5, na nowy wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych”</i></p>	<p>Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 5 do SWZ – projekt umowy” w § 7 pkt 7 – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – projektem umowy z dnia ⁰⁹.....01.2024 r”.</p>
---	--

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2024 r. do godz. 11:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2024 r. o godz. 11:05, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia ⁰⁹.....01.2024 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Projekt umowy o nazwie „Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy z dnia ⁰⁹.....01.2024 r.”, który zastępuje dotychczasowy „Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy”.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

PROREKTOR
ds. Badań Naukowych
prof. dr hab. Wiesław Laskowski

Z poważaniem