

K-GT-43-232-5/2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”, wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art.135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Dotyczy zadania 8 - Respiratora

- 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści respirator transportowy bez trybu BiLVL, z trybem IPPV (inna nazwa trybu A/C), trybem CPAP, z funkcją potwierdzenia zmiany parametrów oddechowych zamiast funkcji blokady przycisków, z prezentacją parametrów wentylacji w formie manometru i formie liczbowej (zamiast krzywych), respirator spełnia pozostałe parametry SIWZ?**

Zamawiający nie dopuszcza respiratora transportowego bez trybu BiLVL . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- 2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy oczekuje żeby respirator miał możliwość pracy z butlami na powietrze, w związku z tym zamiast butli O2 i reduktora tlenowego dostarczony został osprzęt umożliwiający zasilanie respiratora powietrzem?**

Zamawiający nie wymaga zasilania z butli wypełnionej powietrzem. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- 3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy oczekuje, żeby wyświetlacz w dostarczonym respiratorze posiadał przekątną co najmniej 5 cali, co umożliwi łatwiejszą obsługę i kontrolę ustawień respiratora?**

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

PYTANIE 2

Dotyczy zadania 4 i 6

- 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu następujących pozycji: z zadania 4 poz. 7,12 oraz 13; z zadania 6 poz. 1,2,3,4,5,8,9,10,11 oraz 12? Utworzenie nowego pakietu pozwoli na**

K-GT-43-232-5/2021

złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność cenową.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu następujących pozycji: z zadania 4 poz. 7,12 oraz 13; z zadania 6 poz. 1,2,3,4,5,8,9,10,11 oraz 12.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy w zadaniu 6 pozycji 3 – trenażera iniekcji śródskórnych Zamawiający dopuści trenażer o następujących właściwościach:

Model ćwiczeniowy do nauki iniekcji śródskórnej

Model, który stwarza możliwości bardzo realistycznych ćwiczeń i demonstracji iniekcji śródskórnych.

W skład zestawu wchodzi odlew rzeczywistego przedramienia (na odcinku od nadgarstka do łokcia). Ramię zawiera osiem miejsc przeznaczonych do śródskórnych wstrzyknięć (4 na wewnętrznej stronie i 4 na zewnętrznej).

Przy prawidłowym zaaplikowaniu cieczy we właściwe miejsce pojawia się charakterystyczny bąbel pod skórą. Po wykonanym ćwiczeniu należy wycofać płyn w celu usunięcia bąbla.

Wyniowa „skóra” zapewnia tak realistyczne odczucia i wygląd, że szkolenie bardzo dokładnie oddaje rzeczywiste sytuacje.

Materiał pozwala również na wielokrotne wkłucia w to samo miejsce.

I. Specyfikacja techniczna:

Waga: około 0.9 kg

Wymiary: 33 x 27,9 x 12,7 cm

Model ramienia

Uszczelniacz

Strzykawka

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. Zadane pytanie nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Jest opisem funkcjonalności sprzętu proponowanego przez pytającego.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy w zadaniu 6 pozycji 5 – trenażera badania gruczołu piersiowego Zamawiający dopuści trenażer, którego nie można stosować na pozorancie, ale ma znacznie większe możliwości treningowe ze względu na dużą ilość zmian, które prowadzący zajęcia może rozmieszczać samodzielnie w modelu?

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

PYTANIE 3

Dotyczy ogólnych zapisów umowy

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na rezygnację z montażu i szkolenia pozycji z zadań 4 oraz 6 lub nowoutworzonego

K-GT-43-232-5/2021

zadania, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na wcześniejsze pytanie? Wskazane w zapytaniu modele są bardzo proste w obsłudze, nie wymagają specjalistycznego szkolenia lub montażu. Rezygnacja ze wskazanego wymagania pozwoli obniżyć koszty realizacji zamówienia, a co za tym idzie, przełoży się w sposób korzystny na cenę w złożonych ofertach.

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy pozostają bez zmian.