



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH
im. św. Jana Pawła II
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl

NIP 755-16-33-549 REGON 531172135



Nr sprawy DZP 2375/13/2024

Głuchołazy, dn. 03.10.2024r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: **„Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: dotyczy pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowaną baterią pozwalającą na 45 min pracy ładowaną za pomocą kabla zasilającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wadze 12kg (dostarczony wraz z wózkiem jezdnym)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: dotyczy pkt. 7

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 2 materiały zużywalne tj. oddzielny pakiet odczynnikowy (zestaw odczynnikowy zawierający wszystkie odczynniki, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, płyn płuczący oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki) oraz oddzielną kasetę zawierającą sensory?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który wyświetla wynik na ekranie analizatora oraz z możliwością wydrukowania wyniku. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia analizatora do sieci HIS/LIS Zamawiającego? (transmisja dwukierunkowa).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, który wyświetla wynik na ekranie analizatora oraz z możliwością wydrukowania wyniku oraz jednocześnie spełnia wymagany parametr w pkt.11 tj. wyniki powinny być generowane do PDF lub innego formatu tekstowo-graficznego, zapisywane na zasobie sieciowym Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z dodatkową możliwością podłączenia do sieci HIS/LIS.

Pytanie 5: dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym po każdym badaniu wykonywana jest sprawdzanie systemu w celu sprawdzenia poprawności działania aparatu a kontrola jakości wykonywana jest 3 razy dziennie na 3 poziomach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym nie ma potrzeby wykonywania kalibracji przed każdym oznaczeniem? Kalibracja 1-punktowa wykonywana jest co 2 godz i z każdą próbką oraz 2-punktową co 4 godz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: dotyczy pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści analizator z wbudowaną drukarką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: dotyczy pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o dwa materiały zużywalne pozwalające na wykonanie 625 badań, które spełniają poniższe parametry:

- kompatybilne z oferowanym analizatorem
- jednorazowego użytku, zawierające elektrody i płyny kalibracyjne
- Umożliwiający jednoczesowy pomiar z jednej próbki pacjenta parametrów tj. PH, PO₂, PCO₂, NA+, K, CA++,CL, glukoza mleczan, hemoglobina, kreatynina, mocznik

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: dotyczy pkt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kapilary w ilości szt.: 1300 szt.

- kompatybilne z oferowanym analizatorem
- wykonane z plastiku, giętkie i odporne na złamania
- wyposażone w zatyczki i opłetek

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: dotyczy pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający automatyczny system kontroli jakości zintegrowany z pakietem odczynnikowym wykonujący oznaczenie na trzech poziomach codziennie z niezależnych płynów kontrolnych, odstępując tym samym od wymogu dostarczenia ampułek z materiałem kontrolnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 3 – Projekt umowy:

- Czy zamawiający dopuszcza obniżenie stawki o której mowa w par. 6 ust. 1a oraz 1b 0,1% za dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy zamawiający dopuszcza obniżenie stawki o której mowa w par. 6 ust. 4 do 20%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust. 4 i 6 oraz wymogów wykonywania przeglądów zawartych w załączniku nr 4 Karta gwarancyjna (pakiet nr 2- analizator parametrów krytycznych) : W związku z tym iż producent nie przewiduje procedury przeglądowej analizatora parametrów krytycznych, na co Oferent złoży stosowne dokumenty wraz z ofertą, prosimy o zgodę na odstąpienie od wymogu wykonywania przeglądów okresowych. Zgodnie z dokumentacją producenta, procedura kalibracji karty odczynnikowej, która wykonywana jest przez analizator automatycznie przed wykonaniem każdego badania, oraz okresowe wykonanie procedury badania kontroli jakości w oparciu o dedykowane płyny

kontrolne, z wynikiem pozytywnym, są jedynymi procesami wymaganymi do pozytywnej weryfikacji urządzenia, pod kątem diagnostycznym i oceny poprawności jego działania. Dlatego też wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy również o modyfikację wzoru umowy i karty gwarancyjne wpisując we wskazanych zapisach dot. przeglądów „nie dotyczy pakietu nr 2”.
Odpowiedź: Zgodnie z paragrafem 5 ust.4: „Przeglądy techniczne będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta”- jeżeli producent nie przewiduje obowiązku wykonywania przeglądów gwarancyjnych i zostanie przedstawiony na potwierdzenie stosowny dokument, to zapisy dotyczące przeglądów nie obowiązują.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt.6 minimalnych warunków karty gwarancyjnej, który po zmianie brzmi: „6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji, rękojmi oraz w wyniku przeglądu, jeżeli taki jest zalecany przez producenta, Zamawiający uwzględni pracochłonność czynności naprawczych”.

2. Dotyczy zapisów wzoru umowy par. 5 Gwarancja, przegląd techniczne oraz załącznika nr 4 Karta gwarancyjna w pkt. 2 d) i pkt. 3 załącznik nr 4 do umowy (pakiet nr 2):

W związku z tym iż producent w procedurze serwisowej: - w przypadku usterki, której nie można usunąć w lokalnym punkcie serwisowym, przewiduje odesłanie urządzenia do serwisu centralnego mieszczącego się poza granicami Polski,

- w takim przypadku w ramach procedury naprawy (usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy) klienta otrzymuje w zamian drugi egzemplarz urządzenia, tożsamy co do parametrów technicznych z urządzeniem pierwotnie zakupionym przez klienta

- dostarczone urządzenie pochodzi z puli egzemplarzy serwisowych producenta, które przeszły fabryczny proces odnowienia (refurbish) zwracamy się z wnioskiem o akceptację takiej procedury usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy przez Zamawiającego i nie traktowanie jej jako dostawa urządzenia fabrycznie nowego w przypadku którego, zgodnie z pkt. 3 umowy okres gwarancji biegnie na nowo.

Jednocześnie wnosimy o uznanie w takim przypadku, poprzez stosowny zapis w umowie, że okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas dostawy urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy zapisów załącznika nr 4 Karta gwarancyjna pkt. 2 d) i pkt. 3 oraz wzoru umowy par. 5 (dotyczy pakietu nr 2):

Ponieważ zgodnie z Par 5 umowy wykonawca ma Prawo do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy poprzez jego naprawę, prosimy o zgodę na modyfikację zapisu pkt. 2 d) i pkt. 3 karty gwarancyjnej w taki sposób aby konieczność wymiany przedmiotu umowy na nowy, i związany z tym faktem odnowienie okresu gwarancji, obowiązywało wykonawcę w przypadku 3 krotnej nieudanej naprawy przedmiotu umowy .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SWZ dla Pakietu nr 2 – Analizator parametrów krytycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA pkt 1:

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym mierzone są następujące parametry: pH, pCO₂, pO₂, TCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺, Cl⁻, Hct, Glu, Lac, Crea, BUN, Urea?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

.....Kierownik Zamawiającego.....