



WSzSL/FZ.381.39/24. 319 .2024

Legnica 18.06.2024 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO znak sprawy WSzSL/FZ-39/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpływaniem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1

pytanie do części 4 - wagi niemowlęce elektroniczne:

Czy Zamawiający dopuści terminal o wymiarach 181×136×60 mm, pole wyświetlania wyniku 107x28mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 2

Pytanie nr 2

część 41:

Czy zamawiający dopuści woreczki o wymiarach 15x18 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

Pytanie nr 3

część 41:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 3

Pytanie nr 4

Dotyczy części 21- stanowiska do pielęgnowania niemowląt z szafką

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowiska do pielęgnacji niemowląt z szafką, które posiadają dopuszczalne obciążenie 75 kg?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 5

Dotyczy części 21- stanowiska do pielęgnowania niemowląt z szafką
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowiska do pielęgnacji niemowląt z szafką, które nie posiadają stopek regulacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 6

Dotyczy części 21- stanowiska do pielęgnowania niemowląt z szafką
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowiska do pielęgnacji niemowląt z szafką, które posiadają wysokość do leża 78 cm, wysokość całkowitą 99 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 7

Dotyczy części 22- stanowiska do pobierania krwi
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowiska do pobierania krwi, których całkowita wysokość wynosi 825 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 8

Dotyczy części 18 - kozetki lekarskie regulowane hydraulicznie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki lekarskie regulowane, które posiadają regulację wysokości leża elektryczną zamiast hydraulicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 9

Dotyczy części 25- parawany
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawany, które:

- wykonane są z rurek stalowych malowanych proszkowo
- posiadają zmywalną zasłonę z łatwym sposobem montażu zasłon
- parawany w dwóch opejach: pojedynczy i podwójny
- mogą być na kółkach z dwóch stron stelaża lub na kółkach z jednej strony, na stopce z drugiej strony stelaża



- wymiary parawanu pojedynczego: szerokość 100 cm, wysokość 170 cm
- wymiary parawanu podwójnego: szerokość 202 cm, wysokość 170 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 4

Pytanie nr 10

Część 3. Czy Zamawiający dopuści anoskop proktologiczny operacyjny ścięty z rączką i światłem LED, jednorazowy niesterylny, wbudowane światło, wykonany z poliwęglanu klasy medycznej, dioda aktywowana przez wyciągnięcie zakładki, średnica 2,58 cm, długość ok. 9,1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 5

Pytanie nr 11

Pakiet 29, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 22 cm oraz 27 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

Pytanie nr 12

Pakiet 29, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 22 cm, 24,5 cm, oraz kleszcze dł. 27 cm bez ząbków, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 29, poz. 12: Czy Zamawiający zamawia rozwórkę powiekową 4cm dla dzieci czy 5 cm dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

Pytanie nr 14

Pakiet 29, poz 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 11 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

Pytanie nr 15

Pakiet 29, poz. 14: Prosimy o rozwinięcie skrótu ECC, prosimy o więcej informacji np: nazwa własna, numer katalogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ



Pytanie nr 16

Pakiet 29, poz. 15: Prosimy o więcej informacji np. Nazwa własna, numer katalogowy, zdjęcie

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

Pytanie nr 17

Pakiet 29, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na retraktor dł 110 mm, oraz dł. 135 mm zębki 3x4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ

WYKONAWCA NR 6

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika 2a, część 6

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres pomiaru pulsu pulsoksymetru niż w opisie przedmiotu zamówienia, a mianowicie 25 - 250 uderzeń na minutę oraz dokładność pomiaru pulsu +/- 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozszerzony zakres pomiaru, natomiast nie dopuszcza proponowanej dokładności pomiaru pulsu. Wykonawca, który zachowując pozostałe parametry, złoży taką ofertę powinien w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch