



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH
im. św. Jana Pawła II
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

DZP 2375/14/2024

Głucholazy, 08.10.2024r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i opakowań farmaceutycznych”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 1, poz. 17,

Czy zamawiający wydzieli poz.17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 10,14-16,

Czy zamawiający wydzieli poz.10,14-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.10

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki innego producenta kompatybilne z zaofertowanymi kaniulami.



Pakiet 2, poz.15

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 12, poz. 1-3

- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, należy przeliczyć opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- o Mankiet 5 cm

- o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

- o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

- o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Tak dla pakietu nr 12 poz. 2-3, dla pakietu nr 12 poz.1 zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pakiet 12, poz. 1,3

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 12, poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 12, poz.4

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1, pakiet 11

Poz. 5 - wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne, **pojemność 60L** o **wysokości 664cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Zaproponowane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych przez zamawiającego, a wysokość umożliwi gromadzenie odpadów większych rozmiarów, co korzystnie wpływa na funkcjonalność.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie jakie urządzenie do podawania kontrastu posiada Zamawiający, dla którego dreny i zestawy ujęte zostały w pakiecie nr 15 postępowania.

Odpowiedź: Wstrzykiwacz kontrastu CT Expres 4D BRACCO.

Dot. terminu składania oferty

Z uwagi na krótki okres od terminu ogłoszenia do terminu zgłoszenia, trwający sezon urlopowy oraz duże zróżnicowanie asortymentu, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert min. o 5 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pakiet 1, poz. 27

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamienników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ.

Pakiet 1, poz. 71

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zastawki Heimlicha z drenem o długości 30 cm? Obecnie ten produkt produkowany jest właśnie z takim drenem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 73

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe= 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj, 12 opakowań?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, poz. 82

Czy Zamawiający ma na myśli dren do ssaka?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, poz. 83

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za 1 sztukę pojemnika? Oczekiwane pojemniki najczęściej są sprzedawane w opakowaniach większych niż 25 sztuk.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 1, poz. 84

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamienników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ.

zapisy SWZ rozdział II punkt 3a; zapisy SWZ rozdział XIII punkt 2, załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy punkt 3 oraz załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy, paragraf 5 ustęp 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Załącznik Nr 7 do SWZ – Projekt umowy

paragraf 6 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 4 do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

paragraf 9 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości brutto sprzedaży, o której mowa w par. 2 niniejszej umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Załącznik Nr 1.6 do SWZ - Arkusz asortymentowo-cenowy

pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych z zabezpieczającą osłonką z polietylenu zwyczajowo nazywanego teflonem z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

Teflon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy DuPont.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE nr 1

Dotyczy załącznika 1.5 do SWZ

Pakiet nr 5 Produkt z poz. 1 Żel złuszczący i przygotowujący skórę dla uzyskania niższej impedancji skóry, w celu zapewnienia właściwej jakości rejestracji badań EEG, EKG, żel typu NuPrep, opakowanie 114 g tuba pakowany jest zbiorczo po 3 szt. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 3 opakowań zbiorczych (zawierającego 3 stoiki) czy 9 opakowań zbiorczych po 3 stoiki każdy?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ ilość 9 szt., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 3 opakowań zbiorczych po 3 szt.

PYTANIE nr 2

Dotyczy załącznika 1.5 do SWZ

Pakiet nr 5 Produkt z poz. 3 Pasta przewodząca typu Ten20, do stosowania z elektrodami neurodiagnostycznymi wielokrotnego użycia w badaniach: EEG, Potencjałów Wywołanych, ENG, mapowaniu potencjałów mózgowych, procedurach MSLT. Słoik 115g pakowany jest zbiorczo po 3 szt. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 15 opakowań zbiorczych (zawierającego 3 stoiki) czy 5 opakowań zbiorczych po 3 stoiki każdy?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ ilość 15 szt., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 5 opakowań zbiorczych po 3 szt.

PYTANIE nr 3

Dotyczy załącznika 1.5 do SWZ

Pakiet nr 5 Produkt z poz. 4 Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie "M", Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości. Kompatybilne z polisomnografem NOX pakowane są zbiorczo po 20 szt. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 10 opakowań zbiorczych (zawierających po 20 pasów)?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ ilość 10 szt., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 0,5 opakowania zbiorczego po 20 szt.

PYTANIE nr 4

Dotyczy załącznika 1.5 do SWZ

Pakiet nr 5 Produkt z poz. 5 Pasy NOX RIP jednorazowe, duże "L", Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości. Kompatybilne z polisomnografem NOX pakowane są zbiorczo po 20 szt. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 10 opakowań zbiorczych (zawierających po 20 pasów)?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ ilość 10 szt., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 0,5 opakowania zbiorczego po 20 szt.

Pakiet 12, poz. 1,2,

Proszę o dopuszczenie fartuch o gramaturze 30g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 12, poz. 1,3

Proszę o dopuszczenie fartuch w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 12, poz. 3

Proszę o dopuszczenie fartuch o gramaturze 20g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 12, poz. 3

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment będący ŚOI.

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

3. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Fartuchy będą używane przez personel w Dziale Żywnienia.

Pakiet 1, Pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym i z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź: Tak , pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2100mm?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 1, Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści elektrody 56x42mm z podłużnym otworem na przewód w kształcie szpilki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kieliszki z pokrywką pakowane a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem dostępną w rozmiar M do XL, gdzie M przeznaczona jest dla dzieci, L – dla małego dorosłego, XL – dla dużego dorosłego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem dla dorosłych dostępną w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści papier z nadrukiem?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora M4735A 50mm x 30m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, Pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę papier do EKG za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, Pozycja 27

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego gwarantującego najwyższą jakość wydruku i pełną kompatybilność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ

Pakiet 1, Pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści plastikową pałeczkę o długości 150mm z wacikiem ze sztucznego jedwabiu zapakowane w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry bez zmian

Pakiet 1, Pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści plastikową pałeczkę o długości 150mm z wacikiem bawełnianym zapakowane w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry bez zmian

Pakiet 1, Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści plastikową pałeczkę o długości 150mm z końcówką rayon, pałeczka umieszczona w polipropylenowej probówce z etykietą i zapakowana w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 37-42

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 44-47

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści śliniak posiadający następująco ułożone warstwy: papier-papier-folia PE?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, Pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, Pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml z drenem 1150mm z otworem centralnym i jednym otworem bocznym, dren wyposażony w zaciskacz przesuwny? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylnej z workiem 1750ml skalowanym linearnie co 100ml i cyfrowo co 200ml, z dwoma otworami do zawieszenia, dren z PVC o długości 1500mm, otworem centralnym i jednym otworem bocznym i końcówką zabezpieczoną zatyczką. Dren wyposażony w zaciskacz przesuwny?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści żel do EKG 250ml o podobnym składzie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, Pozycja 62-63

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze innego producenta pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G o gł. nakłucia 1,8mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 68

Czy Zamawiający dopuści rękaw foliowo-papierowy z fałdą 200mm x 55mm x 100m?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 71

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach :

Worek do drenażu z pompką, przeznaczony do niskociśnieniowego drenażu ran operacyjnych w systemie zamkniętym, pompka z zastawką zapobiegającą przed powrotem odessanego płynu i powietrza do pacjenta. Skład zestawu:

1. Pompka:

- Połączona z workiem biorczym
- możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 180mbar
- kompatybilna z drenami CH15- CH21
- zastawka antyzwrotna przy połączeniu z workiem oraz przy łączniku do drenu
- wyposażona w element do podwieszenia

2. Worek zbiorczy:

- pojemność 500ml
- skalowany co 50ml
- miejsce do opisanania
- tylna ściana biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
- zawór spustowy typu T
- wzmocnione otwory do podwieszenia
- Sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany podwójnie:
- opakowanie zewnętrzne: papier/folia
- opakowanie wewnętrzne: folia ?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 72

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności użytkowej 0,7l i pojemności max. 0,9l?

Odpowiedź: Tak


Pakiet 1, Pozycja 73

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści pojenik o poj. 250ml i konstrukcji jak na załączonym zdjęciu?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, Pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści pojenik o pojemności 300ml z uszkami po obu stronach oraz dziubek, jak na załączonym zdjęciu?

Odpowiedź: Tak



Pakiet 1, Pozycja 77

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną pakowaną a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 78

Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19mm?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 1, Pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną o szerokości 2,5cm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści wycenę drenu silikonowego za zwój 30m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 1, Pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20ml?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1, Pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 1, Pozycja 84

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, gwarantującego najwyższą jakość wydruku i pełną kompatybilność

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ

Pakiet 1, Pozycja 84

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 11, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o średnicy górnej 120mm, średnicy dolnej 105mm, wysokości 220mm i konstrukcji jak na załączonym zdjęciu?

Odpowiedź: Nie



Pakiet 11, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 60l wykonany z polietylenu o średnicy górnej/dolnej 390/322mm i wysokości 664mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ . Zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Pakiet 11, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 60l prostokątny o wymiarach wysokości 640mm i wymiarach boków: 400x300mm?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 11, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1l o średnicy górnej 120mm, średnicy dolnej 110mm, wysokości 120mm, z otworem wrzutowym 90mm i konstrukcji jak na załączonym zdjęciu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Pakiet 12, Pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m²?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 12, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 12, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 12, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na napy?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 12, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a'100szt i dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 1 – dotyczy zadania 8 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów kompatybilnych z posiadanym urządzeniem Vyntus Boely Care Fusion?

Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej przy przepływie 30l/min > 99,999%, przy przepływie 750 l/min.> 99,8% (Potwierdzone wynikami z niezależnego laboratorium).

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 54

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu graficznej instrukcji obsługi na opakowaniu? Oczekiwany asortyment jest prosty w obsłudze i nie wymaga instrukcji obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępnie od wymogu graficznej obsługi na opakowaniu.

Pakiet 1, poz. 82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę asortymentu niebędącego wyrobem medycznym i podlegającemu 23% stawce vat?

Odpowiedź: Tak

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego