

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 18.02.2022 r.

Wysokie Mazowieckie, 18.02.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Oznaczenie sprawy: **2/2022**

Zapytanie nr 1. Dot. dot. Projektowanych Postanowień Umowy § 1 ust. 14.

Prosimy o zaaprobowanie wysyłanie faktury w formacie pdf (bez formatu KT0) na podany adres email. Nie jesteśmy w stanie generować faktury w podanym formacie gdyż korzystamy z systemu międzynarodowego.

**Wyjaśnienie: § 1 ust. 14. Projektowanych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formacie PDF
bezpośrednio po wysłaniu towaru, adres email: apteka@szpitalwysmaz.pl”**

Zapytanie nr 2 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 20)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 23, pozycja nr 1a

Czy zamawiający dopuści końcówkę bez kulki, Ch24/3000, końcówka Yankauer zgięta o długości całkowitej ok. 27cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, pozostałe warunki bez zmian.

Zapytanie nr 4 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 23, pozycja nr 1b

Czy zamawiający dopuści zestaw z drenami Ch24/3000?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, pozostałe warunki bez zmian.

Zapytanie nr 5 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 23, pozycja nr 1c –

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer zgiętą Ch20 o długości całkowitej ok. 27cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 38, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 7 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 38, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 8 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 42, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający wymaga aparatu do infuzji z dwuczęściową komorą kroplową?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 2, 4, 14, 16

Czy Zamawiający dopuści stapler jednorazowego użytku, lecz z możliwością dodatkowo siedmiokrotnego załadowania (łącznie 8 strzałów) ładunku podczas jednego zabiegu? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 10 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 35, pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści narzędzie o długości szczęk 20,3 mm oraz długości cięcia 18,5 mm? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 35, pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści następujące narzędzie: Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń (w tym limfatycznych) do 7 mm włącznie oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 12 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 35, pozycji nr 6

Czy Zamawiający dopuści narzędzie kompatybilne z generatorami FT10, ForceTriad oraz LS10? Reszta parametrów bez zmian

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 13 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Czy Zamawiający dopuści następujący produkt: Jednorazowy instrument długości 65 mm do zakładania szwu kapciuchowego, sterylny, ze zszywkami ze stali nierdzewnej oraz z nicią niewchłaniającą, poliamidową i monofilamentową o grubości 2-0?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 14 dot. Projektowanych Postanowień Umowy § 1 ust. 14.

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania: 1. dot. umowy § 1 ust. 14. Prosimy o rezygnację z przesyłania faktur w formacie KT0 na maila. Rozwiązanie to jest głównie stosowane w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych. Będąc firmą medyczną, nie mamy możliwości wysyłania faktur w takim formacie.

Wyjaśnienie: Wyjaśnienie: § 1 ust. 14. Projektowanych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formacie PDF bezpośrednio po wysłaniu towaru, adres email: apteka@szpitalwysmaz.pl”

Zapytanie nr 15 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 28

Prosimy Zamawiającego o przeniesienie pozycji 2,3,4 z pakietu 28 do pakietu 17 jako pozycje 6,7,8. Są to akcesoria tego samego producenta, firmy GE Healthcare, i do tego samego modelu urządzenia GE Carescape. Przeniesienie tych produktów da nie tylko niższą cenę i większą konkurencyjność składanych ofert, lecz również pakiet tylko z akcesoriami do dedykowanych urządzeń.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 16 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 1-17

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, zszywki wykonane ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym na całej długości, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zszywek dwustronnie spłaszczonych.

Zapytanie nr 17 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 1

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,8 - 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 24, 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiarów 21 i 24 - 4,5 mm, dla rozmiarów 26 i 29 - 4,8 mm, dla rozmiaru 32 - 5,0 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 18 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 2

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku, dwa rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zamykających się w kształt litery „B”, wysokość otwartych zszywek 3,5mm. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, rodzaj zszywek zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 19 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Czy Zamawiający, dopuści ładunki pakowane pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 20 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 4

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku, dwa rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie zamykających się w kształt litery „B”, wysokość otwartych zszywek 4,8mm. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 21 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 6, 8, 10, 12

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, staplery pakowane pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 22 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 14

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, stapler liniowy 60 mm, do 8 strzałów, dwa rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie zamykających się w kształt litery „B”, wysokość zszywek 3,5mm. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 23 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 16

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, stapler liniowy 60 mm do 8 strzałów, dwa rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie zamykających się w kształt litery „B”, wysokość zszywek 4,8mm. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 24 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 18

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści stapler laparoskopowy, średnica 12mm, długość ramienia 16 i 6cm, do 25 wystrzeżeń ładunku podczas jednego zabiegu z możliwością podłączenia ładunków z artykulacją. Artykulacja non-stop, 45 stopni w obie strony. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 25 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 20

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, ładunek do staplera liniowego laparoskopowego, prosty, z artykulacją w ładunku, 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm zielony. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 26 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 21

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, ładunek do staplera liniowego laparoskopowego, prosty, z artykulacją w ładunku, 60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm niebieski. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 27 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr . 22

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, ładunek do staplera liniowego laparoskopowego, prosty, z artykulacją w ładunku, 45mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm niebieski. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 28 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 23

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, ładunek do staplera liniowego laparoskopowego, prosty, z artykulacją w ładunku, 45mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm zielony. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 29 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 24

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści, ładunek do staplera liniowego laparoskopowego, prosty, z artykulacją w ładunku, 45mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5mm biały. Pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza sposób pakowania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 30 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 25, 26, 27, 28

Czy Zamawiający, dopuści ładunki pakowane pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 31 Dotyczy Załącznika nr 1 – Formularz cenowy

Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie formularza cenowego bez podawania rozmiaru, w sytuacji, gdy dla danej pozycji asortymentowej nie ma określonej takiej informacji (np. filtry do pojemnika, pułapka wodna)?

Wyjaśnienie: W sytuacji takiej proszę oznaczyć adnotację „Producent nie podaje”.

Zapytanie nr 32 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy Pakietu nr 28, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 pakietu 28 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty na oryginalne akcesoria GE Healthcare?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 33 Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – projekt umowy

Par. 6 ust. 1 e,f W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych w przypadku odstąpienia od umowy wynosi ona ok. 10 % wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Par. 6 ust. 4 Ustalenie górnego limitu kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy zmianę treści ust. 4 poprzez nadanie brzmienia: *" Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10 %."*

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapis Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 34 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 23, pozycja nr 1a

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer zagięta z kulką i kontrolą ssania 25CH/3000?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość – pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 35 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 42, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bezpieczny wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym po użyciu, kolec dwupłaszczyznowo ścięty, komora kroplowa dwu częściowa (twarda/miękka) wyposażona w pierścień ułatwiający aplikację przyrządu, długość drenu 180 cm, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +- 0,1 ml, nie zawierający lateksu, nie zawierający ftalanów, niepirogenny, jednorazowy, sterylizowany EO, opakowanie typu blister papier/folia?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 36 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 23, pozycja nr 1a

Czy zamawiający dopuści końcówkę w zestawie do odsysania pola operacyjnego zagiętą z kulką i kontrolą siły ssania 24CH/3000?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, rozmiar zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 37 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 23, pozycja nr 1b

Czy zamawiający dopuści końcówkę w zestawie do odsysania pola operacyjnego zagiętą z kulką bez kontroli siły ssania 24CH/2100?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, rozmiar zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 38 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 23, pozycja nr 1
Czy zamawiający dopuści produkty zapakowane oddzielnie spełniające w sumie warunki w SWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ

Zapytanie nr 39 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 32, pozycja nr 1
Czy zamawiający dopuści maskę do resuscytatora zbudowaną z silikonowego kołnierza oraz sklepienia poliwęglanowego?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 40 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 28, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 23-33cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz