

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474

fax.: (0-41) 36-74071/481

strona

www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

Email: zampubl@onkol.kielce.pl

AZP.2411.43.2021.JS

Kielce dn. 26.04.2021r

WSZYSCY WYKONAWCY WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dot. AZP.2411.43.2021.JS : zakup i dostawa aparatu do PCR z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie Art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Pytanie nr 1 Dotyczy : Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 10

Czy zamawiający wymaga by z aparatem dostarczony został system UPS: APC BR1500G-FR Back RS 1500 VA 230V?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 2 Dotyczy : Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 10, pkt 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zdalne przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego?

Prośbę swą motywujemy faktem, iż w dobie pandemii i ograniczeniach związanych z podróżami (w tym z nocowaniem w hotelach) nie mamy możliwości na chwilę obecną zagwarantować przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego w siedzibie zamawiającego. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że nasi specjaliści aplikacyjni mają doświadczenie w szkoleniu zdalnym i jest ono równoważne jakościowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W załączeniu aktualny załącznik nr 10- Opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem
Mariusz Klimczak
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych