



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/12/21

Sucha Beskidzka, dnia 04.03.2021.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (VI)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dot. Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG z ilością niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych 4 608 000. Wartość oferowana jest minimalnie mniejsza od wartości oczekiwanej i nie powoduje obniżenia walorów diagnostycznych aparatu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dot. Pkt. 31

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG z zakresem prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym koncie bramki +/- 16,04 m/s co w żaden istotny sposób nie ma wpływu na jakość pracy urządzenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dot. Pkt. 67

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG z głowicą convex, szerokopasmową ze zmiennym zakresem częstotliwości pracy 1,0 –6,0 MHz. Wartość oferowana jest minimalnie mniejsza od wartości oczekiwanej i nie powoduje obniżenia walorów diagnostycznych aparatu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dot. Pkt. 84

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG z głowicą MicoConvex, szerokopasmową ze zmiennym zakresem częstotliwością pracy 3,0 –9,0 MHz. Wartość oferowana jest minimalnie mniejsza od wartości oczekiwanej i nie powoduje obniżenia walorów diagnostycznych aparatu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
lek. Marek Haber

Kłopotliwie  
Działu Zarządzania

mgr Sabina Stępczyk