



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981**

Wrocław, 03.01.2020r

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem systemu do rotablacji, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.91.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - . Pakiet 14 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nowego typu balonu tnącego posiadającego następujące parametry: Wykonany z nylonu, zawiera 3 lub 4 mikrochirurgiczne ostrza osadzone wzdłużnie na zewnętrznej powierzchni (aterotomy), Liczba aterotomów: 3 dla balonów o średnicy 2.0 – 3.25 mm; 4 dla balonów o średnicy 3.5 – 4.0 mm, Ciśnienie nominalne - 6 atm., Ciśnienie RBP - 12 atm., Profil zewnętrzny złożonego balonu wynosi 0,036” (0.91mm) Średnica końcówki prowadzącej (lesion entry profile) wynosi 0.017”, Shaft proksymalny wynosi 1.8F, Shaft dystalny 2.4F dla średnic od 2.00mm do 3.25mm oraz 2.7F dla średnic od 3.5mm do 4.00mm, Długość robocza cewnika: 142 cm, Wysokość ostrza wynosi 0.005”, Rekomendowany przewodnik o średnicy 0,014”, Minimalne wewnętrzne światło cewnika prowadzącego 0.056” dla średnic od 2.00mm do 3.25mm oraz minimalne wewnętrzne światło cewnika prowadzącego 0.066” dla średnic od 3.50mm do 4.00mm, Średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm., Długości: 6, 10, 15 mm.


Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - . Pakiet 16 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 16, podpunkcie 1: długości 330cm, oraz w podpunkcie 3: najmu systemu bez zbiornika z gazem sprężonym.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z up.  DANTA
4WSKZP.2612.91.2019 Wrocław
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
mgr inż. Agnieszka Stanisławska
st. spec. zam. pub.