



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wspkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 26.11.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2024/WSPL** na **zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy bezprzewodowy detektor z możliwością podłączenia kablowego (przewód min 7m) o poniższych parametrach:

- a) technologia: s-Si TFT
- b) scyntylator: CsI
- c) rozmiar pixela: 127um
- d) rozdzielczość graniczna: 3,9 lp/mm
- e) rozdzielczość detektora: 2816x3328
- f) głębokość akwizycji: 16 bit
- g) czas akwizycji obrazu: 2s
- h) czas pracy bezprzewodowej na jednej baterii: 4h (3 baterie w zestawie)
- i) stopień ochrony IP: 66
- j) środowisko pracy: 5~40°, 30-75 RH
- k) komputer dostosowany do pracy z detektorem
- l) oprogramowanie diagnostyczne kompatybilne z detektorem

Odpowiedź na pytanie nr 1

TAK, Zamawiający dopuści detektor z powyższymi parametrami.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada system RIS/PACS?

Odpowiedź na pytanie nr 2

TAK, Zamawiający posiada system PACS

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał integracji z wyżej wymienionymi systemami?

Odpowiedź na pytanie nr 3

TAK, Zamawiający będzie wymagał integracji z wyżej wymienionymi systemami

Dostawca systemu PACS – Archimedic, brak dodatkowych kosztów.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach

Konrad Łęcki