



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.

Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

L. dz. DZP-614/22

Poznań, dnia 22.08.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-74/22** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **dostawa urządzeń medycznych i mikroskopu do Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatricznej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 4 części.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Zapytanie 1:**

Część 2 Laryngoskop :

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga zestawu światłowodowego czy standardowego (konwencjonalnego)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie postawił wymagania, tym samym dopuszcza zestaw światłowodowy lub standardowy (konwencjonalny)

**Zapytanie 2:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści umowy. Zgodnie z § 3 ust. 5 projektu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru do Działu Obsługi Zakupów Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań). Dla prawidłowego przedłożenia faktury Zamawiający musi otrzymać także wraz z fakturą dokumenty odbiorowe.

**Zapytanie 3:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wartości **opóźnionej w wykonaniu części** umowy brutto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części umowy**

- 2) za zwłokę w usunięciu awarii, usterek lub wad w okresie gwarancji zgodnie z §2 w wysokości 0,2% wartości **wadliwej części** umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii, usterek lub wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy**
- 3) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto.

**Odpowiedź:**

**Odp.** Zamawiający nie zmienia treści umowy w zakresie kar umownych.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.**