



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091  
PKD- 8610Z  
REGON- 000805666  
KONTO – Bank Pekao S.A.  
06 1240 4748 1111  
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2500/13/2023

Andrychów dn., 19.07.2023 r.

## INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU PYTAŃ DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa mebli i wyposażenia oraz sprzętu medycznego, niemedycznego i komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży” – znak sprawy: TZ/2500/13/2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

### Pytanie nr 1

Dotyczy zapisu w SWZ:

2.2 Zamawiający wymaga aby materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terenie RP, posiadały wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty oraz posiadały atesty gotowego wyrobu.

W jakim celu Zamawiający żąda przedstawienia powyższych dokumentów na gotowy produkt, skoro oczekuje też przedstawienia wszystkich dokumentów na materiały użyte do produkcji mebli?

Uzasadnione jest żądanie atestów na materiały użyte do produkcji mebli, aby w pełni ocenić jakość proponowanych mebli. Natomiast atesty na gotowy wyrób są stosowane w zakładach, które mają seryjną produkcję. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie mebli jako „meble nietypowe” produkowane przez producenta według wytycznych technicznych zawartych w opisie technicznym wyposażenia, ale nie pochodzące z seryjnej produkcji i bez atestów na gotowy produkt?

Wymóg przedstawiania w/w certyfikatów i atestów na gotowy produkt w bardzo dużym stopniu powoduje ograniczenie konkurencyjności pośród producentów meblowych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści dostarczenie mebli jako "meble nietypowe" wyprodukowane przez producenta według wytycznych technicznych zawartych w opisie technicznym wyposażenia, ale nie pochodzące z seryjnej produkcji bez atestu na gotowy produkt ale posiadający atesty na materiały użyte do produkcji.**



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

## Pytanie nr 2

Dotyczy parametrów techniczno – użytkowych aparatu EEG 42 kanałowego – parametry głowicy:

Czy Zamawiający dopuści głowicę o poniższych parametrach?

### PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY

Głowica elektrodowa 32-kanałowa ze wzmacniaczami,  
przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną,  
zasilana z aparatu

Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym  
- 22

Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały

Bipolarne - 10

Min. 1 wejście SpO2

Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach

Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną

Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi

Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB

Rodzaj transmisji radiowej nie gorszy niż WLAN 802.11bg

Tryb pracy modułu WLAN - AP

Tryb szyfrowania połączenia - WPA2

Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu  
wzmacniacza

Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą  
standardowych wejść TP DIN 42802

Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania

Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez  
wbudowane na głowicy diody LED

Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) - <25m



# WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; [www.szpital.info.pl](http://www.szpital.info.pl); e-mail:szpital@szpital.info.pl

Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2)  
realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej  
bezpośrednio na głowicy

Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) - 24

Pasma przenoszenia - 0(DC) – 125 HZ

PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY

Szum wejściowy ( $\mu\text{V}$  p-p) (0,1-70 Hz) - <4

Impedancja wejściowa (MOhm) - >1000

CMRR - >115dB

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.***

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  
Psychiatrycznego w Andrychowie

**Piotr Kopijasz**

Otrzymują:

1 x [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_andrychow](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow)

1 x a/a