



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
www.orsk.pl



Numer referencyjny postępowania:

**SZP/DAM/25/2024**

**Załącznik nr 3 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy**

**WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	Czynności, które należy podjąć podczas regeneracji narzędzi chirurgicznych, w zależności od ich stanu po dokonanej ocenie:
1.	Ocena stanu narzędzia
2.	Demontaż narzędzia (jeżeli tego wymaga)
3.	Czyszczenie oraz mycie (standardowo po przeprowadzeniu czynności regeneracyjnych)
4.	Szlifowanie i polerowanie całej powierzchni roboczej narzędzia
5.	Matowanie/ satynowanie - obróbka polegająca na ujednoliceniu powierzchni narzędzia
6.	Naprawa (ostrzenie z zachowaniem prawidłowej geometrii ostrza, przywrócenie oryginalnego kształtu, złączenie instrumentów z twardą wkładką)
7.	Wymiana części zamiennych zgodnych ze standardami w zakresie produkcji narzędzi chirurgicznych, materiałoznawstwa oraz wytycznymi producenta
8.	Ustawianie pracy instrumentu (chwyty, cięcia, itp.)
9.	Testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną dla nowych narzędzi)
10.	Konserwacja
11.	Nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu warstwy wierzchniej
12.	Trwałe znakowanie laserowe lub elektrochemicznie dla wszystkich narzędzi poddawanych regeneracji: - symbol wykonania regeneracji narzędzia, zawierający informacje o roku i miesiącu, - oznakowania pierwotne narzędzia: nr katalogowy narzędzia oraz oznaczenie ORSK BLOK (lub inne oznaczenie nie przekraczające 10 znaków, np. CHR ORSK)
13.	Wystawienie dokumentu – dla wszystkich narzędzi poddawanych ocenie stanu z informacją czy zostały zregenerowane lub nie