

Użytkownicy osłony sondy o symbolu katalogowym: APC1290

Wasz znak:

Nasz znak: HC/SK/2023/03/14/pz

Tel./Fax: 12-26-16-199

Data: 14-03-2023

Szanowni Państwo,


Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez producenta, potwierdzamy poniższe parametry osłony APC1290:

- sterylna osłona na głowicę ultrasonograficzną,
- rozmiar: 15cm x 120 cm (+/- 5 cm),
- bezlateksowa,
- składana teleskopowo,
- pakowana pojedynczo,
- zestaw zawiera: sterylny żel do USG, pasek adhezyjny, samoprzylepne taśmy mocujące, gumki mocujące oraz sterylną serwetę.

Z poważaniem,

**Ecolab Sp. z o.o.
Healthcare**

Magdalena Dubińska-Rejent
Scientific Affairs Manager Healthcare PL&Baltics



Malwina Derkacz
Country Sales Manager