

Goleniów, 13.12.2023 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/3/D/2023/MB

**Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SUKCESYWNY ZAKUP TESTÓW I PRODUKTÓW DO BADAŃ  
LABORATORYJNYCH – FIRMY HACH ORAZ INNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO WYPOSAŻENIA  
LABORATORIUM NA ROK 2024

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisami rozdziału XVII zapytania oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień wyłączonych spod rygorów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do warunków zamówienia i przekazuje ich treść wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania do dnia 19.12.2023?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.12.2023 r. do godziny 12.00.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów równoważnych dla pozycji 35,36,37,41,42,43,44,45 firmy CPAchem lub MERCK(Sigma)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktów równoważnych dla żadnej z pozycji wymienionych w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 54 na produkt równoważny w opakowaniu 250szt. Proszę o podanie do jakich pipet mają pasować końcówki (firma)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktów równoważnych dla żadnej z pozycji wymienionych w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Pipety stosowane w laboratorium Zamawiającego to pipety tłokowe firmy HTL: LABMATE PRO, Discovery PRO, Discovery Comfort.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 55 na produkt równoważny w opakowaniu 500sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktów równoważnych dla żadnej z pozycji wymienionych w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu równoważnego w pozycji 56?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktów równoważnych dla żadnej z pozycji wymienionych w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 57 na produkt równoważny końcówki 1000-10000 w opakowaniu 200sztuk. Proszę o podanie firmy pipet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów równoważnych dla żadnej z pozycji wymienionych w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Pipety stosowane w laboratorium Zamawiającego to pipety tłokowe firmy HTL: LABMATE PRO, Discovery PRO, Discovery Comfort.

**Pytanie 7.**

Proszę o podanie stężeń w pozycjach 58,59,60?

**Odpowiedź:**

Stężenie kwasów określonych w załączniku nr 4 do zapytania „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, to odpowiednio:

- a) 35-38% kwas solny cz.d.a.
- b) 95% kwas siarkowy cz.d.a.
- c) 85% kwas ortofosforowy cz.d.a.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego w pozycji 65?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów równoważnych dla żadnej z pozycji wymienionych w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

**UWAGA! Odpowiedzi stanowią modyfikację zapytania ofertowego i są jego integralną częścią.**