



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/94/2023/2

Myszków, 19.04.2023 r.

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

Dotyczy postępowania o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego**, na podstawie art. 132 ww. ustawy prowadzonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy

Dostawy sprzętu medycznego- materiałów do zabiegów operacyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

pod nr 2023/S 068-203527 w dniu 05.04.2023 r.

W związku z wniesionymi kolejnymi zapytaniem (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr SP ZOZ/DZ/94/2023/1 z dnia 14.04.2023 r.) zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

UWAGA! Pytanie nr 93-94 dotyczy pakietu nr 2.

Pytanie 93: „Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80 mm, długość linii szycia 85,1 mm, długość linii cięcia 82,9 mm, pozostałe parametry wg SWZ?”

Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza staplery o wskazanej charakterystyce pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 94: „Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego, z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80 mm, długość linii szycia 85,1 mm, długość linii cięcia 82,9 mm, pozostałe parametry wg SWZ?”

Odpowiedź 94: Zamawiający dopuszcza ładunek do staplera o wskazanej charakterystyce pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, **przedłużony zostaje natomiast termin składania ofert do dnia 25.04.2023 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **10:15** oraz odpowiednio termin związania ofertą - do dnia 23.06.2023 r.

Zatwierdził

DYREKTOR

dr n. med. Adam Miśkiewicz