

Znak: ZOZ.V.010/DZP/76/20

Sucha Beskidzka dnia 02.10.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych. Pakiety 1 - 4”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1 –do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 2, 3)W przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje ten sam produkt, który obecnie stosowany jest przez Szpital, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do wskazanych pozycji? Testy biologiczne są najdroższymi wskaźnikami w całym procesie sterylizacji, zaoferowanie próbek wymaga otwarcia, nowego opakowania handlowego, co przełoży się na znaczne wyższą ofertę przetargową. W przypadku produktu stosowanego i doskonale znanego w Państwa placówce taka procedura wydaje się być niezasadna.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 1)Prosimy o dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowanego wskaźnika klasy 5 wg ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu –100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2. Ponieważ norma PN-EN 867 w 2006 roku została wycofana i zastąpiona normą PN-EN 11140, prosimy o dopuszczenie testów, zgodnych z aktualnie obowiązującą normą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 2)Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ pakowanych a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 3)Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ pakowanych a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 4)Prosimy o dopuszczenie równoważnego testu Bowie&Dick wraz z dwuelementową kapsułą posiadającą jedną część wykonaną z tworzywa sztucznego klasy medycznej, drugą z porowatego metalu -oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134°C/3,5 min. Testy pakowane 400 sztuk + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 7)Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych testów typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, posiadające oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku, zestaw 250 szt. testów + przyrząd PCD.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 8)Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych testów typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, posiadające oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 9,10)Prosimy o dopuszczenie tolerancji szerokości taśmy +/-1mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 15)Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ o szerokości 125 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1,poz. 28,29)Prosimy o dopuszczenie papierów zgodnych z SIWZ, naprzemiennie pakowanych kolor biały/zielony.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 30)Prosimy o dopuszczenie produktu o wyższych parametrach tj. kombinacji czterowarstwowych włóknin SMMS o gramaturze 55g/m², wytrzymałości na rozciąganie w kierunku walcowania -2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym -1,35 kN/m naprzemiennie pakowanych, o kolorze zielonym oraz niebieskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 31)Prosimy o dopuszczenie włókniny o wyższej gramaturze tj. 66g/m² przy pozostałych parametrach zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 32)Prosimy o dopuszczenie włókniny o lepszych parametrach, posiadającą trzy warstwy, gdzie jedna z nich jest dodatkową warstwą absorpcyjną, gramaturze 79g/m², w kolorze zielonym, o następujących właściwościach:Rozciąganie na wydłużenie (w kierunku walcowania) MD 60 %Rozciąganie na wydłużenie (w kierunku poprzecznym) CD 80 %Chłonność powierzchniowa 140g/m² Przepuszczalność powietrza 90 l/min/100cm²Niezwilżalność alkoholem (70% alkohol) >5 min.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 36)Prosimy o dopuszczenie produktu o lepszych właściwościach –nie wymagających inkubacji, gotowych do użycia testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja

testowa. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Testy pakowane a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 39)Prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o rozmiarze 500 x 300 mm, z możliwością docięcia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 40,41)Prosimy o dopuszczenie wielorazowych szczotek do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem drut ze stali kwasoodpornej, o tolerancji średnicy szczotek w stosunku do opisanych +/- 1 mm oraz +/-2 cm dla długości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 42)Prosimy o dopuszczenie szczotek o długości 62,5 cm i przewodniku wykonanym z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 43)Prosimy o dopuszczenie szczotek o długości 30,5 cm i tolerancji dla średnicy +/-1 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 44)Prosimy o dopuszczenie szczotek zgodnych z SIWZ o tolerancji wymiarów w stosunku do opisanych +/- 2cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 45)Prosimy o dopuszczenie białej szczotki o wymiarach: dł. 61,5 cm -śr. włosa 2 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 46)Prosimy o dopuszczenie szczotek zgodnych z SIWZ o tolerancji średnicy +/-1 cm w stosunku do opisanych oraz długości +/-3,5 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 47)Prosimy o dopuszczenie szczotki zgodnej z SIWZ o długości 230 cm i tolerancji dla średnicy szczotki +/-1 mm w kolorze purpurowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 1, poz. 47)Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia endoskopów o długości 220cm, posiadające silikonowe krążki umożliwiające doczyszczenie endoskopu za pomocą jednego przeciągnięcia oraz charakteryzujące się znacznie wyższą skutecznością czyszczenia od standardowych szczotek nylonowych? Szczotki są w dwóch różnych kolorach dla łatwego rozróżnienia średnic.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24–do formularzacenowego –załącznik nr 1a (pakiet 3, poz. 1)Czy Zamawiający dopuści szczotkę spełniającą wymogi SIWZ, o długości 18,4cm oraz posiadającą włosie ze stali nierdzewnej z jednej strony szczotki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet3, poz. 3)Czy Zamawiający dopuści szczotkę spełniającą wymogi SIWZ, o długości 17,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 3, poz. 4)Czy Zamawiający dopuści szczotkę spełniającą wymogi SIWZ, o długości 18,4cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27–doformularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 3, poz. 7)Czy Zamawiający dopuści szczotkę spełniającą wymogi SIWZ, o długości 20cm oraz średnicy 45mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28–do formularza cenowego –załącznik nr 1a (pakiet 3, poz. 8)Czy Zamawiający dopuści zestawszczotek spełniający wymogi SIWZ, w skład którego wchodzi:-szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60-122cm i główką o wymiarach 14x25,4cm;-szczotka z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 9x23cm- dwie przyłbice.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:


Kierownik
Zespołu Opieki i Nadzoru
Publicznej
Zakład Budowlany
miasto Bełżan



Kierownik
Zespołu Opieki i Nadzoru
Publicznych
mgr Sabina Steczek