


**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 12.07.2022r.

EZP 267/2022



**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**dot. przetargu M-36/2022 na dostawy materiałów eksploatacyjnych do strzykawek automatycznych marki Ulrich na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.**

Zamawiający zgodnie z art.284 ust.2 ustawy Pzp. przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający rozdzieli postępowanie przetargowe na części? Wykazanie wszystkich produktów w jednym pakiecie wskazuje na określonego Wykonawcę mogącego spełnić oczekiwania Zamawiającego co jest niezgodne z zasadami konkurencji. Dzięki rozdzieleniu zamówienia na części większa ilość Wykonawców będzie mogła przystąpić do postępowania oferując swoje produkty. Opcja ta przełoży się także na możliwość uzyskania korzystniejszych cen

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


**Pytanie nr 2**

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy.

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz Szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichloru winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

**Odpowiedź:**

Materiał eksploatacyjny nie ma zawierać związków DEHP, a ich brak ma być potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 3**

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy, poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi.

**Odpowiedź:**

Czas pracy wężyka pompy powinien wynosić 24 h, niezależnie od ilości badań, potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy, poz.1,2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

**Odpowiedź:**

Wężyk pompy powinien być kompatybilny z wstrzykiwaczem CT Motion

**Pytanie nr 5**

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy, poz.3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).

**Odpowiedź:**

Wężyk pacjenta ma posiadać dwa zawory zwrotne i ma być to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi)

**Pytanie nr 6**


Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy, poz. 2


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania,

a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

**Odpowiedź:**

Pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm ma wynosić dokładnie 12,5 ml i ma być potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



#### Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy, poz.1,2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz, że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

#### Odpowiedź:

Kompatybilność wężyków z urządzeniem CT Motion winna być zatwierdzona przez producenta wstrzykiwacza automatycznego zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

#### Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy, §2 ust. 1

„Dostawy będą realizowane sukcesywnie, każdorazowo na zamówienie Zamawiającego przesyłane pocztą elektroniczną na adres: \_\_\_\_\_ w terminie \_\_\_\_\_ dni od daty otrzymania zamówienia.”

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do powyższego zapisu umowy, zgodnie z §9 wzoru umowy, za słowo „dni” słowa „robocze”, a cały zapis będzie brzmiał:

„Dostawy będą realizowane sukcesywnie, każdorazowo na zamówienie Zamawiającego przesyłane pocztą elektroniczną na adres: \_\_\_\_\_ w terminie \_\_\_\_\_ dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany w §2 ust. 1 wzoru umowy.

#### Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy, §2 ust. 3

„Wykonawca dostarczy zamówione przez Zamawiającego materiały, każdorazowo do miejsca ich magazynowania u Zamawiającego, położonego w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko – w terminie ... od daty otrzymania zamówienia, a także na własny koszt i ryzyko dokona rozładunku do miejsca ich magazynowania.”

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do powyższego zapisu umowy słowa „robocze”, a cały zapis będzie brzmiał:

„Wykonawca dostarczy zamówione przez Zamawiającego materiały, każdorazowo do miejsca ich magazynowania u Zamawiającego, położonego w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko – w terminie ... dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, a także na własny koszt i ryzyko dokona rozładunku do miejsca ich magazynowania.”

#### Odpowiedź:



Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany w §2 ust. 3 wzoru umowy.

#### Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy, §2 ust. 5

... „W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały odpowiadające warunkom niniejszej umowy w terminie 3 dni od dnia odebrania dostawy.”

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do powyższego zapisu umowy słowa „robocze”, a cały zapis będzie brzmiał:





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



„W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały odpowiadające warunkom niniejszej umowy w terminie 3 dni robocze od dnia odebrania dostawy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany w §2 ust. 5 wzoru umowy.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy, §2

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy, §5 ust.7

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że faktura ma być dostarczona razem z towarem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia faktury wraz z towarem. Dokument można dostarczyć drogą elektroniczną lub pocztą w terminie 3 dni od dostawy.

**Pytanie nr 13**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy, §7 ust.1,2,3

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**


Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany w §7 ust. 1,2,3 wzoru umowy.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, wzór umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu o sile wyższej:

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy.
3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”.
4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązać się





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Zamówień Publicznych  
*Ewa Sempowicz*