



D.25C/250/625/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY ELEKTROD I PAPIERÓW DO EKG, USG, KTG, DEFIBRYLATORÓW ORAZ ŻELI DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/252/N/34-66rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 7

W związku z tym, że elektrody przyssawkowe sprzedawane są w kompletach=6 szt., prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny kpl.= 6 szt. Prosimy również Zamawiającego o określenie czy należy wycenić 2 kpl.=6 szt. (tj. 12 szt.) czy 3 kpl.=6 szt. (tj. 18 szt.).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę elektrod w ilości 2,5 kpl.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod po 10 sztuk na jednym pasku folii, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 1-4, 10, 11, 14, 2 pozycje z elektrodami bez numeru

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się data produkcji, pozostałe informacje na opakowaniu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Data produkcji zakodowana jest na opakowaniu w numerze LOT – rok i nr tygodnia oraz w numerze QN – dzień tygodnia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się informacje: o typie żelu i graficzne wytyczne dot. sposobu aplikacji, pozostałe informacje na opakowaniu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 7, 8, 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się informacje: graficzne wytyczne dot. sposobu aplikacji, pozostałe informacje na opakowaniu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 12, 13, 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się informacje: typ żelu, pozostałe informacje na opakowaniu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1 poz. 16, 17, 18, 20

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowały się informacje: typ żelu oraz data produkcji, pozostałe informacje na opakowaniu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2 poz. 2, 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem oryginalnego papieru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 18 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych rolek tj. 23 szt., pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny 22,22 szt.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 16 szt., pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 2 poz. 34

Prosimy o dopuszczenie ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 40 szt., pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do EKG 250 ml o składzie: woda dejonizowana, Aragum T-1998 (guma akacjowa, guma guar i guma ksantanowa), dwuwodnian potasu, gliceryna, metyloparaben i propyloparaben.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG 500 ml o składzie: woda dejonizowana, karbomer, trietanolamina, glikol monopropylenowy, alkohol benzylowy, metylochlooroizotiazolinon, metyloizotiazolinon, nie wywołujący podrażnień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza



14. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

15. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, wykonanych ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

16. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

17. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkości elektrod do defibrylacji 12 cm2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

18. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu:

Załącznik nr 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zadanie nr 1 - Elektrody do EKG, defibrylatorów CPV 31711140-6 Elektrody

L.p.15. Elektrody do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem Physio-Control Quik-Combo/Mindray LifePack będącym w posiadaniu Zamawiającego. 1 op. = 2 szt.

Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

19. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skład: woda, chlorek potasu, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, trietanolamina, metylochlozoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, azotan magnezu, chlorek magnezu, CI 42051?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

20. Zapytanie Wykonawcy:



Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści skład: woda, glikol propylenowy, karbomer, diazolidynylomocznik, metyloparaben, propyloparaben, EDTA disodowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

21. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści skład: woda dejonizowana, karbomer, trietanolamina, glikol monopropylenowy, alkohol benzylowy, metylochloizotiazolinon?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadanie nr 1 : - Elektrody do EKG, defibrylatorów Elektrody

1) Pytamy czy Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych elektrod zalecanych przez producenta, celem zwiększenia skuteczności oraz bezpieczeństwa przeprowadzanych czynności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

23. Zapytanie Wykonawcy:

2) Pytamy czy Zamawiający wyodrębni do osobnego pakietu pozycje nr 16 "Elektrody do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem Corpuls 3 będącego w posiadaniu Zamawiającego przeznaczone dla dorosłych >25 kg, bez redukcji energii, kabel wewnątrz opakowania. Opak. 2 szt." oraz pozycje nr 17 "Elektrody do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem Corpuls 3 będącego w posiadaniu Zamawiającego przeznaczone dla dzieci <25 kg, bez redukcji energii, kabel wewnątrz opakowania. Opak. 2 szt." z Zadania nr 1 - Elektrody do EKG, defibrylatorów; Elektrody

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

mgr Monika Klauke
mgr Monika Klauke

mgr Monika Klauke