



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNAŃU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-19/21

Poznań, 14.04.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-23/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją spektroskopu NMR do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie spektrometru NMR nie wymagającego stosowania czujnika temperatury układu shim'ów?

Argumentacja:

Rozwiązanie monitorowania temperatury proponowane w naszej najnowszej linii spektrometrów NMR 400MHz jest funkcjonalnie równoważne z wyspecyfikowanym, a różnica wynika z odmiennej koncepcji i specjalnej konstrukcji układu shim'ów w spektrometrach 400MHz, z zapewnieniem ciągłego i samoistnie regulowanego przepływu powietrza chłodzącego, co gwarantuje bieżące odbieranie nadmiernego ciepła wytworzonego podczas pracy układu „shim'ów. Zastosowany system jest wysoce wydajny, dzięki czemu nie istnieje możliwość nadmiernego rozgrzania (bądź schłodzenia) podczas pomiarów zarówno przy wysokiej jak i przy niskiej temperaturze. Odczyt temperatury układu „shim'ów” nie jest konieczny ponieważ temperatura w opisanym układzie utrzymywana jest na stałym poziomie, a tym samym stosowanie dodatkowego czujnika temperatury jest bezzasadne.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zaoferowanie spektrometru NMR, nie wymagającego stosowania czujnika temperatury układu shim'ów..

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

DYREKTOR GENERALNY

Za Zamawiającego

dr Ryszard S. Szewski

Opracowała: Justyna Bittner-Dobak
nr telefonu: 61 854 60 17
e-mail: dzp@ump.edu.pl

SL

