



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawę videokolonoskpu TN 802/1852 oraz videogastroskopolu TN 802/1851/2 w pracowni Endoskopii w ZZOZ w Wadowicach.

Termin realizacji max 5 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował oryginalne części zamienne.

1. Videokolonoskop typ EC-760R-V/I sn: 4C728K072 (TN 802/1852)

Nieszczelny kanał spłukiwania na wprost, złamany pancierz zasilający.

Do wymiany:

- pierścień
- kanał biopsyjny
- kanał woda- powietrze
- kanał spłukiwania na wprost
- zespół napędu
- osłona gumowa
- pancierz węża zasilającego
- inne części drobne

Przegląd techniczny

2. Videogastroskop typ EG-760Rsn: 5G402K182 (TN 802/1851/2)

Uszkodzony zespół napędu końcówki skrętnej, nieszczelne kanały robocze w wyniku uszkodzonego zespołu napędów.

Do wymiany;

- kanał biopsyjny
- kanał woda- powietrze:
- kanał powietrzny
- pierścień
- dysza
- osłona obiektywu
- zespół napędu

- pierścień
- osłona gumowa
- chwytak pancerza
- chwytak linki
- chwytak pancerza linki
- inne części drobne

Przegląd techniczny