



Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO**

znak sprawy: WSzSL/FZ-57/22

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021poz.1129 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy Części 2 - Łóżko sterowane elektrycznie – 16 sztuk**

**Pytanie 1** – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 370 - 735mm?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Dotyczy SWZ**

**Pytanie 2** - Czy zamawiający dopuści w projektowanych zapisach umowy zapis dot. występowania siły wyższej: "Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas."

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje w projektach umowy zapisy poprzez dodanie §9A o następującym brzmieniu: "Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. (Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas.)"

**Pytanie 3** - Czy zamawiający dopuści termin płatności do 30 dni? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej cenowo.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 4** – Prosimy zamawiającego o zrezygnowanie z części zapisu w punkcie nr 10, który mówi że: W przypadku awarii urządzenia, wynikającej z jego nieprawidłowej eksploatacji, która nie została usunięta w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzenia na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z umowy oraz oferty Wykonawcy.

Zamiast tego sugerujemy, aby fragment ten otrzymał następujące brzmienie : „ W przypadku gdy usterka łóżka wynikająca z wady fabrycznej, a nie niewłaściwej eksploatacji przez użytkownika, nie zostanie usunięta w przeciągu 30 dni od daty jej zgłoszenia, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia łóżka zastępczego o parametrach zbliżonych do oferowanego łóżka na czas konieczny do usunięcia usterki.”

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje w projektowanych zapisach umowy §3 pkt 10 Załącznika 2 do umowy – Karta Gwarancyjna, który otrzymuje następujące brzmienie: „10. W przypadku awarii urządzenia, nie wynikającej z jego nieprawidłowej eksploatacji, która nie została usunięta w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lub wystąpienia konieczności trzykrotnego usunięcia tej samej wady zarówno w zakresie naprawy, jak i wymiany (części, elementu, podzespołu, itp.), Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzenia na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z umowy oraz oferty Wykonawcy”.



**Dotyczy Części 6 – Łóżko porodowe – 1 sztuka**

**Pytanie 5** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe oparte na dwóch kolumnach umieszczonych symetrycznie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe o długości wraz z segmentem nożnym 204cm i długością bez segmentu nożnego 144cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 7** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe o szerokości całkowitej wraz z barierkami: 103,5 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 8** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe sterowane za pomocą: Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska oraz pozycja Trendelburga/anty-trendelburga z panelu głównego przewodowego. Przycisk pozycji Trendelburga zaprogramowany w jednym przycisku, oznaczonym innym kolorem niż pozostałe przyciski oraz z symbolem pozycji Trendelburga. Bez włączania podświetlenia pod łóżkiem ale panel główny z diodowym wskaźnik zasilania.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 9** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe wyposażone z dwie barierki boczne przy segmentie pleców. Barierki składane poniżej leża zwalniane jedną ręką użytkownika, wymagające przestrzeni w celu złożenia barierki. Złożenie następuje po zwolnieniu blokady z zewnętrznej stronie barierki, amortyzowane zwolnienie barierki za pomocą sprężyny gazowej?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie od 62 cm 103 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy i wskazuje, iż jest to parametr punktowany. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 11** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe o elektrycznej regulacji oparcia pleców zakresie od 0 do 70o?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe o elektrycznej regulacji siedziska w zakresie od 0 do 30?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 13** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe z platforma dla noworodka usytuowaną pod segmentem nożnym leża - regulowana wysokość wraz z całym łóżkiem. Bez



regulacji położenia wzdłużnego i kąta nachylenia a z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko bez z materacem. Dźwignie zwalniające możliwość schowania segmentu nożnego z boku od strony nóg.?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 14** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko porodowe bez podnożków, a wyposażone w standardowe podkolanniki GOEPLA w kolorze czarnym regulowane zaciskami.?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko porodowe przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łożka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy w narożniku segmentu nóg. Dźwignia hamulca z kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej. Koła o średnicy 150mm

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 16** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łożka. Dostępne w kolorze granatowym.?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 17** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko o całkowitym roboczym obciążeniu we wszystkich segmentach wynoszące 230kg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 18** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko porodowe wyposażone w materace odejmovane bez elementów płyty z kompozytu.?

**W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko porodowe wyposażone:

- Komplet podkolanników
- Demontowalna miska,
- barierki boczne
- szyny boczne na akcesoria przy siedzisku"

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łożko porodowe z materacem w kolorze granatowym?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Dotyczy Części 2- Łóżko sterowane elektrycznie – 16 sztuk**

**Pytanie 21** - Czy Zamawiający może doprecyzować, ile zamówień zamierza złożyć w ramach realizacji części nr 2, i czy będą to zamówienia składane w 2022 roku czy w 2023 roku?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie realizowane w całości zgodnie z terminem określonym w SWZ.**

**Pytanie 22** - Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łożka 2230 mm (+/- 10 mm)?



**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 23** - Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka szpitalnego wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża i będzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość i szerokość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24-** Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużenia leża 300 mm? Jednocześnie prosimy o przyznanie 10 pkt. za ten parametr.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 25-** Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka o długości ok. 170 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 26-** Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” / nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 27-** Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pleców 0° – 65° (+/- 5°) oraz regulacji elektrycznej uda 0° – 45° (+/- 2°)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 28-** Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga 13° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga 15° (+/- 2°)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 29-** Czy (w pkt. 7 i 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego elektrycznej funkcji autokontur?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30-** Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez pracy w trybach opisanych w pkt. 11?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32-** Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania 230V, 50-60Hz, pilot bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci?





**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33-** Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 34-** Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża łóżka 4 – sekcyjnego, w tym 3 ruchome, leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL (jedna płyta na każdy segment leża), gładkimi, łatwo demontowanymi bez użycia narzędzi nadających się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy (segment miednicy wypełniony stalową płytą zamocowaną na stałe); panele nie posiadające na powierzchni wytłoczonej informacji graficznej informującej o kierunku montażu paneli?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35-** Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża wyposażonego w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 36-** Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elementy tworzywowe tj. szczyty łóżka wykonane z polipropylenu; leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL, segment miednicy wypełniony stalową płytą?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37-** Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji nośnej w postaci ramion wnoszących, leże podparte w 4 pkt., ramiona wykonane z profilu stalowego o przekroju 50x30 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38-** Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie funkcji autoregresji segmentu pleców oraz uda niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4; w segmencie oparcia pleców ok. 11 cm, w segmencie uda ok. 4 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 39-** Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie funkcji podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda tylko do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 40-** Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41-** Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół tworzywowych o średnicy 150 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 42-** Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierek bocznych metalowych, lakierowanych, składanych wzdłuż ramy leża, nie powodujących poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w



dwóch ruchach, tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki, barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 43-** Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca posiadającego wyprofilowaną / pofalowaną powierzchnię w okolicy pleców i uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Dotyczy Części 5 - Łóżko do przewozu chorvch – 1 sztuka**

**Pytanie 44-** Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platformy leża 2 segmentowej wykonanej z płyt HPL (zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i rogów), łatwych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 45-** Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozstawu pomiędzy kolumnami 1270 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 46-** Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej 2100 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 47-** Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej z opuszczonymi barierkami 810 mm.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 48-** Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej z podniesionymi barierkami 810 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 49-** Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie składanych, ergonomicznych rączek do prowadzenia wózka zlokalizowanych od strony głowy pacjenta ułatwiających dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), składane poniżej poziomu materaca; od strony nóg wózek wyposażony w uchwyt chromowany, wyjmowany ułatwiający manewrowanie wózkiem?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50-** Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego standardowo w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) oraz dodatkowo posiadającego piąte koło zapewniające manewrowanie i sterowanie wózkiem; piąte koło wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża i ułatwia precyzyjną jazdę wózkiem?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 51-** Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznych stalowych, lakierowanych proszkowo, składanych z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze szarym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poniżej



poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej; uchwyty do pchania / ciągnięcia wózka znajdujące się w szczycie od strony głowy i nóg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 52-** Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnej ze wspomaganiami sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 75°?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 53-** Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 54-** Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria tylko w narożnikach od strony wezglowia?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55-** Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów tylko w narożnikach od strony wezglowia?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56-** Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca piankowego 1-wartwowego w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalnym typu skaj o grubości 8 cm; materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57-** Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy, wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny 2-częściowy z regulacją wysokości, wyjmowany, z 4 hakami, max. obciążenie do 6 kg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 58-** Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez możliwość zamontowania uchwyty na butle z tlenem mocowanego od dowolnej strony leża?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

#### **Dotyczy Części 7- Videolarngoskop bezprzewodowy -2 szt**

**Pytanie 59-** zadania 2 Czy zamawiający wymaga Videolarngoskopu do trudnych intubacji o niższych parametrach :

Monitor 3,5" o następujących parametrach:

- Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia
- Waga – 85 g
- Przycisku włącz/wyłącz
- Wodoszczelny IPX4, można czyścić środkiem na bazie alkoholu lub chloru.
- Wymiary monitora: szer/wys/gru - 60mmx89mmx13mm
- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V 1500mAh
- Ładowanie przez mikro USB
- Rozdzielczość - 480x320 PIKSELI
- W komplecie stacja ładująca, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu

Akcesoria jednorazowe:

Łyżki laryngoskopowa jednorazowego użytku:



- sterylne, jednorazowego użytku
- wykonana z metalu
- wbudowane zabezpieczenie przeciwmgłowe

Mac Blade Size 3 ; Size 4

Hyper Blade Size 3; Size 4

Łyżki posiadające system obrazowania laryngoskopowego ProVu który posiada ogniskową, pole widzenia oraz pole oświetlenia zoptymalizowane pod kątem uzyskania lepszego obrazu budowy głośni. W połączeniu z doskonałym odwzorowaniem kolorów, zaciemnieniem i technologią pozwalającą na redukcję martwego pola, wideolaryngoskopy ProVu zmniejszają efekt cieniowania przez rurkę dotchawiczą podczas jej wprowadzania przez górne drogi oddechowe.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga i nie dopuszcza zaproponowanego urządzenia.**

**Uwaga!**

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany w SWZ w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania zostały naniesione czcionką koloru niebieskiego

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
Tomasz Uher





**Wojewódzki  
Szpital  
Specjalistyczny  
w Legnicy**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

---