

Ldz. ...181.../2022

Olsztyn, dnia 07.02.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

*Dotyczy: postępowania nr 345/2021/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej w ramach projektu „Konsorcjum badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.”.*

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1. Dotyczy Części nr 7:** System klatek SPF dla myszy

Czy Zamawiający wymaga, aby wlot powietrza do każdej klatki znajdował się w jej podstawie co pozwala na przesuszanie ściółki i ograniczanie kosztów utrzymania zwierząt laboratoryjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie, uznając je jednocześnie za bardzo pożądane.

**Pytanie nr 2. Dotyczy Części nr 2:** Zestaw urządzeń do znieczulania ogólnego dużych zwierząt

Czy dopuszczą Państwo system do anestezji wyposażony w wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 2l, który zapewnia znieczulenie wziewne dla zwierząt do masy ciała do 100 kg tj: psy, koty, świnie, gryzonie, gady, ptaki?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że aparat do znieczulenia dużych zwierząt przeznaczony będzie do użytku przy zwierzętach, których masa ciała znacząco przekracza 100 kg tj. konie, więc wymagana minimalna pojemność pochłaniacza to 6 l.


**Pytanie nr 3. Dotyczy Części nr 2:** Zestaw urządzeń do znieczulania ogólnego dużych zwierząt

Czy dopuszczą Państwo system do anestezji wyposażony w regulację ciśnienia wdechu PCV od 2 do 60 cm H<sub>2</sub>O, który zapewnia znieczulenie wziewne dla zwierząt do masy ciała do 100 kg tj: psy, koty, świnie, gryzonie, gady, ptaki?

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że aparat do znieczulenia dużych zwierząt przeznaczony będzie do użytku przy zwierzętach, których masa ciała znacząco przekracza 100 kg tj. konie, więc wymagana regulacja ciśnienia wdechu PCV od 2 do 80 cm H<sub>2</sub>O.

**Pytanie nr 4. Dotyczy Części nr 2:** Zestaw urządzeń do znieczulania ogólnego dużych zwierząt

Czy dopuszczą Państwo system do anestezji z oddzielnym respiratorem mechanicznym przeznaczonym do dużych zwierząt umieszczonym na statywie tak jak na załączonym zdjęciu? Integralność respiratora z urządzeniem prowadzi do znacznego ograniczenia dostępu do zamówienia publicznego i wskazuje jedno rozwiązanie.



**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza system z oddzielnym respiratorem mechanicznym umieszczonym na statywie, pod warunkiem zachowania parametrów umożliwiających stosowanie go u dużych zwierząt o masie ciała ponad 250kg (koni). Prezentowana na zdjęciu wielkość respiratora wskazuje na jego zastosowanie u zwierząt o masie ciała poniżej 100 kg.

**Pytanie nr 5. Dotyczy Części nr 1:** Zestaw urządzeń do znieczulania ogólnego małych zwierząt

Zestaw Urządzeń do znieczulania ogólnego małych zwierząt

- I. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.
- II. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.
- III. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.
- IV. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na dokładne określenie wymagań sprzętowych przez Zamawiającego niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty oraz poprawnego skonfigurowania sprzętu do ewentualnej dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że

- I. Zamawiający będzie wymagał zastosowania złączy typu AGA, zamawiający dopuszcza zastosowanie adapterów do złączy typu AGA.
- II. Zamawiający będzie wymagał zastosowania złączy typu AGSS AGA, zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania adapterów do złączy typu AGSS AGA.
- III. Zamawiający wymaga zamontowanego parownika do izofluranu. Nie stawia wymagań odnośnie typu wlewu parownika, pod warunkiem dostarczenia adaptera umożliwiającego połączenie butelki z izofluranem z parownikiem .
- IV. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie przetworników krwawego ciśnienia pod warunkiem kompatybilności z oferowanym przez oferenta monitorem.

**Pytanie nr 6. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 2 ust. 1. Wnosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SWZ pkt. III ppkt. 16, stawka VAT 0% dotyczy wyłącznie pakietów 5 i 15.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że stawka VAT 0% dotyczy tylko części 5 i 15 postępowania.

**Pytanie nr 7. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 5 ust. 2:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 5 ust. 2 i wskazanie, że rękojmia odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Sprzedawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 5 ust. 2:

„2. Termin gwarancji wynosi: ..... od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Sprzedawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wyniki szkody w mieniu Zamawiającego będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy. Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia zapis SWZ w zakresie projektowanych postanowień umowy §5 ust.2. W związku z powyższym, zmienia się brzmienie **§5 ust. 2 Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy:**

„Termin gwarancji wynosi: ..... od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji przez Sprzedawcę. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Sprzedawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wyniki szkody w mieniu Zamawiającego będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy .”

**który otrzymuje brzmienie:**

„ Termin gwarancji wynosi: ..... od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Sprzedawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wyniki szkody w mieniu Zamawiającego będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy. Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

**Pytanie nr 8. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 5 ust. 5:

Wnosimy o wydłużenie czasu reakcji do 48 godz. w dni robocze. Ze względów logistycznych dotrzymanie 24 godz. terminu może okazać się trudne do spełnienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze.

**Pytanie nr 9. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 5 ust. 8:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Sprzedawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwanego lub serwisowanego urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a

jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Sprzedawcy i w związku z tym o dodanie do par. 5 ust. 8 następującego zdania:

*„Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, gwarancja jakości nie obejmuje wad przedmiotu umowy będących następstwem (i) użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub/i zaleceniami producenta lub najnowszą instrukcją serwisową, które Zamawiający otrzymał od Wykonawcy; (ii) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (iii) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (iv) uszkodzenia spowodowane; (v) zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.); (vi) normalnego zużycia rzeczy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia zapis SWZ w zakresie projektowanych postanowień umowy §5 ust.8. W związku z powyższym, zmienia się brzmienie **§5 ust. 8 Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy:**

*„W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okazały się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.”*

**który otrzymuje brzmienie:**

*„ W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okazały się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, gwarancja jakości nie obejmuje wad przedmiotu umowy będących następstwem (a) użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub/i zaleceniami producenta lub najnowszą instrukcją serwisową, które Zamawiający otrzymał od Wykonawcy; (b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (d) uszkodzenia spowodowane; (e) zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.); (f) normalnego zużycia rzeczy.”*

**Pytanie nr 10. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 5 ust. 11

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu

gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”*

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia zapis SWZ w zakresie projektowanych postanowień umowy §5 ust.11. W związku z powyższym, zmienia się brzmienie **§5 ust. 11 Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy:**

*„W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.”*

**który otrzymuje brzmienie:**

*„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu.”*

**Pytanie nr 11. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 5 ust. 12:

W przypadku nieusunięcia wad przedmiot umowy przez Sprzedawcę zasadnym wydaje się w pierwszej kolejności wezwanie Sprzedawcy do naprawy a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie wykonania zastępczego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i rażąco narusza równowagę stron, obciążając Sprzedawcę nie tylko finansowo (kara umowna i koszty pracy innego wykonawcy), ale też co do ryzyka nienależytego wykonania usługi przez podmiot, w wyborze którego Sprzedawca nie uczestniczy i na którego działania lub zaniechania nie ma wpływu.

Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz gwarancji jakości wykonywanych usług naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany.

W związku z tym, proponujemy następującą zmianę par. 5 ust. 12:

*„12. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie autoryzowanym serwisie - na koszt i ryzyko Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zdania ostatniego. W takim przypadku Zamawiający wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Sprzedawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Przed*

*skorzystaniem z uprawnienia wynikającego z niniejszego ustępu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ponownie naprawy wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Po ponownym wadliwym wykonaniu usługi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie konicznych prac innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta urządzenia, na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia zapis SWZ w zakresie projektowanych postanowień umowy §5 ust.12. W związku z powyższym, zmienia się brzmienie **§5 ust. 12 Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy:**

„Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Sprzedawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Sprzedawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę na przedmiot umowy.”

**który otrzymuje brzmienie:**

„Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie autoryzowanym serwisie - na koszt i ryzyko Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zdania ostatniego. W takim przypadku Zamawiający wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Sprzedawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Przed skorzystaniem z uprawnienia wynikającego z niniejszego ustępu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ponownie naprawy wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Po ponownym wadliwym wykonaniu usługi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie konicznych prac innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta urządzenia, na zasadach przewidzianych w niniejszym ustępie.”

**Pytanie nr 12. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 5 ust. 13:

Zwracamy uwagę, że ostatnie zdanie par. 5 ust. 13 jest zbędne z uwagi na wskazaną w zdaniu drugim tego postanowienia zasadę, iż koszty ekspertyzy ponosi strona, której stanowiska ekspertyza nie potwierdzi. Wobec tego, prosimy o usunięcie zdania ostatniego, alternatywnie o dodanie analogicznego zdania na rzecz Wykonawcy, tj. wskazującego, iż w przypadku potwierdzenia przez ekspertyzę, iż stanowisko Sprzedawcy jest prawidłowe, koszty ekspertyzy ponosi Zamawiający.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że usuwa ostatnie zdanie z **§5 ust. 13.**

**Pytanie nr 13. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 7 (kary umowne):

- a) Ust. 1.b - W naszej opinii zaproponowana kara umowna za niedotrzymanie terminu dostawy jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
- b) Ust. 5 - Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości netto ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy , co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia łączną wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Sprzedawcy, na 20% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy oraz wysokość kary umownych za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 na 0,2% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy.

#### **Pytanie nr 14. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Par. 8 ust. 2:

Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obciążone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia i prawo do naliczenia kary umownej z tym związanej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem (za wyjątkiem odstąpienia z przyczyn wskazanych w par. 8 ust. 1 lit. a)) Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego, dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę sprzętu wymagającego przygotowania pomieszczeń pod jego instalację, takie działanie Zamawiającego jest niekorzystne zarówno dla samego Zamawiającego (pozostawienie pomieszczenia przystosowanego pod konkretny sprzęt), jak i Wykonawcy.

*„2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie, za wyjątkiem odstąpienia z przyczyn*



wskazanych w par. 8 ust. 1 lit. a), powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Sprzedawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w par. 8 ust. 1 lit. b), liczony jest od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

### **Pytanie nr 15. Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy:**

Dodanie par. 9a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 9a

*Siła wyższa*

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.”

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

### **Pytanie nr 16**

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 2 do SWZ, część 6 w związku z udzieloną gwarancją? Zwracamy uwagę, że w SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ mowa jest o minimalnej gwarancji 12 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zakresie części 6 minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Zamawiający poprawia okres gwarancji w zmienionym załączniku nr 2 do SWZ w zakresie cz. 4-10, 15-16.

Z poważaniem

#### Załączniki:

1. Zmieniony, Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy

2. Zmieniony, Załącznik nr 4 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Sporządzili: Adrian Horodecki, Arkadiusz Tabaka, Sylwia Niemiec

**SPECJALISTA**

Dział Zamówień Publicznych, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel. (89) 524 51 11

mgr Sylwia Niemiec

**KANCLERZ**  
mgr inż. Bogusław Stec

