



WSS/KG/ 1311 /DZP/347 /JM/22

Tychy, dnia 20.09.2022r.

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz protez samorozprężalnych przewodu pokarmowego”, nr postępowania: 17/22/ZP/PN.**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp , Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

**dotyczy pakietu nr 13, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ustnik bez silikonowej gumki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowy ustnik bez *silikonowej* gumki. Jednorazowe ustniki muszą posiadać gumkę lub pasek mocujący wykonany z elastycznego materiału.**

**Pytanie nr 2**

**dotyczy pakietu nr 13, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ustnik posiadający pasek mocujący wykonany z bezłateksowego materiału?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowy ustnik posiadający pasek mocujący wykonany z bezłateksowego materiału, pod warunkiem, że będzie to materiał elastyczny.**

---

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 114 750 750,00 zł



### **Pytanie nr 3**

#### **dotyczy pakietu nr 2, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pętli do polipektomii okrągłych, z plecionego drutu, sztywnych (średnica drutu 0.42 mm), dostępne średnice 10, 15, 20, 25, 33 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica osłonki 2.4 mm, jednorazowego użytku, sterylne.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zwiększenie średnicy przy standardowej sztywności pętli.**

### **Pytanie nr 4**

#### **dotyczy pakietu nr 2, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych szczypiec biopsyjnych do gastroscopii i kolonoskopii, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, o powiększonej pojemności, do wyboru z igłą lub bez igły, ząbkowane, osłonka pokryta tworzywem ograniczającym tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, możliwość zamknięcia i otwarcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu oraz odchylenia łyżeczek na boki do wykonania biopsji stycznej, system markerów ułatwiający orientację, długości 1600 i 2400 mm do wyboru, łyżeczki zabezpieczone plastikowym kapturkiem, sterylne.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe szczypce biopsyjne do gastroscopii i kolonoskopii, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, o powiększonej pojemności, do wyboru z igłą lub bez igły, ząbkowane, osłonka pokryta tworzywem ograniczającym tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, możliwość zamknięcia i otwarcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu oraz odchylenia łyżeczek na boki do wykonania biopsji stycznej, system markerów ułatwiający orientację, długości 1600 i 2400 mm do wyboru, łyżeczki zabezpieczone plastikowym kapturkiem, sterylne.**

### **Pytanie nr 5**

#### **dotyczy pakietu nr 2, poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klipsownicy endoskopowej z załadowanym klipsem, jednorazowa, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, szerokość rozwarcia 11 i 17 mm, długość narzędzia 235 cm, uchwyt z pokrętkiem do rotacji klipsa.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza klipsownicę endoskopową z załadowanym klipsem, jednorazową, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, szerokość rozwarcia 11 i 17 mm, długość narzędzia 235 cm, uchwyt z pokrętkiem do rotacji klipsa.**

### **Pytanie nr 6**

#### **dotyczy pakietu nr 3, poz.5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 3 w pozycji 5 jednorazowego cewnika do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica przewodnicy 0,035"; długość narzędzia 1950mm; oraz tradycyjną metodą EPCW z użyciem długiej przewodnicy; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie jednorazowego cewnika do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica przewodnicy 0,035"; długość narzędzia 1950mm; oraz tradycyjną metodą EPCW z użyciem długiej przewodnicy; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędzia na uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu**

**Pytanie nr 7**

**dotyczy pakietu nr 3, poz.14**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie, drenu do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm; sterylne; 10szt w opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie, drenu do portu dodatkowego z trzpieniem, długość: 354 cm; sterylne; 10szt w opakowaniu**

**Pytanie nr 8**

**dotyczy pakietu nr 3, poz.14**

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 14 zgodzi się na zaokrąglenie ilości do 10 sztuk, gdyż opakowania są niepodzielne i jedno opakowanie zawiera 10 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości do 10 szt.**

**Pytanie nr 9**

**dotyczy pakietu nr 17, poz.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? Dotyczy to produktów w Zadaniu 17 pozycji 6.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym.**

**Pytanie nr 10**

**dotyczy pakietu nr 17, poz.7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaokrąglenie ilości do 10 sztuk, gdyż opakowania są niepodzielne i jedno opakowanie zawiera 10 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości do 10 szt.**

**Pytanie nr 11**

**dotyczy pakietu nr 17, poz.1**

Czy w pakiecie 17 w pozycji 1 nie doszło do omyłki pisarskiej MAY-1608 i chodzi o MAJ-1608?

**Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Chodzi o MAJ – 1608.**

**Pytanie nr 12**

**dotyczy pakietu nr 10, poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie jednorazowych szczypiec chwytających (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu? **Czy jeśli produkt jest pakowany pojedynczo to czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie 20 sztuk, gdzie 1 sztuka= 1 opakowanie?**

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie 20 szt, gdzie 1 sztuka to 1 opakowanie.**

**Pytanie nr 13**

**dotyczy pakietu nr 10, poz.2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznych jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w oddzielnych gotowych do użycia sterylnych pakietach?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pętli elektrochirurgicznych jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w oddzielnych gotowych do użycia sterylnych pakietach**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy zapisów SWZ, rozdział III, punkt 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy zapisów SWZ, rozdział III, punkt 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełniania depozytu do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), paragraf 4, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 17**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), paragraf 4, ustęp 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 13 do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 18**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ), paragraf 7, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy netto?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 19**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny netto nie ulegną podwyższeniu oraz że obniżki cen i rabaty nie będą mniej korzystne, niż dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców z zastrzeżeniem §3 ust. 7 i następnie.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego zapisu.**

### **Pytanie 20**

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 21**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Niezrealizowanie dostawy w ciągu **2 dni roboczych** od daty przyjęcia zamówienia upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień §7ust 2 pkt 4) niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 22**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w §6 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo -cenowym lub innych wad – Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 2 dni roboczych uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad, po wcześniejszym uznaniu reklamacji za zasadną. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieusunięcia wad albo w przypadku wystąpienia nowych, zastosowanie ma procedura opisana w zdaniu poprzedzającym.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 23**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Jeżeli ujawnią się wady po dostawie przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nieuznania reklamacji.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 24**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 25**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„w wysokości 0,2% wartości brutto danego zamówienia częściowego, za każdy dzień opóźnienia w dostawie”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 26**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 27**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 28**

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy, wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w terminie 30 dni od zaistnienia którejś z poniższych okoliczności:...”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 29**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 30**

Dotyczy warunków umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.**

### **Pytanie 31**

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Z uwagi na wycofywanie przez producentów części produktów wielorazowego użytku, prosimy o dopuszczenie w poz. 1 i 2 wielorazowych kleszczyków w jednej uniwersalnej długości 230 cm i polerowanych na końcu dystalnym (ok. 25 cm).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 1 i 2 wielorazowe kleszczyki w jednej uniwersalnej długości 230 cm i polerowane na końcu dystalnym (ok. 25 cm).**

### **Pytanie 32**

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie igieł o średnica 22G i długość 5 mm, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza igieł o średnicy 22G i długości 5 mm, jednorazowego użytku.**

### Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści jako produkt alternatywny używany już wcześniej w Szpitalu zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, zawierające lateks, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, dostosowane do endoskopów o dystalnej śr. zewnętrznej 9,5-11,5 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza produkt alternatywny używany już wcześniej w Szpitalu zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, zawierające lateks, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, dostosowane do endoskopów o dystalnej śr. zewnętrznej 9,5-11,5 mm**

### Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 16,poz.1

(Sonda do APC z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, Ø 2,3 mm, długość min. 2,2 m, wypływ strumienia plazmy czołowy. kompatybilna z posiadanym aparatem elektrochirurgicznym ERBE VIO 200S z przystawką argonową ERBE APC 2)

Czy w związku z faktem, iż producent diatermii oraz sond argonowych w pełni współpracujących z systemem rozpoznawania podłączonego instrumentu w przystawkach APC2 zaprzestał produkcji sond wielorazowych zamawiający wymaga dostarczenia sond argonowych jednorazowych z wbudowanym filtrem. Reszta parametrów zgodna ze specyfikacją.

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości sztuk. 1 opakowanie sterylnych sond = 10 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie sond argonowych jednorazowych z wbudowanym filtrem. Zamawiana ilość sztuk to 20 sztuk.**

### Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 16,poz.2

(Sonda do APC z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, Ø 2,3 mm, długość min. 2,2 m, wypływ strumienia plazmy boczny wachlażowy. kompatybilna z posiadanym aparatem elektrochirurgicznym ERBE VIO 200S z przystawką argonową ERBE APC 2).

Czy w związku z faktem, iż producent diatermii oraz sond argonowych w pełni współpracujących z systemem rozpoznawania podłączonego instrumentu w przystawkach APC2 zaprzestał produkcji sond wielorazowych zamawiający wymaga dostarczenia sond argonowych jednorazowych z wbudowanym filtrem . Reszta parametrów zgodna ze specyfikacją. Prosimy Zamawiającego o określenie ilości sztuk. 1 opakowanie sterylnych sond = 10 sztuk.

**Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie sond argonowych jednorazowych z wbudowanym filtrem. Zamawiana ilość sztuk to 20 sztuk.**

### Pytanie 36

Dotyczy pakietu nr 2,poz.1

Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii, owlane, z plecionego drutu, sztywność standardowa (średnica drutu 0,47 mm), w rozmiarach 10 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm, 36 mm. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,43mm, rękojeść skalowana co 10 mm, jednorazowego użytku, sterylne

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pętle do polipektomii, owlane, z plecionego drutu, sztywność standardowa (średnica drutu 0,47 mm), w rozmiarach 10 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm,**



**36 mm. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,43mm, rękojeść skalowana co 10 mm, jednorazowego użytku, sterylne**

### **Pytanie 37**

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczypce biopsyjne do gastroscopii i kolonoskopii, łyżeczki owalne z okienkiem, o powiększonej pojemności szerokość rozwarcia łyżeczek 6,7 mm, długość łyżeczek 6 mm, gładkie lub ząbkowane (do wyboru), bez igły lub z igłą (do wyboru), osłonka pokryta teflonem, możliwość zamknięcia i otwarcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu z możliwością wykonania biopsji stycznej. osłonka ze znacznikami na końcu dystalnym ułatwiające orientację, średnica 2,3 mm, długości: 1800 mm i 2300 mm. łyżeczki w opakowaniu zabezpieczone plastikowym kapturkiem, sterylne.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe szczypce biopsyjne do gastroscopii i kolonoskopii, łyżeczki owalne z okienkiem, o powiększonej pojemności szerokość rozwarcia łyżeczek 6,7 mm, długość łyżeczek 6 mm, gładkie lub ząbkowane (do wyboru), bez igły lub z igłą (do wyboru), osłonka pokryta teflonem, możliwość zamknięcia i otwarcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu z możliwością wykonania biopsji stycznej. osłonka ze znacznikami na końcu dystalnym ułatwiające orientację, średnica 2,3 mm, długości: 1800 mm i 2300 mm. łyżeczki w opakowaniu zabezpieczone plastikowym kapturkiem, sterylne.**

### **Pytanie 38**

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę endoskopową z załadowanym klipsem, jednorazowa, do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, szerokość rozwarcia klipsa 11 mm i 16 mm (do wyboru), kąt rozwarcia ramion klipsa 135°, długości narzędzia: 195 cm i 230 cm (do wyboru), średnica cewnika 2,6 mm, możliwość wielokrotnego otworzenia i zamknięcia klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, uchwyt z pokrętłem do rotacji klipsa.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza klipsownicy endoskopowej z załadowanym klipsem, jednorazowej, do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, szerokość rozwarcia klipsa 11 mm i 16 mm (do wyboru), kąt rozwarcia ramion klipsa 135°, długość narzędzia: 195 cm i 230 cm (do wyboru), średnica cewnika 2,6 mm, możliwość wielokrotnego otworzenia i zamknięcia klipsa przed ostatecznym uwolnieniem, uchwyt z pokrętłem do rotacji klipsa.**

### **Pytanie 39**

Dotyczy pakietu 5

Czy zamawiający dopuści Jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku składający się z: nasadki na endoskop zawierającej 6 opasek lateksowych koloru niebieskiego przedostatnia opaska przezroczysta lub 6 opasek bezlateksowych koloru żółtego przedostatnia opaska czarna I (do wyboru), oraz głowicy z nicią nylonową do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem typu Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, kompatybilne z endoskopem GIF-H190

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku składający się z: nasadki na endoskop zawierający 6 opasek lateksowych koloru niebieskiego**

przedostatnia opaska przezroczysta lub 6 opasek bezlateksowych koloru żółtego przedostatnia opaska czarna I ( do wyboru), oraz głowicy z nicią nylonową do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem typu Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, kompatybilne z endoskopem GIF-H190

#### **Pytanie 40**

Dotyczy pakietu 13

Czy zamawiający dopuści jednorazowy ustnik endoskopowy z gumką tekstylną do mocowania ustnika; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowy ustnik endoskopowy z gumką tekstylną do mocowania ustnika; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego.**

*Niniejsza modyfikacja treści SWZ jest jej integralną częścią. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.*

**W związku z zaistniałą modyfikacją aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 04.10.2022r. godz.: 08:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:30.**

**Termin związania z ofertą ulega zmianie na: 01.01.2023r**

Prezes Zarządu  
Mariola Szulc