



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 53

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1736 / 3148 /2023

Data: 24.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 29, Pozycje 16-29

Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu dookoła?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 29, Pozycje 16-29

Czy Zamawiający wymaga rurek z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 29, Pozycje 30-33

Czy Zamawiający wymaga przewodnic bezftalanowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 29, Pozycje 34-39

Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 31

Czy Zamawiający dopuści: rurkę intubacyjną z mankietem o standardowo niskiej przenikalności dla podtlenu azotu, posiadającą wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem, z dodatkowym łącznikiem do podłączenia do urządzeń ssących, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrzchawicznych, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu oraz na łączniku 15mm, linia rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

