

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/5/1/25

data: 12.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 5/25/ZP „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytanie:

Firma 1

Czy w pakiecie 24 - Komplet chirurgiczny, zostanie dopuszczony produkt o gramaturze SMS 40?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 2

1. Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, o średnicy 13 Fr o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzało 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ramion prostych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 17 poz. 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

c.d. pytań

1. Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz.2 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy wysokoprzepływowym (High Flow), bez otworów bocznych średnica 13,5 FR o długości 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzało 13 Fr
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ramion prostych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 17 poz. 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

c.d. pytań

1. Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR o długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 17 poz.3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

c.d. pytań

1. Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 17 poz. 3 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

c.d. pytań

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 3 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsiönku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzało 12 Fr
- rozszerzało 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 17 po 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

Firma 3

Pakiet 5 – Piżama męska

1. Czy Zamawiający dopuści zestawy typu ubranie ekonomiczne, ze spodniami na gumkę, bluzy zakładane przez głowę, bez wiązania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 6 – Akcesoria na salę operacyjną

1. Czy Zamawiający dopuści serwety z celulozy podfoliowanej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 24 - Komplet chirurgiczny

1. Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z włókniny o gramaturze 43 g/m kw., dostępne w rozmiarach S – XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 4

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 - Sterylny zestaw do drenażu przezskórnego (zestaw do punkcji jam ciała) metodą jednostopniową, z kateterem prostym lub PIGTAIL w rozmiarze 8F w miejsce wymaganego 9F.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 5

Pakiet nr 1 poz. 1, 2, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści igłę wyposażoną w lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu oraz posiadają kropkę kierunkową przy ścięciu, żeby zlokalizować ostrze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarach 22G x 88 mm oraz 25G x 88 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarach 22G x 88 mm, 26G x 88 mm oraz 27G x 88 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem typu Pencil Point w rozmiarach 22G x 88 mm, 26G x 120 mm oraz 27G x 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania standardowego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem typu Pencil Point w rozmiarach 26G x 88 mm oraz 27G x 88 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę z ostrzem typu Pencil Point w rozmiarach 26G x 120 mm oraz 27G x 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy posiadający 2 rury o długości 160 cm (po rozciągnięciu) i dodatkową rurę o długości 100 cm (po rozciągnięciu)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy posiadający 2 rury o długości 180 cm (po rozciągnięciu) i dodatkową rurę o długości 120 cm (po rozciągnięciu)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy bez czerwonej zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wraz z czerwoną zatyczką dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy posiadający 2 rury o długości 160 cm (po rozciągnięciu) i dodatkową rurę o długości 100 cm (po rozciągnięciu)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy bez czerwonej zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wraz z czerwoną zatyczką dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trójnik Y z portami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy z gumy kauczukowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpięści?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania 32 mg H₂O/L przy V_t 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z portem do odsysania zamykanym ręcznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalowany co 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 6

Pytania do pakietu 2– Zestawy do kaniulacji dużych naczyń

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści:

Cewniki wykonane są z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna, końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, końcówkę CVC można również zweryfikować za pomocą RTG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy z dozownikiem pokrętła, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Dla pozycji 1 cewnik jednoświatłowy, 7F zamiast 4F, 6F, 7F, 8F

Dla pozycji 2 cewnik dwuświatłowy, 7F 20cm zamiast 8F/20cm

Dla pozycji 3 cewnik trzyświatłowy, 7F 20cm zamiast 8F/20cm

Dla pozycji 4 cewnik czteroświatłowy, 8,5F 20cm zamiast 8F/20cm

które spełniają określone normy jakościowe i użytkowe, ale różnią się od tradycyjnych produktów wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści próbkę w rozmiarze 7F – 2 szt. zamiast 8 F – 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytania do pakietu 17 - Cewnik dializacyjny

Pytanie 1 do pozycji 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści:

Cewnik czasowy do hemodializy, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, 2 rozszerzacze, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.



Dla pozycji 1 cewnik dwukanałowy 12F 15,20,24cm zamiast 13 Fr /18 cm/20cm/24cm/30cm /35cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Dla pozycji 2 cewnik trzykanałowy 13F 15,20,24cm zamiast 12 Fr / 18 cm/ 20 cm/ 24 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2 do pozycji 3 Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodne z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści:

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin, zakładany metodą Seldingera. Zestaw, w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip);

W rozmiarze 15,5F zamiast 14,5 Fr, długości zgodnie z wymogiem.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z metalowym trokarem tępo zakończonym, z 3 otworami bocznymi? Produkt spełniający pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 oczekuje, aby dreny z trokarem do drenażu opłucnej były zakończone elastycznym łącznikiem w postaci nasadki na łącznik schodkowy, umożliwiającym łatwe i szybkie podłączenie zestawu drenażowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 8

Pytanie do pakietu 22 poz 2.

Czy Zamawiający dopuści igły do wykonywania blokad w długości 22Gx50mm oraz 22Gx40mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 9

Pakiet 3 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający zgodzi się na „martwe przestrzenie” rozciągalne, wykonane z PP, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód o długości 180 cm, z linią do monitorowania CO2 pakowaną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z dodatkową rurą do worka rozciągliwą do długości 120 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr oddechowy o wadze 26,2 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 10

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający określa min. wartość zamówienia na poziomie 80% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych artykułów medycznych pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, uzupełni dostawę”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych artykułów medycznych, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie 14 dni

licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji wraz z zwrotem wadliwego urządzenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 5 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

W związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy wadliwego urządzenia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych oraz wykreślenie z § 4 ust. 5 zdania: „Wraz z dostawą artykułów medycznych wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy artykuły medyczne wadliwe”?

Procedura reklamacji wymaga zwrotu wadliwego urządzenia, aby możliwe było przeprowadzenie wspomnianej ekspertyzy.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia artykułów wolnych od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a, 1b, 1c, 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości, ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 16

Czy zamawiający pozwoli zaoferować następujące rozwiązania równoważne :

Poz. 1

Zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzućcia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony: nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Poz. 2

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG. Do zastosowania zarówno u dzieci jak i dorosłych. Zestaw zawiera: dren silikonowy o długości 60cm, drut do przeciągania drenu PEG, pętla do przeciągania drutu o długości 180cm i średnicy pętli 25mm, 2 igły z mandrynem 19G i 25G, igła z trokarem, zacisk do regulacji przepływu, skalpel nr 11, obłożenie z otworem 80 x 60cm, komplet 4 gazików 10x10 cm, strzykawka 10ml, złącze typu ENFit, złącze typu Y, zewnętrzne urządzenie mocujące, płytka wykonana z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika. okrągła płytka wykonana z silikonu o średnicy 35mm , nożyczki o długości 140mm, kleszczyki pean o długości 125mm, ustnik. Zestaw w rozmiarach 12Fr,14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr i 24Fr (do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Poz. 3

Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, dł. narzędzia 2300 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 11

Pakiet 1, poz. 1,2,4,5 – Czy Zamawiający dopuści igłę z krystalicznie przezroczystą nasadką posiadającą wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego minimalizując jego wyptyw?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 1,2,4,5 – Czy Zamawiający dopuści igłę z opisem w języku angielskim oraz dobrze widoczną datą produkcji i ważności, numerem lot i ref oraz rozmiarem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 1 roz. 25Gx90mm – Czy Zamawiający dopuści igłę z przewodnicą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 2 roz. 22Gx120mm – Czy Zamawiający dopuści igłę bez przewodnicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 2 roz. 26Gx130mm – Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26Gx120mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 2 roz. 27Gx130mm – Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27Gx120mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu luer
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkluciu
- Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (Pencil Point) 27G (szara) o długości 135 mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFE-WAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm
- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)
- Tępa igła do nabierania leków 18 G 38 mm z wbudowanym filtrem 0,5 µm. Ścięcie igły pod kątem 45°
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu luer
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniu naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkluciu
- Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (Pencil Point) 27G (szara) o długości 135 mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFE-WAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm
- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)
- Tępa igła do nabierania leków 18 G 38 mm z wbudowanym filtrem 0,5 µm. Ścięcie igły pod kątem 45°
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 5– Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie w roz. 26Gx120mm i 27Gx120mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 5, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści piżamę o następujących parametrach: Ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, wkładana przez głowę, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3. Rozmiar S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół operacyjny o następujących parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch warstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg.

Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół operacyjny o następujących parametrach: Prześcieradło medyczne wzmocnione w rozmiarze 80 x 210 cm, kolor biały z 48 niebieskimi nitkami. Wykonane z celulozy 23 g/m² oraz folii polietylenowej (PE) o gramaturze 17 g/m². Opakowanie 25 szt. Chłonność 140 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 7, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze min. 33g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 7, poz. 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści spodenki (poz. 3)/ majtki (poz. 4) w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 12

Pakiet 16

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przełyku z głowicą wyposażoną w nylonową prowadnicę, opaski z domieszką lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości otwarcia klipsa 11 mm, 13 mm, 16 mm, o konstrukcji nie wymagającej całkowitego schowania klipsa w osłonce, dostarczanego w plastikowej ochronnej osłonce, materiał pokrywający przewód bez znaczników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 21G.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 23G.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 13

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci

o powierzchni min. 1400 cm²;

o wadze 52 g;

z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę ,

o przestrzeni martwej 80 ml;

posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7;

o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30;

z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej;

kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim ,

o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml;
posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 1.1 cm H₂O oraz przy 60 l/min. 2.6 cm H₂O;
filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C;
wolny od latex, PCV, ftalany;
posiadający standardowe złącze 22/15,

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pakietu 2.

Czy Zamawiający w pakiecie 28 dopuści Jednorazowy zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) o składzie: rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem "J", kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, lub rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem 15mm, ze stałą ramką – do wyboru przez Zamawiającego, każda rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0

Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie nie zawiera pakietu 28.

Czy Zamawiający w pakiecie 94 dopuści Jednorazową łyżkę światłowodową, standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu, redukującym powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie pokryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu 4,7mm. Konstrukcja światłowodu zapewnia doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki zapobiega stykaniu łyżki z uchwytem.

Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórznego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru oraz QR.

Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu)

Termin ważności min. 3 lata. Wyrób medyczny niesterylny

W pełni kompatybilna z oferowanymi rękojeściami. Macintosh 0,1,2,3,4,5/Miller 000,00,0,1, 2,3,4

Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie nie zawiera pakietu 94.

Czy Zamawiający w pakiecie 97 dopuści Maskę krtaniową LMA Supreme jest przyrządem jednorazowego użytku, drugiej generacji, z dostępem do przewodu pokarmowego i zapewnia skuteczne uszczelnienie First Seal na poziomie części ustnej gardła (uszczelnienie ustno-gardłowe) oraz innowacyjne uszczelnienie w obrębie górnego zwieracza przełyku (uszczelnienie przełykowe)

Wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, szaft wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H₂O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maskę wyposażoną w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową

osłonkę mankietu ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/ , poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej:(1) <5 kg/6F; (1.5) 5-10 kg/6F; (2) 10- 20 kg/10F; (2.5) 20-30 kg/10F; (3)30-50 kg/14F; (4) 50-70 kg/14F; (5) 70-100 kg/14F. Produkt sterylny,pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu

Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie nie zawiera pakietu 97.

c.d. pytań

1. Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek ekstrakcyjny z rozprężaną obręczą, nieprzepuszczalny, wytrzymały na rozdarcie. Średnica 50 mm, długość worka 19cm, szerokość worka 9cm. Do trokara o średnicy 10mm. Pojemność 200 ml. 1 opakowanie = 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 z pakietu 18?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W związku z brakiem możliwości dodawania części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

Firma 14

PAKIET 5 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS 40 g/m², spodnie wiązane na troki, bluza z krótkim rękawem, dekolt w szpic bez wiązania, niesterylne, spodnie i bluza pakowane razem, rozmiary S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PAKIET 6 Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z dwóch warstw bibuły oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PAKIET 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozcięciem z przodu do wysokości pępka, wiązaną na dwie pary troków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PAKIET 7 Czy Zamawiający dopuści w każdej pozycji rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 15

Pakiet 19: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe butelki kompatybilne ze smoczkami ze standardowym gwintem z nakrętką o wewnętrznej średnicy 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19: Czy Zamawiający dopuści produkty które nie są klasyfikowana jako wyroby medyczne ponieważ nie podlegają dyrektywie w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG ani rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych 2017/745? Ze względu na to, że nie podlegają dyrektywom dotyczących urządzeń medycznych, produkty nie mogą być oznaczone znakiem CE. Posiada deklarację zgodności z norma BS EN 14350:2020.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 16

Zadanie 7 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza koszulę zgodnej z opisem

- włóknina SMS o gramaturze 30g/m²

- kolor granatowy

- krótkie rękawy

- rozcięcie pod szyją wiązane na troki
- rozmiary XL (117 x 154 cm) oraz 2XL (120 x 160 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zadanie 7 poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zadanie 7 poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza majtki w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zadanie 7 poz. 3, poz 4

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania wyrobu higienicznego ze stawką 23% VAT w związku z informacją WIS, którą przesyłamy w załączeniu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zadanie 11

Czy zamawiający dopuszcza rurkę o podanych parametrach?

- Gładka, ścięta i starannie uformowana, kapturkowa końcówka ułatwiająca intubację i zapewniająca pacjentowi wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu
- Mankiet o dużej objętości i niskim ciśnieniu pomaga zapewnić skuteczne uszczelnienie mankieta przy niskim ciśnieniu, w przypadku intubacji podczas długotrwałej wentylacji
- Oznaczenia głębokości intubacji i wstępnie zamontowany łącznik 15 mm
- Nadaje się do intubacji zarówno ustnej, jak i nosowej.
- Linia rentgenowska Tip-to-Tip umożliwia bezpieczną kontrolę pozycjonowania
- Oko Murphy'ego jako dodatkowa funkcja bezpieczeństwa
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- podwójne oznaczenie rozmiaru - na rurce oraz łączniku
- skala co 1 cm (numeryczna co 2 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zadanie 24

Czy zamawiający dopuszcza komplet o podanych parametrach?

Ubranie higieniczne

- wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m²
- Bluza z krótkim rękawem posiada trzy kieszenie, jedna na górze i dwie na dole
- Wycięcie pod szyją w kształcie litery „V” obszyte białą lamówką
- Spodnie z trokami w pasie wykonanymi z tej samej włókniny co cały komplet
- Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 73 CFU
- Czystość mikrobiologiczna poniżej 3 CFU/100 m²
- Jednorazowego użytku, antystatyczne, niepyłące, oddychające
- Kolor niebieski oraz zielony
- Rozmiary: XS - XXL
- Komplet (bluza + spodnie) pakowany w torebkę foliową
- opakowanie zbiorcze 50 kompletów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Zadanie 24

Czy zamawiający dopuszcza komplet o podanych parametrach?

Ubranie higieniczne granatowe

- komplet bluza + spodnie
- wykonane z włókniny Cottonflex soft o gramaturze 45 g/m²

- bluza z krótkim rękawem bez ściągacza z trzema kieszeniami (2 na dole, 1 na górze)
- spodnie z prostymi nogawkami bez ściągaczy, trok w pasie
- dostępne rozmiary S-XXXL
- Komplet bluza + spodnie pakowane w torebkę foliową (30 x 30 cm)
- Opakowanie zbiorcze 50 kompletów (60 x 40 x 30 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 24

W związku z załączonymi informacjami WIS oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

według których wymienione produkty są wyrobami higienicznymi lub Środkami Ochrony Indywidualnej, a nie wyrobami medycznymi, wnioskujemy o dostosowanie wymagań do aktualnych przepisów i wykreślenie zapisów o spełnianiu wymogów stawianych przez normę EN 13795. Norma ta dotyczy wyrobów medycznych, podczas gdy wymagany asortyment w tym pakiecie nie należy do tej grupy produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 24,

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu higienicznego ze stawką 23% VAT w związku z informacją WIS, którą przesyłamy w załączeniu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 17

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pediatryczny układ oddechowy o następujących parametrach:

Długość rur 150 cm (po rozciągnięciu)

Średnica złącza rur 22 mmF żeńskie (materiał EVA)

Długość ramienia 75 cm (po rozciągnięciu)

Średnica rur 15 mm

Worek oddechowy 1 litr bezlateksowy

Materiał rur PP (polipropylen)

Średnica złącz trójnika 22mm, 15 mm

Kolanko z portem Luer-Lock

Łącznik prosty 22mmM-22mmM

Zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ i do testowania szczelności

Dwa porty w trójniku zatyczki szczelnie zamykające zamocowane na stałe

Czas używania do 7 dni- wg instrukcji użycia

Nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Lub

układ oddechowy o następujących parametrach:

Rodzaj rur:	o zmiennej długości (rozciągliwe)
Długość rur	180 cm (po rozciągnięciu)
Przeznaczenie	Pediatryczny

Średnica złącza rur	22 mm
Długość ramienia	150 cm (po rozciągnięciu)
Średnica rur	15 mm
Worek oddechowy	1 litr bezlateksowy
Średnica złącz trójnika	22mm, 15 mm
Kolanko z portem Luer-Lock	
Dwa porty w trójniku	zatycki przytwierdzone na stałe do obwodu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o wadze 35,6 g, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 w pozycji 1 dopuści sterylne butelki o pojemności 80 ml lub 140 ml, w pozycji 2 butelki o pojemności 230 ml, pakowane pojedynczo ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym