



Grudziądz, dnia 11.06.2024 r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/44/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy asortymentu medycznego wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/44/PN/24)*, wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### Zapytanie 1:

*Zadanie 4: Dostawy podzespołów i części serwisowania aparatów do hemodializy Dialog+*

*Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. "W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania", Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy (porty i licencje), umożliwiając tym samym eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?*

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż asortyment objęty przedmiotem zamówienia jak i samo urządzenie nie jest przystosowane do eksportu danych i nie posiada aktywnych interfejsów (porty i licencje) umożliwiających eksport danych do systemów zewnętrznych.

