



SZP-EZP/94/2023

Złotów, dnia 18.04.2023 r.

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **6/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: **„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do badań w serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą urządzeń”**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w poniższy sposób:

### I. Wyjaśnienia treści SWZ:

#### Pytanie nr 1

Zamawiający dopuści w ramach pkt. 13 i 21. parametrów wymaganych zaoferowanie w pełni sprawnej technicznie i zwalidowanej wirówki do mikrokart na max 6 miejsc nie starszej niż z 2015 r., bądź alternatywnie (zamiast wirówki na max 6 miejsc) wirówki na max 12 miejsc, nie starszej niż z 2018 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie zamiast wirówki na maksymalnie 6 miejsc, wirówkę na maksymalnie 12 miejsc, rok produkcji nie starszy niż 2018 rok.

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego odpowiedzi w terminie krótszym niż wskazany w art. 284 ust 2, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert zgodnie z **art. 284 ust. 3**.

### II. Modyfikacje treści SWZ

Zamawiający zgodnie z art. 286 ustawy Pzp informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

1. W rozdziale **XVIII SWZ**, pkt 1, który otrzymuje **nowe brzmienie**:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. **do dnia 20 maja 2023 r.**

2. W rozdziale **XIX SWZ**, pkt 1 i 3, który otrzymuje **nowe brzmienie**:

Pkt 1 - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **21 kwietnia 2023 r. do godziny 08:00**.

Pkt 3 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 kwietnia 2023 r. o godzinie 08:05**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/753015>)
2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)