



**Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 29.06.2023 r.

### **Uczestnicy postępowania**

**dotyczy: PN 47/23–dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz mleka modyfikowane wraz z osprzętem i dzierżawą mieszalnika do produkcji żywienia pozajelitowego**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycji 1** dopuszcza niskoprofilowy zestaw do gastrostomii marki Avanos z

balonem silikonowym z możliwością wyboru długości przez zamawiającego z zakresu:

- 12 CH – 0,8-4 cm;
- 14,16,18,20,22 CH – 0,8-5cm;
- 24 CH – 1,5cm-5cm

W zestawie z 2 jałowymi przewodami do karmienia ciągłego(2 portowa) oraz bolusowego (jednoportowa)?

Kod produktu 8140XX

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 2:**

**Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycja 2** dopuszcza przewód marki Avanos do karmienia ciągłego, niejałowy o długości 60 cm, kompatybilny z niskoprofilowym zgłębnikiem gastrostomijnym silikonowym z poz. 1 pakiet 53?

Kod produktu 0141-24

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3:**

**Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycja 2** dopuszcza przewód marki Avanos do karmienia ciągłego, niejałowy o długości 30 cm, kompatybilny z niskoprofilowym zgłębnikiem gastrostomijnym silikonowym z poz. 1 pakiet 53?

Kod produktu 0141-12

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4:**

**Czy zamawiający w pakiecie 55 pozycja 2** dopuszcza sondę gastrostomijną typu G-Tube marki Avanos do żywienia ciągłego (dwuportowa) wykonana z silikonu z balonem mocującym. Dostępne rozmiary 12CH- 30CH do wyboru przez Zamawiającego.

Kod produktu:8100-xx

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5:**

**Czy zamawiający w pakiecie 55 pozycja 2** dopuszcza sondę gastrostomijną typu G-Tube marki Avanos do żywienia bolusowego (jednoportowa) wykonana z silikonu z balonem mocującym. Dostępne rozmiary 12CH- 24CH do wyboru przez Zamawiającego.

Kod produktu: 8110-xx

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6:**

**Czy zamawiający w pakiecie 55 pozycja 3** dopuszcza sondę gastrostomijną do żywienia bolusowego (jednoportowa) 24 CH do podawania pokarmu, marki Avanos; z przezroczystego silikonu, z balonem o poj. Max 15 ml, dł. 16 cm?

Kod produktu:8110-24

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7:**

Czy zamawiający w pakiecie 55 pozycja 3 dopuszcza sondę gastrostomijną do żywienia ciągłego (dwuportową) 24 CH do podawania pokarmu, marki Avanos; z przezroczystego silikonu, z balonem o poj. max 15 ml, dł. 16 cm?

Kod produktu:8100-24

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8:**

Czy zamawiający w pakiecie 58 wymaga strzykawkę marki Avanos ze złączem typu ENFit, 3 częściowa, posiadającą cylinder o średnicy nie większej niż 29mm (co usprawnia podaż produktów dojelitowych) z plastikowym tłokiem, uszczelniaczem oraz pierścieniem zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem. Posiadającą jednostronną, wyraźną skalę z dokładnością do 1/10 ml oraz dodatkową skalę w jednostce uncji. Wyprodukowana bez użycia naturalnego lateksu oraz bez użycia bisfenolu A. Sterlizowana tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9:**

Czy zamawiający w pakiecie 59 dopuszcza PEG MIC Deluxe marki Avanos -sterylny zestaw do przezskórnej gastrostomii wprowadzany endoskopowo. Zgłębnik PEG wykonany z przezroczystego silikonu medycznego, z paskiem cieniującym w RTG dla uwidocznienia cewnika, zaopatrzony w zewnętrzny zapadający się talerzyk mocujący umożliwiający jego usunięcie bez konieczności wykonania endoskopii. Zestaw zawiera cewnik PEG o średnicy 14 Fr/20Fr/24Fr, prowadnik z pętlą, uniwersalny adapter z końcówką EnFit, zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK, zacisk do zgłębnika, igła z filtrem 19 G, igła z filtrem 22 G, igła 25 G, igła wprowadzająca 14 G, strzykawka 12ml, 1 skalpel nr 11, gaziki 10 x 10 cm, gaziki 5 x 5 cm z nacięciem, serweta z wycięciem oraz podkładkami samoprzylepnymi, nić chirurgiczna?

Kod produktu 9640 -xx

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10:**

Czy zamawiający w pakiecie 60 dopuszcza zgłębniki marki Avanos, sterylne, do wymiany gastrostomii, wykonane z silikonu, z balonem mocującym od strony żołądka, zakładane przez istniejący otwór gastrostomijny, ze znacznikiem cieniującym w RTG, dystalny koniec z portem do żywienia z łącznikiem EnFit, portem do podawania leków i portem do napełniania balonów, średnice zgłębników:

- 12Fr pojemność balonu 5ml;
- 14FR i 16Fr – pojemność balonu 7ml;
- 18FR, 20Fr, 22FR, 24Fr, 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr – pojemność balonu 15 ml

Z zewnętrznym talerzykiem SECUR-LOK posiadający 6 otworów i 6 pogrubień dystansujących talerzyk od skóry?

Kod produktu: 8100-xx

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.