

L.dz. DAG / 382 / 178 / 2024

Dotyczy: postępowania nr PN-13/24 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do przygotowywania leków cytotoksycznych z użyciem cytorobota wraz z jego dzierżawą.

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) ZAMAWIAJĄCY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje, poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, dotyczące pkt. 5 Załącznika 2 (parametry techniczne robota):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cytorobota o następujących wymiarach: Szerokość: 890 mm, Głębokość: 390 mm, Wysokość: 580 mm.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2 – dotyczące rozdziału XIX pkt 7.2 SWZ (przedmiotowe środki dowodowe):

Czy Zamawiający dopuści zamiast certyfikatu deklaracje potwierdzające, że oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnymi z:

- 2006/42/EC Dyrektywą maszynową;
- 2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa;
- 2014/30/EU Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie zamiast certyfikatu deklaracji producenta urządzenia jeżeli na okoliczność spełnienia tych norm nie są wystawiane certyfikaty.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Agnieszka Metlerska, nr tel. 91 42 51 431.

Zatwierdzam:
Dyrektor Zachodniopomorskiego
Centrum Onkologii

