

Gdańsk, dnia 26 -10-2021

Nr postępowania - 30/2021

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (*Dz. U. z 2021, poz.1129*) zwanej dalej u-Pzp na **dostawę materiałów i odczynników do badań genetycznych dla policyjnych laboratoriów kryminalistycznych na lata 2022 - 2024**, prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku wspólnie z innymi wymienionymi w SWZ Komendami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 24-09-2021r.
pod numerem 2021/S 186-481665

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 22-10-2021r.
pod numerem 2021/S 206-537186

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 135, ust.2 ww. ustawy dot. obowiązku udzielania wyjaśnień treści SWZ informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania jak niżej, na które udziela się odpowiedzi.

PYTANIA WRAZ ODPOWIEDZIAMI

DOTYCZY rozdziału IV SWZ, zadanie 3:

Pytanie

Zamawiający zapisał:

„- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 reakcji PCR w objętości 25 µl.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższego zapisu na:

„- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum **100** reakcji PCR w objętości **25 µl.**”

Pragniemy poinformować iż zestaw do identyfikacji osobniczej Y-filer Plus o numerze katalogowym 4484678 jest konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu na 100 reakcji PCR w objętości 25 µl. Utrzymanie wcześniejszego zapisu ma wpływ na przeliczenie ilości reakcji jakie Wykonawca może zaoferować w postępowaniu, a tym samym mieć wpływ na ich ostateczną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści „konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 lub 100 reakcji PCR w objętości 25 µl”. Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale IV SWZ dla zadania nr 3 przyjmuje treść;

Zadanie nr 3

Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y w systemie co najmniej 27 loci STR w układzie 6 barwników wraz ze standardem wielkości i matrycą (zaoferowany przez innego producenta niż zestaw z zadania nr 4 z uwagi na konieczność weryfikacji wątpliwych wyników badań genetycznych)

wykonawca może złożyć ofertę tylko na zadanie nr 3 lub tylko na zadanie nr 4

Zestaw do identyfikacji osobniczej Y-filer Plus lub równoważny:

Zestaw do identyfikacji osobniczej Y-filer Plus nr katalogowy: 4484678 lub równoważny:

- gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu termocyklerów GeneAmp 9700 i Veriti Thermal Cycler w systemie co najmniej 27 loci zlokalizowanych na chromosomie Y oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu aparatów B3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w układzie 6 barwników;
- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplocyfie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli);
- z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek (zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z koniecznością ewentualnej aktualizacji oprogramowania) ;
- posiadający dostępną dla Zamawiającego walidację producenta do pracy z aparatami AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer do jego wykorzystania w badaniach z zakresu identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i w badaniach z zakresu medycyny sądowej;
- charakteryzujący się jak najkrótszym czasem amplifikacji wyrażonym w minutach /sekundach (bez uwzględnienia szybkości zmian temperatury pomiędzy zaprogramowanymi w cyklu reakcji PCR temperaturami, w ilości cykli zwalidowanych przez producenta dla próbek dowodowych)
- posiadający certyfikat potwierdzający, że producent spełnia wymagania normy ISO 18385:2016 (wymagania dla producentów materiałów i odczynników minimalizujące ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń ludzkim DNA jądrowym);
- konfekcjonowany w fabrycznym opakowaniu na minimum 50 **lub 100** reakcji PCR w objętości 25 µl;
- kompatybilny ze standardem wielkości wchodzącym w skład lub załączonym do zestawu, znakowanym barwnikiem fluorescencyjnym, do zastosowania w aparacie AB3130xl/3500/3500xl Genetic Analyzer w ilości powiększonej o min. 15% do ilości próbek w zestawie.

Dodatkowo trzy opakowania, zestawów standardów matrycy: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB3130xl/35003500xl Genetic Analyzer, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu AB3130xl/35003500xl Genetic Analyzer,
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionej powyżej matrycy,
- termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia.

Dotyczy Załącznik 1a dla zadania 3:

Pytanie

w formularzu asortymentowo cenowym w kolumnie „ilość” Zamawiający wpisał „3.250”

ZADANIE NR 3

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ TYLKO NA ZADANIE NR 3 LUB TYLKO NA ZADANIE NR 4

1. Cena brutto PLN (C)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Podział zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto PLN	VAT wyrażony w %	Wartość brutto PLN - pozycje kolumn nr 5 x 6	Uwagi / opis asortymentu zamiennego/ równoważnego- jeżeli dotyczy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zestaw do identyfikacji osobniczej chromosomu Y wraz ze standardem wielkości i matrycą YFiler plus	Zamówienie podstawowe	próbka	16.300				
		Opcja	próbka	3.250				

Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu na wartość dzieloną przez **100** gdyż zestaw do identyfikacji osobniczej Y-filer Plus o numerze katalogowym 4484678 jest konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu na **100 reakcji PCR w objętości 25 µl**.

Utrzymanie powyższego zapisu w formularzu asortymentowo cenowym może skutkować zawyżeniem ceny jednostkowej nie z winy Wykonawcy poprzez niemożliwość zaoferowania przez Wykonawcę opakowań po 50 reakcji, a tym samym błędnego jej wyliczania w przypadku faktur cząstkowych.

Odpowiedź Zamawiającego;

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1a do SWZ dla zadania nr 3 ze zmodyfikowaną ilością dot. Prawa opcji: było „3250”, jest „3200”.

POZOSTAŁE ZAPISY SWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.

- Zgodnie z art. 135, ust. 6 ww. ustawy pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego; https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk oraz stronie internetowej Zamawiającego; <http://pomorska.policja.gov.pl>, www.pomorska.policja.gov.pl

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.

Sporządził; Longina Grzegórska, tel. 47 7414817