

Kamienna Góra, dn. 21.03.2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: Dostawa pasków do glukometru dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI.26.14.2024**

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie zbiorczym paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie zbiorczym paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty.

Pytanie nr 2:

Czy w Pakiecie zbiorczym Zamawiający wymaga pasków do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska (zapewniającą usunięcie zużytego paska bez jego dotykania)? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pacjentów i personelu, eliminując konieczność dotykania zabrudzonego krwią paska za każdym razem przy jego wyjmowaniu z glukometru.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje dotyczące zakresu temperatury przechowywania pasków testowych były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie zbiorczym, wskazując niezależnie od miejsca przechowywania pełen zakres temperatur, a nie tylko ich górną granicę?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga pasków o zakresie korekty hematokrytu wynoszącym 10-70%, umożliwiającym wykonywanie badań u pacjentów we wszystkich grup wiekowych?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Prezes Zarządu

Artur Mazur