



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na dostawę **produktów do dializy otrzewnowej**, sygn., sprawy: **ZP-22-147UN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycjach: 1, 2, 3, 5 i 6 wymaga podania ceny za 1 litr płynu, uprzejmie informujemy, że Baxter Polska sp. z o.o. w poz: 1, 2, 3 posiada różne objętości opakowań/worków (2 l i 2,5 l) z płynami do wskazanych terapii z ceną opakowania/worka, a nie o objętości 1 litra.

Podkreślamy także, że firma Baxter Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za powyższe produkty podaje jednostkową cenę za 1 szt. worka/opakowania, nie uśredniając ceny za 1 litr, ponieważ produkty te zawierają różne opakowania systemowe oraz zbiorcze. W związku z powyższym wnosimy o zmiany w zakresie Formularza cenowego w Zadaniu 1 w poz. 1, 2, 3, 5 i 6 wyceny za jednostkę miary 1 opakowanie/worek (o różnej objętości) oraz wskazanie zamawianej ilości płynów w sztukach opakowań, worków, a nie w litrach.

Odp.: Zamawiający wymaga podania ceny za litr płynu z uwagi na to iż, wycena produktów leczniczych za litr płynu umożliwi Zamawiającemu zamawianie produktów leczniczych o określonym składzie i objętości zapewniając pacjentom spersonalizowaną terapię zgodnie ze schematem leczenia zaplanowanym przez Lekarza Prowadzącego
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę cyklerów w ramach umowy dzierżawy, tworząc tym samym pozycję pozwalającą na wycenę miesięcznych kosztów 35 urządzeń na okres obowiązywania umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie ze stawianym wymogiem opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są skalkulować koszty cyklerów w cenie dostarczanego asortymentu- jednorazówki oraz płynów. Dla możliwości prawidłowego ukształtowania cen jednostkowych, a jednocześnie możliwości zbadania przez samego Zamawiającego elementów wpływających wprost na wartość całego zadania uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na włącznie pozycji cyklerów jako osobnej pozycji Zadania 1 do wyceny oraz możliwości kalkulacji i przedstawienia kosztu wynikającego z dzierżawy.

Wyrażenie zgody na powyższe przyczyni się do ustalenia właściwych cen jednostkowych dla przedmiotowego postępowania. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Taka zmiana SWZ nie jest dopuszczalna, tym bardziej, że jest to powtórzenie wcześniej unieważnionego postępowania.**
- Czy ze względu na brak dostępności produktu Opitcap, Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 20 wyrazi zgodę na dopuszczenie zabezpieczenia linii pacjenta w postaci korka FlexiCap, który w połączeniu z korkiem MiniCap stanowi odpowiednik OptiCap?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania na okres trwania umowy z Portalu klinicznego zaprojektowanego w celu usprawnienia komunikacji między kliniką a domem poprzez modem internetowy z technologią 3G/4 G umożliwiając zdalne monitorowanie terapii pacjenta? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
- Czy zamawiający dopuści zaproponowanie zamiany pozycji: 11 ,12, 14 ,18 pakietu 1 na jedną pozycję - **Zestaw opatrunkowy do cewnika Tenckhoffa, kod 1230108029** w składzie:

 - 1 szt. Kompres gazowy 5 x 5 cm, 17n, 8w, min. 23g/m², TEX 15
 - 1 szt. Opatrunek z elastycznej folii poliuretanowej, klej hypoalergiczny, paroprzepuszczalność ≥ 600g.m⁻².24h⁻¹, rozmiar 10 x 12 cm
 - 1 szt. Włókninowy przylepiec opatrunkowy, pokryty akrylowym klejem hypoalergicznym, rozmiar 1,25 x 15,5 cm



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

5 szt. Chusteczka do dezynfekcji nasączona wodnym roztworem powidono-jodyny 60 x 60 mm, 70% wiskoza, 30% poliester, 50±5 g/m²

Pozostałe wymagania

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe – miękki blister – etykieta z opisem zawartości zestawu, nr REF, LOT, data ważności.

Opakowanie pośrednie (dyspenser)

Biały karton pośredni typu dyspenser z perforacją na boku mniejszym kartonu, pozwalającą na wyjęcie pojedynczego, sterylne opakowania jednostkowego bez konieczności otwarcia całego kartonu. Dyspenser zawierający 20 sterylnych opakowań jednostkowych. Dyspenser wyposażony w etykieta zgodną z aktualnymi wersjami wymagań norm, umieszczony na boku mniejszym dyspensera nad perforacją.

Opakowanie transportowe

Brązowy karton transportowy z etykieta zgodną z aktualnymi wersjami wymagań norm.

Sterylizacja

Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu, w pełni zwalidowanym procesie sterylizacji zgodnie z aktualną wersją standardu EN ISO 11135

Odp.: Zamawiający dopuszcza.