



PCZ/II-ZP/13/2020

Żnin, dn. 19.02.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-18 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Nr post.: PCZ/II-ZP/13/2020.

INFORMACJA O ODRZUCENIU

OFERTY nr 21 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. k., w zakresie **Grupy 1 – Sprzęt anestetyczny drobny i jednorazowego użytku** w/w postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) - Prawo zamówień publicznych. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie:

Dokumenty złożone przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. k., w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z charakterystyką podaną przez Zamawiającego, tj. karty techniczne producenta oferowanego asortymentu w zakresie Grupy 1 – Sprzęt anestetyczny drobny i jednorazowego użytku, poz. 13 – Igły do portów bezpieczne, chroniące personel przed ekspozycją, uniemożliwiające zakłucie po usunięciu igły z portu – nie potwierdzają wymagań Zamawiającego, określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. k, do złożenia wyjaśnień w zakresie Grupy 1, poz. 9, 11 i 13.

Wykonawca uzupełnił następujące dokumenty:

- karta techniczna producenta Covidien w zakresie Grupy 1, pozycja 9 – Filtr oddechowy p/bakteryjny i p/wirusowy z nawilżaczem i z wyjściem do kapnografu oraz

- karta techniczna producenta Dahlhausen w zakresie Grupy 1, pozycja 11 - Maski twarzowe jednorazowe do worka Ambu dla dzieci i dorosłych

Po analizie złożonych dokumentów, Komisja przetargowa uznaje uzupełnienie w zakresie Grupy 1, poz. 9 i 11.

W zakresie Grupy 1, poz. 13 w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca poinformował iż omyłkowo zaoferował igły do portów bezpieczne w rozmiarze 19G 20G, posiadające długość 12mm, 20mm, 25mm i 38 mm.

Natomiast Zamawiający wymagał igły w rozmiarze 19G 20G, posiadające długość 12,7mm, 19mm, 25mm i 38 mm.

W związku z powyższym, na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2) ustawy Pzp. oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. k., nie spełnia wymagań Zamawiającego i podlega odrzuceniu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale VI ustawy Pzp, dla postępowań których wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SZPITALA


Marek Gotowała

