

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Żwirki i Wigury 9
62-230 Witkowo

Dotyczy: Wyjaśnienia treści swz.

Dotyczy postępowania: Modernizacja pracowni RTG polegająca na zakupie aparatu cyfrowego wraz z oprogramowaniem
Znak sprawy: WSPL Nr 1/22

Pytanie nr 1

Dotyczy

System PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań oraz objętość danych przechowywanych na serwerze PACS. Rozbudowa pamięci masowej serwera PACS nie jest związana z zakupem dodatkowych licencji rozszerzających funkcjonalność serwera PACS w zakresie ilości przetwarzanych danych

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wykluczającego z postępowania wykonawców którzy oprali swój model licencyjny na wielkości archiwum.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ograniczenie licencyjne wielkości archiwum jest niekorzystne dla zamawiającego.

Pytanie nr 2

Dotyczy

Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage. – konsola detektorów cyfrowych stanowiących przedmiot zamówienia.

Prosimy o wskazanie producentów i nazw urządzeń które należy podłączyć do systemu PACS.

Odp. Zamawiający oczekuje podłączenia do systemu RIS/PACS konsoli detektorów stanowiący przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 3

Dotyczy

2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza system bez wymienionych funkcjonalności.

Pytanie nr 4

Dotyczy

2) bez podziałki godzinowej, umożliwiający rejestrację badania na definiowane przedziały czasowe

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy

Podczas rejestracji możliwość utworzenia zestawu badań widniejącego pod jednym numerem badania w systemie.

Podczas rejestracji możliwość utworzenia zestawu badań widniejącego pod jednym numerem badania w systemie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy

Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta serwerów.

Odp. Zamawiający rezygnuje ze wskazanego w pytaniu wymagania.

Pytanie nr 7

Dotyczy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie nazwy lub numeru katalogowego Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu jego parametrów.

Czy Zamawiający dopuści ewentualną zmianę parametrów w przypadku braku dostępności danego urządzenia na rynku?

Odp. Tak, pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment warunków minimalnych określonych w SWZ.