



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 16.02.2024 r.

## **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: PN 05/24 Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów o-peracyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowych**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Zadanie 18, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź:**

Ze względu na kancerogeny i mutageny wpływ tlenu etylenu Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie nr 2**

Zadanie 18, poz.1 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 3**

Zadanie 18, poz. 6-8 Czy zamawiający dopuści standardową etykietę na opakowaniu a'2 szt – typu blister oraz zbiorczo (a'2szt. x 25 blisterów) na kartonie ?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Czy zamawiający dopuści blistry papier-papier?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 4**

zadanie 40, poz. 1 czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m<sup>2</sup>

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?

**Odp.: W zadaniu 40 Zamawiający oczekuje kompletów chirurgicznych.**

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 5**

Zadanie 46, Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 6**

Zadanie 47, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy dopuści perforację co 34 lub 38 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt.= 1 rolkę?

**Odp.: Tak.**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7**

Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8**

Zadanie 48, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9**

Zadanie 48, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### **Pytanie 10**

#### **Pytanie do projektu umowy § 2 ust. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian zapisu ust. 7 i dodanie informacji o terminie na zgłoszenie reklamacji: na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres e-mail: ..... Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?

#### **Odpowiedź:**

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 11**

#### **Pytanie do projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie informacji na temat wskazania adresu mailowego Wykonawcy, na który należy przysyłać zamówienia?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 12**

#### **Pytanie Dotyczy SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 13**

#### **Pytanie dot. Umowy § 2 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostarczenie przedmiotu umowy do max 3 dni?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie 14**

Zadanie 38, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze żółtym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 15**

Zadanie 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe przednie pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 500 op.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 16**

Zadanie 43

Czy Zamawiający dopuści koc z wypełnieniem poliestrowo-wiskozowym (gramatura mion. 60 g/m kw.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 17**

Zadanie 44

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny o wymiarach 100 x 220 cm (chłonność min. 4.500 ml)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18**

Zadanie 46

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze min. 25 g/m kw.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

**Pytanie 19**

**Zadanie 28**

**Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na sterylne osłony USG w rozmiarze 15cm x 122cm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ, europejskiego lidera w produkcji tego typu osłon.

**Odpowiedź:**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 20**

Prosimy o określenie kryteriów oceny dla pakietów 38,39, 44, 45, 46 ?

#### **Odpowiedź:**

Kryteria oceny są określone w SWZ.

### **Pytanie 21**

Pakiet 38 poz. 1

**Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny podfoliowany , kolor żółty**  
SPECYFIKACJA:

- wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej
- zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki
- posiada długi rękaw wykończony elastycznym
- zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 22**

Pakiet 38 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony ?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

### **Pytanie 23**

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M, L, XL, XXL?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

### **Pytanie 24**

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 101x225 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 110 g/m<sup>2</sup>?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

***Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 25**

Pakiet 46

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26**

Pakiet 46

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 27**

Pakiet 46

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 28**

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 25 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 43 okrycie pacjenta w rozmiarze 110x210cm lub 150x220cm? Reszta parametrów zgodnie z swz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 30**

Zadanie 30 Pozycja 8 - Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x150 cm. Gramatura 56g/m2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar, nie dopuszcza gramatury - Zgodnie z SWZ: "Łączna gramatura serwety min. 145g/m2..."

**Pytanie 31**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)







**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Zadanie 36**

Pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x150 cm.  
Prosimy o dopuszczenie ręczników chłonnych w rozmiarze 40x40 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x150 cm.  
Prosimy o dopuszczenie ręczników chłonnych w rozmiarze 40x40 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 32**

Zadanie 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5 x 5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 33**

Zadanie 22 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski złożonej z 64% bawełny, 34% poliamidu, 2% elastan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 34**

**Zadanie 36 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa- 30 g/m<sup>2</sup> i folia polietylenowa- 50 g/m<sup>2</sup>)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 129 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, współczynnik pylenia 2,2 log<sub>10</sub>. Paski samoprzylepne o szerokości 5 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź:**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 35**

#### **Zadanie 36 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa- 30 g/m<sup>2</sup> i folia polietylenowa- 50 g/m<sup>2</sup>)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 129 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, współczynnik pylenia 2,2 log<sub>10</sub>. Paski samoprzylepne o szerokości 3 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 36**

#### **Zadanie 36 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa- 30 g/m<sup>2</sup> i folia polietylenowa- 50 g/m<sup>2</sup>)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów w strefie niekrytycznej 129 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, współczynnik pylenia 2,2 log<sub>10</sub>. Paski samoprzylepne o szerokości 5 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 37**

**Zadanie 36 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa- 30 g/m<sup>2</sup> i folia polietylenowa- 50 g/m<sup>2</sup>)

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończynie górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-1g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 174 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/ mokro 283/ 273 kPa, współczynnik pylenia 2,2 log<sub>10</sub>. Paski samoprzylepne o szerokości 5 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### **Pytanie 38**

zad.37 poz.1 - Czy Zamawiający w zestawie operacyjnym do jamy brzusznej z oddymiaczem wyrazi zgodę na dostarczenie drenu łączącego do ssaka PVC 25 CH 3 m F/F miękkiego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 39**

zad.37 poz.1,2,3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne dostarczenie niesterylnych próbek?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 40**

#### **Zadanie 39 poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnych z aktualnie obowiązującą normą EN 13795-1.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 41**

#### **Zadanie 39 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów dostępnych w rozmiarach M-XXXL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 42**

#### **Pakiet 6 poz. 5**

W związku z tym, iż opisany w pozycji 5 opatrunek nie występuje w rozmiarze 20 cm x 20 cm, prosimy Zamawianego o dopuszczenie opatrunki w rozmiarze 21cmx21 cm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 43**

#### **Pakiet 7 poz.31**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 44**

**Pakiet 7 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 45**

**Pakiet 7 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w wymiarach 21cmx21cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 46**

**Pakiet 7 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 47**

**Pakiet 7 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 48**

**Pakiet 7 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnego opatrunku piankowego regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Pakowanego po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 49**

**Pakiet 9 poz. 1 – 5**

Czy Zamawiający wymaga opatrunków hydrokoloidowych wykonanych z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej?

**Odpowiedź:**

Tak, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 50**

**Pakiet 9 poz. 4-5**

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych w opakowania a'5 szt., wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 51**

**Pakiet 9 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych w opakowania a'10 szt., wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 52**

**Pakiet 2 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm (całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 20 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie 53**

**Pakiet 2 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 54**

**Dot. zadania nr 27 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji sterylnej osłony w kształcie prostokątnego worka na głowicę aparatu RTG, wykonanej z przezroczystej folii, zakończonej gumką i taśmą do mocowania osłony. Pełne oznaczenie opakowania zbiorczego pośredniego oraz jednostkowego. Rozmiar 91x76 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 55**

**Dot. zadania nr 27 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji sterylnej jednoczęściowego uniwersalnego pokrowca (osłony), wykonanego z mocnej folii polietylenowej, w rozmiarze 104 x 230cm, z rozcięciem 137 cm ułatwiającym nakładanie pokrowca oraz z przyłepkami, w komplecie dyspenser na 10 sztuk pokrowca (osłon).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 56**

**Dot. zadania nr 27 poz.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji sterylnej pokrowca (osłony) na przewody o wymiarach 13 x 235 cm wykonanego z mocnej przezroczystej folii, składanego teleskopowo. Wyposażonego z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, natomiast z drugiej w kartonik oraz taśmę przylepną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### **Pytanie 57**

#### **Dot. zadania nr 27 poz.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji sterylnej pokrowca (osłony) na przewody o wymiarach 13 x 244 cm wykonanego z mocnej przezroczystej folii. Wyposażonego w karton ułatwiający zakładanie, perforowana końcówka.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 58**

#### **Dot. zadania nr 44**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodzi o jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości 140 µm (+/-5%) (Barierowość potwierdzona normą EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości 780 µm (+/-10%) na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm x 229cm; produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta; wchłanianość min.3200 g/m<sup>2</sup> potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem; gramatura produktu 125g/m<sup>2</sup> (+/-1%); Produkt o chłonności soli fizjologicznej 2,25 l wg WSP 010.1.R3 i ISO9073-6; ilość w opakowaniu 50szt.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 59**

#### **Dot. zadania nr 44**

Zwracamy się do Zamawiającego o wymóg przedstawienia certyfikatu dla potwierdzenia, że podkład produkowany jest zgodnie z wymogami MDR i normami potwierdzającymi właściwą jakość produktu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 60**

#### **Dot. zapisów SWZ**

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – producenci powinni zapewnić utrzymanie systemu zarządzania jakością a systemy zarządzania jakością

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

muszą być zgodne ze zharmonizowanymi normami. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje przedstawiania certyfikatu potwierdzające spełnienie normy zgodnej w/w wymogami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 61**

**Dot. wzoru umowy §9 ust.2**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ustępu 2 w sposób następujący:

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu umowy (towaru) w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo tzw. „zakupu zastępczego” tego przedmiotu (towaru) u innych Dostawców. Jeżeli Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie tzw.: „zakupu zastępczego”, cenę wyższą niż wynika z „Formularza asortymentowo-cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do umowy – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej, **przy czym różnica ta nie może być wyższa niż 10%**. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup przedmiotu umowy (towaru) w trybie tzw.: „zakupu zastępczego”. Powyższe zapisy tego punktu nie mają zastosowania gdy niedostarczenie przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynika ze zwłoki Zamawiającego w zapłacie za dostarczoną część przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 62**

**Dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, zmiany do zał. nr 5

**Pytanie 63**

**Zadanie nr 38 poz. 2**

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga fartuchów będących ŚOI – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odp.: Zamawiający nie wymaga fartuchów będących ŚOI – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Odp.: Opisane w zadaniu 38 poz.2 fartuchy będą używane przez personel szpitala zgodnie z bieżącymi potrzebami.**

#### **Pytanie 64**

##### **Zadanie nr 40**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

**Odp.: Zamawiający oczekuje kompletów chirurgicznych zgodnych z opisem w SWZ.**

2. Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „*roboty wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Srub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego*”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

**Odp.: Zamawiający oczekuje kompletów chirurgicznych zgodnych z opisem w SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

3. Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 65**

Zadanie nr 48 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej bluzy typu ocieplacz wykonanej z włókniny typu SMS 45 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza gramaturę 45g/m<sup>2</sup>, ale zgodnie z SWZ oczekuje włókniny bawełnopodobnej.

**Pytanie 66**

Zadanie nr 48 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czepka zgodnego z opisem

- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylnej części, gwarantującej nieprzesuwanie się
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m<sup>2</sup> i wysokości 6 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje czepka z wydłużoną częścią tylną.

**Pytanie 67**

Zadanie nr 48 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czepka zgodnego z opisem

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 68**

Zadanie nr 48 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy foliowych krótkich

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 69**

**Zadanie 28**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na głowicę USG w rozmiarze 15cm x 122cm (+/-1cm), ze sterylną serwetą wykonaną z papieru krepowego w rozmiarze 35cm x 35cm(+/-1cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 70**

**Zadanie 43**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie koca jednorazowego użytku o wymiarach 110x190cm o bardzo dobrych właściwościach termicznych, bezlateksowy, wykonany z włókniny PP z poliestrowym wypełnieniem, pikowany, szyty wzdłuż i w szersz szwami ultradźwiękowymi, kolor niebieski, materiał oddychający, przyjazny dla ciała, waga 300g, odporny na zawilgocenie, dla zapewnienia zachowania higieny każda sztuka pakowana osobno w próżniowym opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 71**

**Zadanie 43**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ze względu na używanie 6oca jednorazowego w celu ochrony pacjenta przed wychłodzeniem Zamawiający wymaga, aby wyrób ten był zgodny z normą EN ISO 11092-2014, a odporność termiczna wynosiła >0,03m<sup>2</sup>K/W?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Tego typu wyroby mają za zadanie chronić pacjenta przed nadmierną utratą ciepła, dlatego powinny spełniać szczegółowe wymagania opisane w ww. normie i powinny być poddane odpowiednim badaniom dotyczącym skuteczności ochrony takich wyrobów przed działaniem chłodnego otoczenia. Inaczej mówiąc powinny być wykonane pomiary ciepłochronności materiałów, dlatego przy takim wyrobie, jak koc dla pacjenta bardzo ważne jest, aby spełniał on normę EN ISO 11092-2014 dotyczącą właśnie termiczności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 72**

**Zadanie 44**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego prześcieradła z wkładem chłonnym, wykonane z włókniny PP 50g/m<sup>2</sup> + PE 25g/m<sup>2</sup>, celulozy 18g/m<sup>2</sup>, SAP 27g oraz pulpy typu Fluff Pulp 92g, z możliwością do przenoszenia/przesuwania pacjenta (wytrzymałość do 150 kg). Wymiary 100 x 220cm. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 73**

**Zadanie 45**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego w rozmiarze 60cm x 90cm +/-10mm, z chłonnością 1390ml, wykonany z włókniny polipropylenowej, pulpy celulozowej oraz folii polipropylenowej, zabezpieczającej przed przeciekaniem i przed przemieszczaniem się podkładu w opakowaniu po 25 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 74**

**Zadanie 47, poz.1**

Czy Zamawiający oczekuje podkładu, w którego skład wchodzi dwie warstwy bibuły z 100% czystej celulozowej (tak w poz.2) i jednej warstwy folii stanowiącej skuteczną barierę mechaniczną zabezpieczającej przed przemakaniem. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### Pytanie 75

**ZADANIE NR 35, Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm;
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm;
- 1 x kleszczyki plastikowe 14cm;
- 1 x pę seta anatomiczna plastikowa 12,5 cm;
- 5 x kieompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm;
- 4 x tupfer z gazy bawełnianej wielkości śliwki;
- 1 anx strzykawką z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml;
- 1t x żel poślizgowy 2,7 g w saszetce;
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M ?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie 76

**ZADANIE NR 35, Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- 10 x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm (4 warstwowy 30g/m2);
- 1 x fartuch chir. standard typu open back, roz. L;
- 3 x tupfer (24cmx24cm, 20 nit.);
- 1 x serweta na stół narzędziowy 120cmx95cm (opakowanie zestawu);
- 1 x jałowy opatrunek przezroczysty na rany pooperacyjne 10cmx15cm;
- 1 x strzykawką 2-częściowa a 20ml;
- 1 x pojemnik plast. 120ml;
- 1 x serweta 150cmx100cm, otwór przylepny 10 cm, decentralnie;
- 1 x kleszczyki met. do igły 12cm Mayo Hegar proste znaczone kolorem;
- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19cm;
- 1 x ostrze skalpela nr 11 ?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie 77

**ZADANIE NR 35, Poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do nakłucia lędźwiowego o następującym składzie:

- 1 x serweta 75x90 cm z otworem i przylepną krawędzią boczną,
- 1 x serweta 75x90 cm,
- 6 x tupfer z gazy bawełnianej wielkości śliwki;
- 1 x opatrunek jałowy z przylepcem 7,2 x 5cm,
- 1 x igła iniekcyjna 18G - średnica: 1,2 mm i długość: 40 mm;

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- 1 x igła iniekcyjna 22G - średnica: 0,7 mm i długość: 32 mm;
- 1 x strzykawka plastikowa luer lock o pojemności 5 ml;
- 1 x kleszczyki plastikowe o długość 14 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 78**

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm, z klejem akrylowym zawierającym jodynę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (oczekujemy foli chirurgicznej w której klej będzie zawierał jodofor).

**Pytanie 79**

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 10x24cm o powierzchni lepnej 10x18cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 80**

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 15x26cm o powierzchni lepnej 15x20cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 81**

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 40x34cm o powierzchni lepnej 40x28cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 82**

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 83**

Zadanie 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm lub 5x7cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 5x7cm – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 84**

Zadanie 10, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 85**

Zadanie 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 86**

Zadanie 10, poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga (przy przeliczaniu prosimy zaokrąglić w górę) – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 87**

Zadanie 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'15szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie 88**

Zadanie 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 89**

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 90**

Zadanie 13, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści plaster o składzie 60% poliester, 40% wiskoza, z wkładem chłonnym o składzie: wiskoza 70%, 30% polipropylen?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 91**

Zadanie 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne, 20% poliester?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 92**

Zadanie 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 93**

Zadanie 19, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane po 10 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:**

**Pytanie 94**

Zadanie 19, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści naklejki TAG zawierające następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności, nazwa producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 95**

Zadanie 19, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści 17 nitkowe sterylne serwety po wstępnym praniu ze znacznikiem RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 96**

Zadanie 19, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 2 naklejki TAG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 97**

Zadanie 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o gramaturze 5g wraz z opakowaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 98**

Zadanie 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o gramaturze 10,5 g wraz z opakowaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 99**

Zadanie 21, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o gramaturze 14g wraz z opakowaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie 100**

Zadanie 22, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę o składzie 55% bawełna, 43% poliamid i 2% spandex?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 101**

Zadanie 23, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o składzie 70-80% poliamid i 20-30% poliuretan?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 102**

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści ligninę o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup>, czasie tonięcia nie więcej niż 10s oraz absorpcji min 10g/g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 103**

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną zbiorczo w papier a'5kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 104**

Zadanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 105**

Zadanie 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie 106**

Zadanie 26, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 107**

Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 90 x 100 cm, zakończoną elastyczną gumką do stabilizacji osłony (bez taśm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 108**

Zadanie 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C składający się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (100x160cm i 80 x 150cm) i dwóch taśm (3 x100cm), wykonany z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 109**

Zadanie 27, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby osłony były w komplecie z dyspenserem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 110**

Zadanie 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 111**

Zadanie 30, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### Pytanie 112

Zadanie 30, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie 113

Zadanie 30, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 114

Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 150x180cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 115

Zadanie 34, 35

Czy Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie 116

Zadanie 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwową, z centralnym otworem przylepnym o śr. 10cm

1 x Ostrze do ściągania szwów długie, 11cm

1 x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

2 x Strzykawką 3-częściową 10ml Luer

5 x Kompres z włókniny 40G 4W 10cm x 10cm

5 x Kompres z włókniny 40G 4W 7,5cm x 7,5cm

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)







**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- 3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm
- 1 x Fartuch chirurgiczny STANDARD roz. L – poły zachodzą na siebie
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml
- 1 x Chwytnik plastikowy 18cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 95cm x 120cm (niebieski SMS)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 117**

Zadanie 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową epiduralną przylepną o wymiarach 75cm x 90cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 118**

Zadanie 34, pozycja 2

Czy zamawiający dopuszcza tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 25cm x 25 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 119**

Zadanie 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik plastikowy 3-komorowy z dwoma komorami o wymiarach 6,5cm x 6,5 cm oraz większą komorą 13cm x 13cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 120**

Zadanie 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
- 5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 4 x Tupfer z gazy 17N bez nitki RTG 20cm x 20cm
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml luer
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- 1 x Pęseta plastikowa niebieska dł. 13cm
- 1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M
- Osobno pakowane:
- 1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml
- Woda sterylna 10 ml w strzykawkach (2 x 10 ml)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 121**

Zadanie 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

- 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L
- 3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 8cm x 15cm
- 1 x Strzykawka 2-częściowa 20ml Luer duoNEX
- 1 x Pojemnik okrągły, poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką
- 1 x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa, z przylepcem
- 1 x Igłotrzymacz Mayo Hegar metalowy 15cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 18cm
- 1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 122**

Zadanie 35, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm ( bez przylepców na rogach)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)
- 10 x Kompres z włókniny 40G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 123**

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, przylepiec o długości 80cm, integrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów,
2. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, przylepiec o długości 80cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów
3. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, z przylepcem o długości 86cm, integrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów
4. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlance
5. 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
6. 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 124**

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, współczynnika pylenia 3.4log<sub>10</sub>. ?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 125**

Zadanie 36, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 126**

Zadanie 36, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej – 77g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 127**

Zadanie 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z podfoliowanej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie 128**

Zadanie 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarze M-XXL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 129**

Zadanie 40

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 130**

Zadanie 40

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?

**Odpowiedź:**

Patrz SWZ w zadaniu 40 zamawiający oczekuje kompletu chirurgicznego.

Natomiast jeżeli pytający miał na myśli zadanie 44, to Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 131**

Zadanie 45

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1326g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 132**

Zadanie 45

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25st z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 133**

Zadanie 47, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 134**

Zadanie 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 135**

Zadanie 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek posiadający wzmocnienie tylko w części czołowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 136**

Zadanie 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m<sup>2</sup>,denko: polipropylen 25g/m<sup>2</sup>, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m<sup>2</sup>, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 137**

Zadanie 19

1. Czy Szpital wymaga, aby wszystkie wyroby pakowane w opakowania foliowo-foliowe i foliowo – papierowe posiadały trwale naniesiony na opakowaniu czytelny zmieniający kolor wskaźnik sterylizacji, informujący o skutecznym przeprowadzeniu procesu sterylizacji?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

2. Czy Zamawiający wymaga aby kompresy pakowane w torebkę papierowo-foliową posiadały jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

3. Czy Szpital wymaga aby wszystkie kompresy z gazy pakowane w opakowania typu blister lub tpf posiadały etykietę centralną z kodem kreskowym, wyposażoną w etykiety typu naklejki TAG, umożliwiające wklejenie do dokumentacji z pełną informacją o produkcie tj. nazwa producenta, LOT, data ważności, indeks wyrobu, ilość, rozmiar, nazwa wyrobów, piktogram wyrobu?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

4.Poz 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie jakiej ilości kompresów oczekuje Zamawiający w poz. 1 i 2? Czy dla pozycji 1 jest to a40 szt pakowane po a10, a dla poz. 2 a20 szt. pakowane po a10

**Odp.: Zamawiający oczekuje dla: pozycji 1 opakowania jednostkowego po 10 sztuk kompresów, natomiast dla pozycji 2 opakowania jednostkowego po 20 sztuk kompresów. Wielkość opakowania zbiorczego dowolna.**

**Pytanie 138**

**Zadanie 25**

Czy Zamawiający dopuści ligninę, w której czas tonięcia wynosi 2,3 s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 139**

**Zadanie 35**

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm – 8 szt.
- tufery kula 20cm x 20cm – 5 szt.
- pęseta anatomiczna plastikowa 13cm – 1 szt.
- kleszczyki plastikowe typu pean 13cm – 1 szt.
- pojemnik okrągły plastikowy 125ml – 1 szt.
- lubrykant w strzykawce 6ml – 1 szt
- rękawice niepodrowana M – 2 szt.
- serweta podfoliowana 60cm x 50cm – 1 szt.
- serweta podfoliowana 60cm x 50cm z otworem 5cm z rozcięciem-1 szt.
- woda z gliceryną w strzykawce 10 ml, która jest zapakowana poza twardym blistrem w worku foliowym razem ze strzykawką z lubrykantem – 1 szt.

Opakowanie twarde blister

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- serweta dwuwarstwowa 150x90cm z otworem 10 cm, z przylepcem(1/3 długości) 1 szt.
- kompres z gazy 17n 7,5x7,5cm 8w 10 szt
- tupfer 17n 15x15cm 3 szt
- opatrunek 8x15cm 1 szt
- kleszczyki met. do igły 13cm mayo hegar proste znaczone kolorem 1 szt
- ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm 1szt
- kleszczyki plast 19cm okienkowe niebieskie 1 szt

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)







**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

pojemnik plast okrąg 125ml wys 3cm śr denka 7,5cm 1 szt  
strzykawka plast 2cz 20ml 1 szt  
serweta 43 g/m<sup>2</sup> 130x90cm 1 szt  
fartuch chirurgiczny standard I 1 szt  
opakowanie: torebka papierowo-foliowa

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- 1 x nieprzelepną serwetę z włókniny 75 cm x 45 cm, o gramaturze min 42 g/m<sup>2</sup>
- 1 x plastikowa pęseta 13 cm
- 10 x kompresy włókninowe 30g/m<sup>2</sup>, o wymiarze 7,5 x 7,5 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 60 cm x 50 cm, z centralnym otworem o średnicy 10 cm i przylepcami na rogach serwety. Gramatura min 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml oraz 1 strzykawka 3 ml
- 1 x igła podskórna, 25 G (0,5x25 mm)
- 1 x igła podskórna, 18 G (1,2 x 40 mm)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwą klejoną, w rozmiarze 7,2 cm x 5 cm

Opakowanie: twardy blister

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### Pytanie 140

Zadanie 36

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego z łąką chłonną. Gramatura podstawowa laminatu 62 g/m<sup>2</sup>, gramatura łąki chłonnej 63 g/m<sup>2</sup>.

Skład	Rozmiar	Rozmiar dodatkowej łąki chłonnej w serwetach głównych	Ilość sztuk w opakowaniu
Serweta z laminatu 2-warstwowego (głowa) z łąką chłonną i przylepcem 5x60 cm	240x150 cm	37,5x70 cm	1

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Serweta z laminatu 2-warstwowego (stopa) z łąką chłonną i przylepcem 5x60 cm	200x170 cm	37,5x70 cm	1
Serweta z laminatu 2-warstwowego (boki) z łąką chłonną i przylepcem 5x90 cm	90x75 cm	37,5x70 cm	2
Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu)	190x150 cm		1
Pokrowiec na stolik Mayo	145x80 cm		1
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50 cm		1
Ręczniczki włókninowe 40 g 4-warstwowe	10x20 cm		2

Opakowanie: miękki blister

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- Serweta z laminatu 2-warstwowego z łąką chłonną, otworem i przylepcem, w rozmiarze 300x230cm, łąka chłonna wokół otworu 120x80cm, otwór w kształcie prostokąta w rozmiarze 34x30;
- 1 serweta do stołu Mayo, wzmocniona 80x145cm (wzmocnienie serwety 76x85cm) - składana teleskopowo do wewnątrz;
- 2 ręczniki do rąk;
- Kieszka na płyny z kształtką w rozmiarze 42x35cm;
- Taśma medyczna 50x9;
- Organizator przewodów 15x10 2 szt;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 66x190cm)

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### **Pytanie 141**

#### Zadanie 45

Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 880 g, pakowane a25 z przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 950 g, pakowane a30?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 142**

#### Dot. warunków umownych

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia nr umowy na fakturze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

II. Na podstawie art. 137 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ:

zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ – “wzór umowy” poprzez dodanie §12 „SIŁA WYŻSZA”

W załączeniu:

SWZ po zmianach I-dotyczy załącznika nr 5 do SWZ.

Załączniki do pytań - zip

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)

