



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/15/2022

Przasnysz, dnia 04.03.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie ofertowe**

Dotyczy : Dostawę bilirubinometru dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1.

Forma złożenia ofert-zapytanie ofertowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też oferta ma zostać wydrukowana i podpisana oraz przesłana w formie skanu?

Odp: Zamawiający dopuszcza obie formy podpisu oferty.

Pytanie 2.

Załącznik nr 2 - zestawienie parametrów technicznych, Wymagania dodatkowe pkt 27. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymiana urządzenia na nowe zostanie wykonana po trzech naprawach tej samej części/tego samego podzespołu niewynikających z winy użytkownika.

Odp: Zamawiający potwierdza wymianę urządzenia na nowe w sytuacji trzykrotnej naprawy tej samej części lub podzespołu.

Pytanie 3.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy §8 ust.1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt d) do 0,2%?
- pkt e) do 0,2%?
- pkt f) do 10%?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar w punktach d oraz e do 0,2%. W punkcie d Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia renomowanej Izraelskiej firmy rok produkcji 2021 lub 2022r o parametrach:

- Liczba 100 pojedynczych pomiarów tylko z jednego miejsca.
- Urządzenie które do pomiaru używa źródła światła LED, z żywotnością min 200 000 pomiarów
- Zapis 40 ostatnich pomiarów
- Komunikacja danych przez port USB bez protokół HL-7 i CSV

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia którego pomiar nie jest wrażliwe na artefakty ruchowe i kąt przyłożenia, oraz nie ma konieczności rozbierania pacjenta w celu dokonania pomiaru pozbawionego błędów?

Odp: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia, które nie wymaga kalibracji a w przypadku konieczności jej przeprowadzenia użytkownik może kalibrację wykonać samodzielnie bez konieczności wysyłania do serwisu producenta?

Odp: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr o masie o 50 g większej jest to minimalna różnica, której rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia w terapii. W związku z tym, nie przeszkadza to w żaden sposób w trakcie pracy z urządzeniem.

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w Bilirubinometr.

Pytanie 8

Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr wyposażony w port USB z możliwością transmisji danych przez złącze bez protokołu HL-7 i CSV dla ułatwienia Bilirubinometr zapisuje 100 ostatnich pomiarów co znacznie ułatwia uzupełnienie dokumentacji medycznej?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza w/w Bilirubinometru,

Pytanie 9

Poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr, gdzie średni błąd pomiarowy jest na bardzo wysokim poziomie +/- 1,5 mg/dl bez względu na wiek pacjenta?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w Bilirubinometr.

Pytanie 10

Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści Bilirubinometr bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych do kalibracji co znacznie obniża koszty użytkownika dla Zamawiającego?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w Bilirubinometr.

Z poważaniem:

DYREKTOR
SP ZZOZ w Poczesnym

dr Grzegorz Magnuszewski