



# AKADEMIA KALISKA

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oznaczenie sprawy: I.DZP.2316.2020

Kalisz dnia 16.10.2020 r.

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa Termostatu T100 zanurzeniowego na potrzeby pracowni Biofizyki”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści SIWZ w imieniu Zamawiającego (Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) udzielam następujących odpowiedzi i modyfikuję treść SIWZ w następującym zakresie:

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w temperaturze chłodzenia -30....100 stopni Celsjusza? Termostaty T100 nie posiadają funkcji chłodzenia, aby umożliwić pracę poniżej temperatury otoczenia należy zastosować zewnętrzne urządzenie chłodzące. Zewnętrzne urządzenie chłodzące umożliwi pracę od w zakresie 0 °C do +100 °C .

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga aby sam termostat posiadał funkcję chłodzenia.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostają bez zmian.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Mariusz Pawlaczek