

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) pn:

**„Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu
Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie”**

Znak sprawy: 13/09/2024

Włoszczowa, dnia 16.09.2024 rok

I. Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
telefon 041 38 83 828,
adres e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl
NIP 656 –18 – 55 908, REGON 000304295
Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.zozwloszczowa.pl>

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05

II. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres platformy, za pomocą której należy złożyć ofertę oraz na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.
2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

IV. Rodzaj zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem.

V. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Transportu Sanitarnego ZOZ we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.

Kod CPV: 34114121-3 – Karetki

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego nowego ambulansu typu „B” .
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot niniejszej umowy:

- 1) nie był używany jako pojazd demonstracyjny,
 - 2) jest wolny od wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich,
3. Wykonawca zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ, na ryzyko i koszt własny przygotowuje pojazd do wydania o czym powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed planowanym terminem przekazania. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu oferty w siedzibie Zamawiającego.
4. Przekazanie ambulansu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, ponadto oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
- 1) spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1789+A2 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;
 - 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.);
 - 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 502);
 - 4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 118)
 - 5) spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 ze zm.)
 - 6) Przedmiot zamówienia musi być nieużytkowany, nie demonstracyjny, kompletny i gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w **załączniku nr 1 do SWZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 7) Wykonawca udzieli **60 miesięcy gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
 - 8) Wykonawca udzieli **min. 24 miesiące gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
 - 9) Wykonawca udzieli **min. 24 miesiące gwarancji na sprzęt medyczny**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
 - 10) Wykonawca udzieli **min. 36 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze ambulansu**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
 - 11) Wykonawca udzieli **min. 120 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
 - 12) Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności:
 - 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
 - 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
 - 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu;
 - 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - 5) wymagane obowiązującymi przepisami: świadectwo homologacji ambulansu; Kartę pojazdu (jeśli dotyczy), Książkę serwisową – Atesty (o ile dotyczy), inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1789+A2;
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 1 do SWZ** – Opis

Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca jest obowiązany zapoznać się ze wszystkimi dokumentami przed złożeniem oferty oraz do ewentualnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w trybie zapytań do SWZ przed złożeniem oferty. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

6. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy PZP. Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jak również za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SWZ i załącznikach do SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SWZ i załącznikach do SWZ.
7. Ewentualne przywołane w **załączniku nr 1 do SWZ** znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

VI. Opis części zamówienia:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 2) Zamawiający wskazuje że zamówienie ze względów technicznych i organizacyjnych, tworzy nierozzerwalną całość i tym samym jest niepodzielne na części w rozumieniu z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp. Podział zamówienia na części wiąże się również w tym przypadku z brakiem możliwości wyegzekwowania od wykonawców poszczególnych części uwzględnienia reklamacji w tym zakresie.

VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

VIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8):

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

IX. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców oraz udostępnienia w siedzibie Zamawiającego do sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje szczegółowego określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

X. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Termin wykonania niniejszego zamówienie: **do dnia 29 listopada 2024 r.**

XI. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz podmiotowych środków dowodowych.

XI.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp w zw. z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:

- 1) **nie podlegają wykluczeniu;**
- 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**
 - a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - d) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 dostawy ambulansów o wartości min. 450.000,00 zł brutto każda.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

XI.II Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (**Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca**).
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XI.III Podstawy wykluczenia:

1. **Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 (fakultatywne przesłanki wykluczenia):**

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się także wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:
 - a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
4. Zamawiający wykluczy także z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:
 - a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4 powyżej Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XI.IV PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym **załącznik nr 4 a do SWZ** (4 b dla Podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca) do SWZ.

XI.V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz postaw do wykluczenia - informację wstępne

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczeni i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI.VII.

XI.VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **załącznik nr 3 a do SWZ**;
 - b) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie, składa się na wzorze stanowiącym **załącznik nr 3 b do SWZ**;
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **załącznik nr 4 a do SWZ**.
 - b) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie składa się na wzorze stanowiącym **załącznik nr 4 b do SWZ**.

XI.VII Podmiotowe środki dowodowe (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, składane na wezwanie zamawiającego):

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
 - a) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 - b) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 u. Pzp,
- art. 109 ust 1 pkt 1 u. Pzp

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi **załącznik nr 7 do SWZ.**

- c) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.**
 - d) wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 dostawy ambulansów o wartości min. 450.000,00 zł brutto każda. Wykaz dostaw/usług stanowi **załącznik nr 5 do SWZ.**
2. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 1) Rozdziale XI.VII ust. 1 lit. a – odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
6. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XI.VI SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XI.VIII Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI.VI i XI.VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).**
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XI.IX Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

XII. Oferta

XII.I Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

1. **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** i braków podstaw do wykluczenia – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SWZ**,
2. wypełniony i podpisany **formularz ofertowy** (zgodny ze wzorem, stanowiącym **załącznik nr 2 do SWZ**) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń,
3. wypełniony i podpisany formularz z Opiszem Przedmiotu Zamówienia - (stanowiący **załącznik nr 1 do SWZ**),
4. w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,
5. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

XII.II Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym**. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **podpis zaufany** lub **podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

XIII.I. Informacje Ogólne

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Marta Piwońska/ Brygida Owczarek - w zakresie merytorycznym tel. 609 163 346/41 38 83 812 od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00;
Joanna Krzyżińska/Agnieszka Bukowska – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej - w sprawach proceduralnych tel. 41 38 83 837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00, email zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 - a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 - b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 - c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 - d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 - e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 - f) przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 - g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 - h) przesyłania odwołania/inne
- odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - d. włączona obsługa JavaScript,
 - e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 - g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).
9. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

11. Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów

1. **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 773)**
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a. .zip
 - b. .7Z

4. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
17. **Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 101 02 02 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00) e-mail: cwk@platformazakupowa.pl**

XIII.II. Złożenie oferty w postępowaniu.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa **do dnia 27.09.2024 r. do godziny 10:00.**
2. Termin związania ofertą upływa w dniu **25.10.2024 r.**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 Pzp, gdzie

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XIII.III Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **27.09.2024 r. godzina 11:00.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .
6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XIV. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
- Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;

- Załącznik nr 6 – oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;
- Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji;
- Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców;
- Załącznik nr 9 – istotne postanowienia umowy.

XV. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

- 1. Cena zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %**

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (**załącznik nr 2 do SWZ**).

Kryterium ceny - (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa łączna cena zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{łączna cena zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie}} \times 100 \times 60\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

- 2. Okres gwarancji na zabudowę medyczną /specjalną sanitarną – wartość kryterium - 20%**

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną wynosił minimum 24 miesiące.

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić dłuższy termin okresu gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

UWAGA:

W przypadku, gdy w kryterium okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną Wykonawca zaproponuje dłuższy termin okresu gwarancji, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany tym dłuższym okresem.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium **okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną** wynosi 20 punktów. Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

Okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną 24 miesiące	0 punktów
Okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną 36 miesięcy	10 punktów
Okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną 48 miesięcy	20 punktów

1. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (**załącznik nr 2 do SWZ**), odnoszącym się do kryterium **okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną**.
2. **Okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną** należy podać w miesiącach, a jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
3. Za każde 12 miesięcy gwarancji ponad okres minimalny (24 miesiące) zostanie przyznane Wykonawcy dodatkowe 10 punktów w przedmiotowym kryterium.
4. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje **okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną** krótszy niż minimalny wymagany w SWZ tj. 24 miesiące w formularzu oferty i Opisie Podmiotu Zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ani w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilości miesięcy **gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną** – Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. – 24 miesiące, za który w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzyma 0 punktów. Taki też okres zostanie przyjęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
7. Zaproponowanie gwarancji poprzez podanie ilości miesięcy, które nie są wyznacznikiem pełnych lat skutkować będzie zaokrągleniem do pełnych lat w dół i naliczeniem punktów zgodnie z tym zaokrągleniem.

3. Okres gwarancji na sprzęt medyczny – wartość kryterium - 20%

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na sprzęt medyczny wynosił minimum 24 miesiące.

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić dłuższy termin okresu gwarancji na sprzęt medyczny, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

UWAGA:

W przypadku, gdy w kryterium okres gwarancji na sprzęt medyczny Wykonawca zaproponuje dłuższy termin okresu gwarancji, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany tym dłuższym okresem.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium **okres gwarancji na sprzęt medyczny** wynosi 20 punktów. Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

Okres gwarancji na sprzęt medyczny 24 miesiące	0 punktów
---	-----------

Okres gwarancji na sprzęt medyczny 36 miesięcy	10 punktów
Okres gwarancji na sprzęt medyczny 48 miesięcy	20 punktów

1. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (**załącznik nr 2 do SWZ**), odnoszącym się do kryterium **okres gwarancji na sprzęt medyczny**.
2. **Okres gwarancji na sprzęt medyczny** należy podać w miesiącach, a jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
3. Za każde 12 miesięcy gwarancji ponad okres minimalny (24 miesiące) zostanie przyznane Wykonawcy dodatkowe 10 punktów w przedmiotowym kryterium.
4. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje **okres gwarancji na sprzęt medyczny** krótszy niż minimalny wymagany w SWZ tj. 24 miesiące w formularzu oferty i Opisie Podmiotu Zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ani w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilości miesięcy **gwarancji na sprzęt medyczny** – Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. – 24 miesiące, za który w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzyma 0 punktów. Taki też okres zostanie przyjęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
7. Zaproponowanie gwarancji w ilości miesięcy, które nie są wyznacznikiem pełnych lat skutkować będzie zaokrągleniem do pełnych lat w dół i naliczeniem punktów zgodnie z tym zaokrągleniem.

Oferta najkorzystniejsza:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (**cena danej części zamówienia + okres gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną + okres gwarancji na sprzęt medyczny**).
2. **Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty** z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. **Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.**

XVIII. Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

Zamawiający wymaga by cena ostateczna oferty była podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (formularz ofertowy **załącznik nr 2 do SWZ**).
3. Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XIX. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) została złożona po terminie składania ofert;
- 2) została złożona przez wykonawcę:
 - a. podlegającego wykluczeniu z postępowania;
 - b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 - c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
- 3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
- 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
- 6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
- 7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
- 10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
- 12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
- 14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 – w przypadku gdy zamawiający wymagał jego wniesienia;
- 15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

- 16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- 17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
- 18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

XX. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

1. Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,
2. Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu,

Ogłoszenie wyników postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się zawarciem umowy lub jego unieważnieniem.
2. Zamawiający **unieważni postępowanie**, jeśli zaistnieje którakolwiek z obligatoryjnych przesłanek, przewidzianych w art. 255 Pzp.
3. **Zamawiający przewiduje również unieważnienie postępowania na podstawie art. 310 Pzp. tj. w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. Zamawiający wskazuje, iż na sfinansowanie realizacji przedmiotowego postępowania zamierza przeznaczyć środki pozyskane z dotacji celowej.**
4. Jeśli nie zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi **załącznik nr 9 do SWZ**.

XXII. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy
 - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej (zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej) określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. art 505-590)

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28 , 29-100 Włoszczowa, tel.(41)3883765, e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl;**

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **„Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie”**,

Znak sprawy: 13/09/2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2023r, poz. 1605 ze zm. dalej - ustawa PZP);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2- formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;

Załącznik nr 6 – oświadczenie grupa kapitałowa - wzór;

Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji;

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców;

Załącznik nr 9 – istotne postanowienia umowy

ZATWIERDZAM

Rafał Krupa

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

/dokument podpisany elektronicznie/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie”

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU
MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU B x 1 komplet

1. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd wraz z wyposażeniem był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji min. 2024, z min. 5-letnią pełną gwarancją mechaniczną na pojazd bazowy – bez limitu kilometrów.
2. Ambulans musi spełniać wymagania określone w zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789 + A2 lub równoważnej (**typ ambulansu B**) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.
3. Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ) musi posiadać certyfikat/raport potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789:A1/2011 lub równoważną. Dokument ma potwierdzać, iż badaniom podlegał ambulans w oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej na oferowanej marce i modelu pojazdu
4. Podać datę wystawienia certyfikatu, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe):

.....

Pojazd kompletny: Marka Typ Oznaczenie handlowe

Rok produkcji min. 2024 (podać):

Nazwa i adres producenta pojazdu niekompletnego:

Pojazd skompletowany: Marka Typ Oznaczenie handlowe

Rok produkcji min. 2024 (podać):

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:

Data wydania i numer świadectwa homologacji:

Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

5. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny koszt w terminie i formie (bezpośrednio, zdalnie) uzgodnionej z Zamawiającym. Przeszkolenie to powinno się odbyć nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie

Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	Warunek graniczny i parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej wyposażenia podać, opisać, TAK/NIE	Parametry oceniane - ilość przyznanych punktów
1	2	3	4	5
I.	NADWOZIE			
1.	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym.	TAK		

2.	DMC do 3,5t	TAK		
3.	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych.	TAK		
4.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia; Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera; Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej;	TAK		
5.	Nadwozie przystosowane do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. Dwa fotele w kabinie kierowcy. Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki.	TAK		
6.	Furgon - lakier w kolorze żółtym	TAK		
7.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m	TAK (podać)		
8.	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m	TAK (podać)		
9.	Długość przedziału medycznego min. 3,00 m	TAK (podać)		
10.	Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi,	TAK		
11.	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z odsuwaną szybą.	TAK		
12.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym	TAK		

13.	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.	TAK		
14.	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.	TAK		
15.	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwane o wysokości min. 1,60 m	TAK (podać)		
16.	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu	TAK		
17.	Wysuwany stopień boczny mechaniczny ułatwiający wejście/ wyjście do przedziału medycznego dla pacjentów. Stopień niewystający poza obrys nadwozia i niezmnijający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową.	TAK		
18.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> - 2 szt. reduktorów do butli tlenowych, - mocowanie krzesła kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, 	TAK		

	- miejsce dla pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę,			
19.	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne.	TAK		
20.	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową	TAK		
21.	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.	TAK		
22.	Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej.	TAK		
23.	Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności.	TAK		
24.	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	TAK		
25.	Zestaw naprawczy do uszkodzonych opon.	TAK		
26.	Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe.	TAK		
27.	Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l.	TAK		
28.	Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l	TAK		
29.	Czujnik biegu wstecznego	TAK		
30.	Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym lub monitorze zamontowanym na kokpicie kierowcy.	TAK		
31.	Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus).	TAK		
32.	Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. Radioodtwarzacz z	TAK		

	funkcję bluetooth.			
--	--------------------	--	--	--

33.	<p>Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, - sterowanie układem klimatyzacji, - sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, - sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, - sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, - funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy. - możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V - możliwość załączania intercomu - dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej - miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika - graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika - sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego 			
-----	--	--	--	--

II.	SILNIK			
1.	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.	TAK		
2.	Silnik o pojemności min. 1900 cm ³ , disel	TAK		
3.	Silnik o mocy min. 130 kW.	TAK		
4.	Moment obrotowy min. 400 Nm.	TAK		
5.	Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6	TAK		
6.	W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)	TAK		
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU			
1.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana. (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej)	TAK		
2.	Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny	TAK		
3.	Napęd na koła przednie lub tylne	TAK		
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA			
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.	TAK		
2.	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny	TAK		
3.	Elektroniczny korektor siły hamowania	TAK		

4.	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania	TAK		
5.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane	TAK		
6.	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu	TAK		
7.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR	TAK		
8.	System wspomagania ruszania pod górę	TAK		
V.	ZAWIESZENIE			
1.	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej)	TAK		
2.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta	TAK		
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY			
1.	Układ kierowniczy ze wspomaganiami. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył	TAK		
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA			
1.	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W	TAK		
2.	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna	TAK		
3.	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający	TAK		

	ogrzanie przedziału medycznego			
4.	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemu chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego.	TAK		
5.	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.	TAK		
6.	Dodatkowa nagrzewnica wodna o mocy min. 6 kW	TAK		
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
1.	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu	TAK		
2.	Akumulator zasilający przedział medyczny z przełącznikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przełącznik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.	TAK		
3.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min. 180 A.	TAK (podać)		
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich	TAK		
5.	Instalacja elektryczna 230 V:	TAK		

	<p>a) zasilanie zewnętrzne 230 V</p> <p>b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym</p> <p>c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym</p> <p>d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe</p> <p>e) przewód zasilający min 10m.</p>			
6.	Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V	TAK		
7.	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V	TAK		
8.	<p>Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:</p> <p>- min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych,</p> <p>- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki.</p>	TAK		
9.	<p>Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida).</p> <p>W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i ewentualnej drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia.</p>	TAK		
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE			
1.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych	TAK		

2.	Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlenia przedpoja za ambulansem	TAK		
3.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-światłowej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy	TAK		
4.	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni	TAK		
5.	Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego,	TAK		
6.	Min. po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego	TAK		
7.	<p>Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.:</p> <p>1) logo ZOZ Włoszczowa o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz po bokach w środkowej części pojazdu;</p> <p>2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;</p> <p>3) po bokach literą barwy czerwonej: „T” – karetka transportowa, umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;</p> <p>4) trzema pasami odblaskowymi:</p> <p>a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,</p> <p>b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym</p>	TAK		

	<p>mowa w lit. c,</p> <p>c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;</p> <p>5) nazwę właściciela pojazdu (Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II) umieszczoną po bokach pojazdu na drzwiach przedziału medycznego</p> <p>6) napis DOFINANSOWANO Z DOTACJI SAMORZĄDÓW POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO umieszczony po bokach pojazdu na drzwiach przedziału medycznego</p>			
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO			
	Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:	TAK		
1.	1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),	TAK		
	2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.),	TAK		
	3) halogen zamontowany nad blatem roboczym	TAK		
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE			
1.	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić sprzęt i meble medyczne wyszczególnione poniżej:	TAK		
	1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą):	TAK		
	a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania			

<p>leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. 3 szuflady, w szufladach system przesuwanych przegród porządkujący przewożone tam leki,</p> <p>b/ pojemnik na zużyte igły,</p> <p>c/ wysuwany kosz na odpady,</p> <p>d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury,</p> <p>e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,</p> <p>f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezłowania noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców,</p> <p>g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.</p>			
<p>2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą):</p> <p>a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,</p> <p>b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na</p>	TAK		

<p>postoj), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko,</p> <p>c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,</p> <p>d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego</p> <p>e/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu (jeśli występuje), - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza. 			
<p>3/ Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789+A2:2015-01</p>	TAK		
<p>4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą):</p> <p>a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i</p>	TAK		

	<p>podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,</p> <p>b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.),</p> <p>c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej,</p> <p>d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta,</p> <p>e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne.</p> <p>f) zabudowane nadkole z szafką zamykana roletą przy drzwiach tylnych,</p>			
2.	Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie.	TAK		
3.	Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	TAK		
4.	<p>Centralna instalacja tlenowa:</p> <p>a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze),</p> <p>b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego,</p>	TAK		

	<p>c) 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,</p> <p>d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm.,</p> <p>e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.</p>			
5.	Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model).	TAK		
6.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.	TAK		
7.	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.	TAK		
XII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU			
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	TAK		
2.	Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym	TAK		
3.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED	TAK		
4.	Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, pełnowymiarowe koło zapasowe	TAK		

5.	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy	TAK		
6.	Komplet opon letnich z felgami stalowymi/koła (ambulans ma być dostarczony na oponach zimowych)	TAK		
7.	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerwy”	TAK		
8.	Zamontowane w przedziale medycznym uchwyt do pompy infuzyjnej	TAK		
9.	Nosze główne	TAK		
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK		
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.	TAK		
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji.	TAK		
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.	TAK		
	Rama noszy pod głowę pacjenta umożliwia odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak.	TAK		
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.	TAK		
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące	TAK		

	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi.	TAK		
	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.	TAK		
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.	TAK		
	Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi.	TAK		
	Waga noszy do max. 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865:1+A1:2015	TAK		
	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.	TAK		
	Zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci	TAK		
	Obciążenie dopuszczalne 250 kg	TAK		
10.	Transporter noszy	TAK		
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.	TAK		
	Szybki i łatwy system połączenia z noszami.	TAK		
	Regulacja wysokości w 7 poziomach.	TAK		
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.	TAK		

	Odbojniki na goleniach	TAK		
	Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce	TAK		
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia.	TAK		
	Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 200 mm i szerokości 50 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)	TAK		
	Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost	TAK		
	Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg.	TAK		
	Waga transportera wraz z noszami łącznie nie większa niż 51 kg, zgodnie z wymogami normy PN EN 1865:1+A1:2015	TAK		
	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011	TAK		
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy	TAK		
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	TAK		
11.	Fotel kardiologiczny z systemem mocowania	TAK		

	Krzesło transportowe przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej z domu do karetki, jak również w czasie transportu w ambulansie	TAK		
	Prowadniki pasów bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo pacjenta	TAK		
	Materac bezszwowy łatwy do utrzymania w czystości	TAK		
	Składane podłokietniki i podnózek	TAK		
	4-punktowy system pasów z centralnym zamkiem zabezpieczającym	TAK		
	Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty transportowe z 3-stopniową regulacją	TAK		
	Zintegrowany zagłówek	TAK		
	System odczepianych pasów	TAK		
	Koła przednie skrętne z hamulcami	TAK		
	Koła tylne do jazdy na wprost	TAK		
	Waga 15 kg (-/1 kg)	TAK		
	Maksymalne obciążenie 200 kg	TAK		
	Dł. maks. 900 mm x szer. całkowita maks. 550 mm	TAK		
12.	Rampa najazdowa przeznaczona do wprowadzania i wyprowadzania krzesła kardiologicznego z karetki	TAK		
	Rampa wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej zapewniająca trwałość, wytrzymałość oraz odporność na korozję	TAK		
	Amortyzator chroniący przed nagłym opadnięciem lub złożeniem rampy	TAK		

	Rampa przymocowana na stałe do karetki zapewniając stabilność i gotowość do użycia w każdej chwili	TAK		
	Dostosowana do wymiarów oferowanego krzesła kardiologicznego	TAK		
	Min. udźwign 300 kg	TAK podać		
	Min. nośność powierzchni 300 kg	TAK podać		
	Powierzchnia antypoślizgowa zapewniająca bezpieczeństwo podczas użytkowania	TAK		
	Rampa składana, zabezpieczona amortyzatorem	TAK		
13.	System do dekontaminacji przedziału medycznego	TAK		
	marka (należy podać) –			
	model (należy podać) –			
	Bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu. Urządzenie powinno działać bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego. Możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia.	TAK		
	Niszczanie patogenów powinno odbywać się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych oraz niewielkich i bezpiecznych w dawce cząsteczek ozonu.	TAK		
	Urządzenie powinno wykorzystywać: promieniowanie bakteriobójcze (UV--C), fotoutlenianie katalityczne (nanocząsteczki tlenku tytanu), jony nadtlenkowe, cząsteczki ozonu w niskich stężeniach.	TAK		
	Technologia zastosowana w urządzeniu powinna zapewniać dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach	TAK		

	przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.			
	Urządzenia powinny działać tak aby po max. 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa.	TAK		
	Urządzenie powinno być skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS-2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS-CoV-2. Urządzenie powinno być też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszonych się drogą kropelkową.	TAK		
14.	Ssak akumulatorowo-sieciowy (zestaw ssak, uchwyt i ładowarka)	TAK		
	marka (należy podać) –			
	model (należy podać) –			
	Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar	TAK		
	Ssak akumulatorowo-sieciowy przenośny (wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia), zasilany 12 V	TAK		
	Jednorazowy wkład na wydzielinę	TAK		
	Słój o pojemności 1 l, umieszczony w koszyku zabezpieczającym	TAK		
	Jednorazowy przewód ssący chroniony przez elementy obudowy ssaka	TAK		
	Przepływ 30 l/min +/- 1 l bez obciążenia	TAK		
	Ciężar kompletnego ssaka max 4,8 kg	TAK		
	Czas pracy min. 40 min	TAK		
	Ładowarka z kablem (wtyczka wejściowa do zapalniczki 12V)	TAK		

	Ładowanie akumulatora do poziomu 100% max 5 h, do poziomu 80% max 4 h	TAK		
	Obudowa z tworzywa o wysokiej odporności	TAK		
	Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności	TAK		
	Temperatura pracy od – 5 do 40 °C	TAK		
	Temperatura przechowywania od – 20 do 40 °C	TAK		
	Atest na mocowanie ściennie zgodny z normą PN EN 1789	TAK		
15.	Defibrylator z pełnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem	TAK		
	marka (należy podać) –			
	model (należy podać) –			
	Defibrylator z sześcioma głównymi trybami pracy: AED, ręczny, archiwum, ustawień, serwisowy, demo; dwufazowa obciążona fala wykładnicza; dostęp do wszystkich standardowych funkcji dla użytkowników BLS; zapewnienie kilku poziomów energii do 360 J.	TAK		
	Elektrostymulacja dla synchronicznej i asynchronicznej stymulacji, domyślne ustawienie pierwotnych wartości częstości prądu, częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/min, zakres amplitudy impulsów stymulujących min/ 0-170 mA	TAK		
	ElektroKardioGram – dziesięciożyłowy kabel do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych, dziesięciożyłowy kabel do 12-odprowadzeniowego EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych, 5-odprowadzeniowy kabel do EKG, 3-odprowadzeniowy kabel do EKG; automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć, wydruk trendów czasowych, mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST	TAK		

na każdym odprowadzeniu EKG			
NIBP – pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi i tętna (z kompletem mankietów wielokrotnego użytku dla dorosłych i pediatrycznych); zakres pomiar min. 40-210 mmHg; tryb ręczny i automatyczny; oscylometryczna metoda pomiaru	TAK		
SpO2 – pomiar saturacji krwi tętnicznej w zakresie 60% - 100% (z kompletem czujników wielokrotnego użytku dla dorosłych i pediatrycznych) w technologii Masimo	TAK		
SpCO – zakres pomiaru min. 0% - 40% (z kompletem czujników wielokrotnego użytku dla dorosłych i pediatrycznych)	TAK		
SpMet – zakres pomiaru min. 0% - 15% (z kompletem czujników wielokrotnego użytku dla dorosłych i pediatrycznych)	TAK		
EtCO2- zakres pomiaru respiracji min. 0-99 oddechów na minutę, zakres pomiaru częstości oddechu min. 1-60 oddechów/min; z kompletem czujników wielokrotnego użytku dla dorosłych i pediatrycznych; akcesoria to pomiaru: pacjenci zaintubowani 20 szt. kaniul pomiarowych, pacjenci niezaintubowani 20 szt. kaniul pomiarowych	TAK		
Alarmy dla wszystkich aktywnych czynności życiowych	TAK		
Wyświetlacz: obszar aktywnego podglądu przekątna 210 mm, 170 mm szer. x 130 mm wys. (+/- 10 mm każdy parametr); rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480 punktów, kolorowe podświetlenie LCD, minimum 4 sekundy EKG i wartości alfanumeryczne, polecenia i komunikaty, wyświetlanie do trzech krzywych, prędkość przewijania krzywych 25mm/s dla EKG i SpO2 oraz 12,5 mm/s dla CO2; funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu	TAK		
Ciężar defibrylatora/monitora z pełnym wyposażeniem z papierem, przewodami i dwoma akumulatorami do 13 kg	TAK, podać		
Maksymalny rozmiar defibrylatora 33 cm wys. x 42 cm szer. x 25 cm głębokość	TAK, podać		

Bateria dualna litowo-jonowa z automatycznym przełączeniem	TAK		
Przenośna ładowarka baterii	TAK		
Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardej w bezpośredniej obudowie urządzenia spełniającej normę PN-EN 1798 lub równoważną – 1 para. Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie, także przy nakładkach pediatrycznych)	TAK		
Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące – 2 komplety	TAK		
Defibrylacja ręczna, półautomatyczna AED	TAK		
Kardiowersja	TAK		
Stymulacja przezskórna serca	TAK		
Metronom do wspierania kompresji klatki i oddychania, programowany dla min. 4 grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintudowani)	TAK		
Nakładki pediatryczne na łyżkę – 2 szt.	TAK		
Kabel terapeutyczny Quik-Combo	TAK		
Czujnik temperatury (przewody do monitorowania temperatury – temperatura głęboka i temperatura na powierzchni skóry)	TAK		
Drukarka; szerokość papieru min. 100 mm; prędkość przesuwu papieru min. 2 (25 i 50 mm/s)	TAK		
Torba transportowa impregnowana z kieszeniami na akcesoria	TAK		
Kabel do podłączenia monitora do komputera	TAK		

	Instrukcja obsługi i film szkoleniowy	TAK		
	Odporny na wstrząsy, upadki i drgania	TAK		
	Odporność na wilgoć IP44 lub równoważna	TAK		
	Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji	TAK		
	Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną	TAK		
	Codzienny autotest poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia; potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku	TAK		
16.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ze stacją dokującą	TAK		
	marka (należy podać) –			
	model (należy podać) –			
	Możliwość stosowania strzykawk różnych producentów o pojemnościach 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml	TAK		
	Strzykawki montowane od czoła	TAK		
	Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy	TAK		
	Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy	TAK		
	Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-1800 ml/h	TAK		

Wymagane tryby dozowania: - infuzja ciągła, - infuzja bolusowa (z przerwą), - infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - infuzja narastanie / utrzymanie / opadanie	TAK		
Dokładność infuzji +/-2%	TAK		
Programowanie parametrów podaży bolusa i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży	TAK		
Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji	TAK		
Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków	TAK		
Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - informacja o czasie do końca dawki lub końca strzykawki w formie graficznej	TAK		
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 3,2 cala przyspieszający wybór funkcji pompy	TAK		
Napisy na wyświetlaczu w języku polskim	TAK		
Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów; progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg; zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji	TAK		
Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny,	TAK		

zależnie od stopnia zagrożenia			
Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22	TAK		
Zasilanie pompy mocowanej poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej	TAK		
Czas pracy z akumulatora min. 30 h przy infuzji 5ml/h	TAK		
Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h	TAK		
Waga do 2,3 kg	TAK		
Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji	TAK		
Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania biblioteki leków do pomp	TAK		
Automatyczna instalacja i rozpoznawanie strzykawki	TAK		
Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, µg, mg, - µEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę.	TAK		
Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego	TAK		
Możliwość montowania pompy w stacji dokującej (zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, brak konieczności przykręcania, alarm nieprawidłowego mocowania, automatyczne			

	przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pompy: infuzja alarm stop)	TAK		
	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą niewymagający odłączania przy mocowaniu pompy w stacjach dokujących	TAK		
	Zgodność pompy infuzyjnej z normami PN-EN 60601-1, PN-EN 60601-1-2, PN-EN 60601-1-8, PN-EN 60601-2-24, PN-EN 1789, MDD93/42/EECIIb	TAK		
	Możliwość montowania pompy w stacji dokującej	TAK		
	Stacja dokująca kompatybilna z oferowaną pompą z możliwością mocowania do 2 pomp infuzyjnych	TAK		
	Możliwość mocowania stacji dokującej do ścian karetki	TAK		
	Obudowa stacji dokującej wykonana z tworzywa typu ABS	TAK		
	Waga stacji dokującej max 2,1 kg	TAK		
	Zgodność stacji dokującej z normami PN-EN 60601, PN EN 1789, MDD 93/42/EEC-I	TAK		
	Zasilanie stacji dokującej 12.4-15.5 V DC, max 2A (po podłączeniu pompy)	TAK		
17.	Worek resuscytacyjny	TAK		
	Worek wielorazowego użytku	TAK		
	Możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 °C	TAK		
	Komplet masek	TAK		
	Możliwość prowadzenia resuscytacji dorosłych i dzieci (2 zakresy objętości: dla dorosłych 500-1000 ml, dla dzieci do 500 ml)	TAK		

	Temperatura eksploatacji w zakresie min. od -15 do +45 °C	TAK		
	Temperatura przechowywania w zakresie min. od -20 do +50 °C	TAK		
18.	Plecak ratowniczy	TAK		
19.	Koc bakteriostatyczny 190 x 110	TAK		
20.	Nosze płachtowe	TAK		
21.	Szyna wyciągowa TS 01	TAK		
22.	Stabilizator pediatryczny typu PEDI KIT	TAK		
XIII.	SERWIS			
1.	Serwis pojazdu bazowego / powłoki lakierniczej / perforacji nadwozia realizowany w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki ambulansu	TAK		
2.	Serwis zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej oraz sprzętu medycznego w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej oraz sprzętu medycznego) realizowany w siedzibie Zamawiającego	TAK		
3.	Reakcja serwisu zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej oraz sprzętu medycznego w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max. 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy <u>w siedzibie Zamawiającego</u> w czasie nie dłuższym jak max. 48 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny).	TAK (podać ilość godzin)		
4.	Reakcja serwisu pojazdu bazowego/powłoki lakierniczej/perforacji nadwozia w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max. 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w stacjach obsługi w odległości drogowej do 100 km od siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym jak max. 48 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny).	TAK (podać ilość godzin)		

5.	Wykonanie napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego /zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej/ sprzętu medycznego/ powłoki lakierniczej/ perforacji nadwozia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia	Tak		
5.	Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 48 godzin (od momentu zawnioskowania przez Zamawiającego) do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania OPZ, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni (podać z dokładnością do 1 godziny)	TAK (podać ilość godzin)		
6.	Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 48 godzin (od momentu zawnioskowania przez Zamawiającego) do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego / zastępczego sprzętu medycznego spełniającego wymagania OPZ, jeśli czas naprawy zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej lub sprzętu medycznego, który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni (podać z dokładnością do 1 godziny)	TAK (podać ilość godzin)		
XIV.	GWARANCJA			
1.	Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - 60 miesięcy (bez limitu km)	TAK		
2.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy.	TAK (określić ilość miesięcy)		
3.	Gwarancja na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną – min. 24 miesiące - parametr punktowany	TAK (określić ilość miesięcy)		
4.	Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesięcy - parametr punktowany	TAK (określić ilość miesięcy)		
5.	Gwarancja na perforację nadwozia – min. 120 miesięcy.	TAK (określić ilość miesięcy)		
6.	Gwarancja na dostarczony ambulans, sprzęt medyczny i wyposażenie obejmuje m.in:	TAK		

	<p>- bezpłatne przeglądy okresowe samochodu w okresie 5 lat (do 250 000 kilometrów), w zakresie których wejdzie m.in.: wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, klocków hamulcowych, tarcz i innych komponentów zalecanych przez producenta a w zależności od producenta, modelu czy przebiegu auta – także wymianę płynu chłodniczego, świateł, sprawdzanie stanu układu hamulcowego, kierowniczego i wydechowego oraz diagnostykę komputerową.</p> <p>- bezpłatne przeglądy sprzętu medycznego i wyposażenia w okresie gwarancji zgodnie z wymogami określonymi przez producenta, bez dodatkowego wzywania ze strony Zamawiającego w tym bezpłatne przeglądy techniczne i konserwację tj. czynności, których zakres określają zalecenia producenta sprzętu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego sprzętu medycznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) oraz z zachowaniem ciągłości przeglądów),</p> <p>- wymiana / naprawa zgodnie z zapisami umowy,</p> <p>- bezpłatny dojazd serwisu lub przesłanie sprzętu do serwisu, robocizną itp.</p> <p>- bezpłatne inne czynności niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych.</p>			
7.	<p>Zapewnienie w okresie min. 10 lat od daty przekazania ambulansu Zamawiającemu dostępności części zamiennych ambulansu i wszystkich elementów sprzętowych zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej, takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonych części i osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to pojazdu bazowego oraz wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu bazowego na ambulans sanitarny.</p>	TAK		

8.	Folder/broszura/katalog/prospekt /instrukcje – potwierdzające oferowane zgodnie z wymogiem parametry Dokument potwierdzający , że oferowany sprzęt medyczny jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności.	TAK		
9.	Wraz z dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansów, w szczególności: 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia; 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne); 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu; 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; 5) wymagane obowiązującymi przepisami: a) Świadectwo homologacji ambulansu; b) Kartę pojazdu (o, ile dotyczy) c) Książkę serwisową d) Atesty (o, ile dotyczy) e) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1 lub równoważnymi;	TAK		
10.	Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia przełączników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu	TAK		
11.	Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliższej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsługi i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego.	TAK		

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ambulans transportowy z wyposażeniem	kpl.	1						
					RAZEM				

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) opis przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do SWZ,
- 2) aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B) i niekompletnego (samochodu bazowego)
- 3) raport/protokół z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej) wystawionego przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, dotyczącego oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonego na oferowanej marce i modelu ambulansu
- 4) protokół/raport z badań ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną wystawionego przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, dotyczącego oferowanego mocowania noszy do stołu medycznego zamontowanego w oferowanej marce i modelu ambulansu
- 5) dokument (raport/protokół z badań) potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną, dla oferowanej marki i modelu ambulansu.

- 6) potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania zabudowy specjalnej na ścianie działowej będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g.
- 7) potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania zabudowy specjalnej na ścianie lewej i prawej będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g .
- 8) Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub złożenie dokumentów wskazujących na niezgodność oferowanego ambulansu oraz wyposażenia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa

Siedziba

Tel. / fax.

NIP

REGON

E-mail

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto:, **VAT:**, **Brutto:****(słownie brutto:** **złotych).**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że udzielamy **60 miesięcy gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
3. Oświadczamy, że udzielamy **miesięcy gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
4. Oświadczamy, że udzielamy **miesięcy gwarancji na sprzęt medyczny**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
5. Oświadczamy, że udzielamy **miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze ambulansu**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
6. Oświadczamy, że udzielamy **miesięcy gwarancji na perforację nadwozia**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy do dnia 29 listopada 2024 r.
8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.
9. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: tel., e-mail.....
10. Oferta **zawiera/nie zawiera** * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej **nie wiąże/wiąże*** się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, po stronie Zamawiającego.
12. Oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest: **mikroprzedsiębiorstwem***, **małym przedsiębiorstwem ***, **średnim przedsiębiorstwem*** **dużym przedsiębiorstwem***.
13. Oświadczam, że **zamierzam/nie zamierzam*** powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom.....

14. Integralną Część Formularza Ofertowego stanowi wypełniony załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia).
15. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą podpisywać umowę są:

.....
stanowisko

.....
imię i nazwisko

16. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

*„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ****

***** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.**

*** - niepotrzebne skreślić**

.....
*imię i nazwisko podpis uprawnionego
przedstawiciel*

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w **SWZ**.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt **SWZ**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....,
w następującym zakresie:

..... (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w przedmiotowym postępowaniu oświadczenie należy wykreślić. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie” oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ, w następującym zakresie **tj. dotyczy warunku udziału określonego w pkt SWZ**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawy Pzp.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:.....
.....

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczenia należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie” oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:.....
.....

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniu należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał niezapełnienie jego treści

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot, który reprezentuje w niniejszym postępowaniu zrealizował/realizuje wymienione w tabeli dostawy/usługi, tj. przynajmniej 2 dostawy ambulansów o wartości min. 450.000,00 zł brutto każda.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Lp.	Nazwa Zamawiającego u którego wykonano lub wykonuje się zamówienie	Adres Zamawiającego	Terminy realizacji zamówienia	Wartość zamówienia brutto

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych
wyżej zamówień

Miejsce i data

.....
*Podpisy i pieczętki imienne przedstawicieli
 Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania*

**„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej”**

W związku z udziałem w postępowaniu pn. „Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie” jako Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby* ubiegający się o udzielenie zamówienia

..... (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że:

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz.1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;¹

- 2) przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689) z następującym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, tj.:¹

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy, który przynależy do tej samej grupy kapitałowej i złożył odrębną ofertę)

Jednocześnie w celu wykazania braku podstawy wykluczenia składam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy wskazanego w pkt 2 powyżej.²

.....

¹ niepotrzebne skreślić lub usunąć

² w przypadku złożenia oświadczenia w pkt 2 należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub przedstawić informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy przynależącego do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy Podmiotu udostępniającego zasoby*
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego w ZOZ we Włoszczowie” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawa Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ o których mowa:

- w art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 ustawa Pzp
- w art. 109 ust 1 pkt 1 ustawa Pzp

są aktualne na dzień ich złożenia oraz są zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji. Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję w dalszym ciągu brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* Niepotrzebne skreślić

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) (nazwa i adres Wykonawcy)
 - 2) (nazwa i adres Wykonawcy)
 - 3) (nazwa i adres Wykonawcy)
- w postępowaniu pn. oświadczamy, że:

- 1) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI.I ust. 1 lit d SWZ spełnia:**

.....
.....

(wskazanie danych Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona dostawy/usługi, do których spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale XI.I ust. 1 lit d SWZ jest wymagane, tj. zakres przedmiotowy określony w przedmiocie zamówienia.

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR /.... /2024
na zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego
w ZOZ we Włoszczowie**

zawarta w dniu2024 r. we Włoszczowie pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000057160, NIP 6561855908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

.....,
przy kontrasygnacie.....,
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,
a

.....
.....
zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia trybu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest **dostawa ambulansu transportowego (typ B) z wyposażeniem** (zwanego dalej „**ambulansem**”) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 1. nr 1 - *Formularz ofertowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia,*
 2. nr 2 - *Certyfikat zgodności z aktualną wersją normy EN 1789,*

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ambulansu o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ambulansu, spełniającego parametry techniczne wyszczególnione w *załączniku nr 1_z* do wskazanego miejsca, **w terminie do dnia 29.11.2024 r.**
3. Przekazanie ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym *na* zasadach określonych w § 4.
4. Wykonawca gwarantuje, iż ambulans spełnia warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia na podstawie

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 502);

5. Wykonawca gwarantuje, że ambulans spełnia wymagania określone w normie PN-EN 1789 w zakresie dotyczącym ambulansu drogowego typu B oraz posiada ważną homologację na samochód zabudowany, zgodną ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
6. Wykonawca gwarantuje, iż wyposażenie medyczne ambulansu dopuszczone jest do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.)
7. Wykonawca gwarantuje, że ambulans jest fabrycznie nowy. Za fabrycznie nowy ambulans Zamawiający uzna pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r., którego pierwszym użytkownikiem będzie Zamawiający.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi **zł netto** (słownie:), **tj.** **zł brutto** (słownie:), przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT, w tym:
2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy w tym:
 - 1) koszt pojazdu;
 - 2) koszt dostawy tj. koszt dostarczenia ambulansu do siedziby Zamawiającego
 - 3) koszt zabudowy części medycznej;
 - 4) koszt wyposażenia medycznego;
 - 5) koszt gwarancji;
 - 6) koszt ubezpieczenia dostawy do czasu przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji;
 - 7) podatek od towarów i usług (VAT);
 - 8) koszt udzielenia instruktażu personelowi wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie obsługi Przedmiotu umowy;
 - 9) koszty cła, podatku granicznego (jeśli dotyczy)
 - 10) koszt ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przekazanej Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu umowy (jeśli dotyczy)
 - 11) ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług.
 - 12) koszty przeglądów okresowych.
3. Wynagrodzenie brutto jest niezmienne (bez względu na ryzyko Wykonawcy), stałe i nie będzie podlegało żadnym zmianom.
4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu zrealizowanej dostawy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury za dostarczony Przedmiot umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostarczonego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym podpisany przez obie Strony.
5. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonana będzie w terminie do **30 dni liczonych** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
8. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust.5, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności, przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).
10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 10, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) (dalej jako: wykaz).
12. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 12, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 5, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada **NIP**

§ 4

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie **do dnia 29.11.2024 r.** Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Przedmiot Umowy Wykonawca swoim kosztem i staraniem podstawia na parking przy **Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa** (miejsce wydania).
2. Wraz z dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansów, w szczególności:
 - 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia;
 - 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
 - 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu;
 - 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - 5) wymagane obowiązującymi przepisami:
 - a) Świadectwo homologacji ambulansu;
 - b) Kartę pojazdu (o ile dotyczy)
 - c) Książkę serwisową
 - d) Atesty (o, ile dotyczy)
 - e) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1
3. Przekazane Zamawiającemu dokumenty powinny być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności

organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

4. Wykaz przekazanych dokumentów znajdzie odzwierciedlenie w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one być przetłumaczone na język polski.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przekazania Przedmiotu umowy w formie pisemnej, faksowej bądź mailowej, co najmniej na 3 dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.
6. Odbiór Przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym (bez zastrzeżeń) podpisanym przez Strony umowy.

§ 5

1. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokonają odbioru Przedmiotu umowy.
2. Odbiór Przedmiotu umowy odbędzie się po sprawdzeniu jakości, wagi oraz spełnienia wymogów techniczno - użytkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem sprawności i zdolności do użycia pojazdu oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z niniejszej umowy.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu, Zamawiający powoła biegłego/rzeczoznawcę z zakresu techniki motoryzacyjnej lub/i odpowiednio podmiot uprawniony do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy też dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdów, który dokona czynności odbiorowych. Koszty biegłego ponosi Wykonawca.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że Przedmiot umowy nie odpowiada warunkom określonym w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu, ofercie Wykonawcy, obowiązującym normom lub niniejszej umowie Strony odstąpią od podpisania protokołu i wyznaczą kolejny termin odbioru.
5. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń.
6. przez Strony stanowić będzie ostateczne potwierdzenie odebrania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca udzieli **60 miesięcy gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
2. Wykonawca udzieli **miesięcy gwarancji na zabudowę medyczną/specjalną sanitarną**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
3. Wykonawca udzieli **miesięcy gwarancji na sprzęt medyczny**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
4. Wykonawca udzieli **miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze ambulansu**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

5. Wykonawca udzieli**miesiący gwarancji na perforację nadwozia**, której ważność rozpocznie się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
6. Okres gwarancji odpowiednio pojazdu bazowego /zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej/ sprzętu medycznego/ powłoki lakierniczej/ perforacji nadwozia zostanie potwierdzony w karcie gwarancyjnej.
7. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek awarii lub usterki pojazdu bazowego/ zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej/ sprzętu medycznego/ powłoki lakierniczej/ perforacji nadwozia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o konieczności wykonania naprawy telefonicznie: i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia w formie pisemnej pocztą elektroniczną (e-mail:).
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego /zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej/ sprzętu medycznego/ powłoki lakierniczej/ perforacji nadwozia opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej i sprzętu medycznego w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max. 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia (wymóg minimalny).
10. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu pojazdu bazowego/ powłoki lakierniczej/ perforacji nadwozia w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max. 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w stacjach obsługi w odległości drogowej do 100 km od siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym jak max. 48 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny).
11. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna:
 - 1) zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej lub sprzętu medycznego nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego lub nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na czas naprawy na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy/zastępczy sprzęt medyczny spełniający/ce wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu w czasie do 48 godz. od momentu złożenia wniosku przez Zamawiającego. Z wnioskiem o dostarczenie ambulansu zastępczego/zastępczego sprzętu medycznego Zamawiający ma prawo wystąpić przed upływem 5-ego dnia roboczego naprawy, o ile z informacji uzyskanej od serwisu wynikało będzie, że naprawa nie zostanie wykonana w terminie 5 dni roboczych.
 - 2) pojazdu bazowego / powłoki lakierniczej / perforacji nadwozia nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, Wykonawca ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w czasie do 48 godz. od momentu złożenia wniosku przez Zamawiającego. Z wnioskiem o dostarczenie ambulansu zastępczego Zamawiający ma prawo wystąpić przed upływem 5-ego dnia roboczego naprawy, o ile z informacji uzyskanej z autoryzowanej stacji obsługi wynikało będzie, że naprawa nie zostanie wykonana w terminie 5 dni roboczych.
12. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 11 powyżej Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego/zastępczego sprzętu medycznego spełniającego minimalne wymagania techniczno - użytkowe, Zamawiający ma prawo zapewnić sobie, do czasu wykonania naprawy, ambulans/sprzęt medyczny spełniający takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
13. Serwis, przeglądy gwarancyjne i okresowe pojazdu bazowego, powłoki lakierniczej, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej i wyposażenia medycznego wykonywane będą

nieodpłatnie przez Wykonawcę w okresie gwarancji. Gwarancja na dostarczony ambulans, sprzęt medyczny i wyposażenie obejmuje m.in:

- bezpłatne przeglądy okresowe samochodu w okresie 5 lat (do 250 000 kilometrów), w zakres których wejdzie m.in.: wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, klocków hamulcowych, tarcz i innych komponentów zalecanych przez producenta a w zależności od producenta, modelu czy przebiegu auta – także wymianę płynu chłodniczego, świece, sprawdzanie stanu układu hamulcowego, kierowniczego i wydechowego oraz diagnostykę komputerową,

- bezpłatne przeglądy sprzętu medycznego i wyposażenia w okresie gwarancji zgodnie z wymogami określonymi przez producenta, bez dodatkowego wzywania ze strony Zamawiającego w tym bezpłatne przeglądy techniczne i konserwację tj. czynności, których zakres określają zalecenia producenta sprzętu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego sprzętu medycznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) oraz z zachowaniem ciągłości przeglądów),

- wymiana / naprawa zgodnie z zapisami umowy,

- bezpłatny dojazd serwisu lub przesłanie sprzętu do serwisu, robocizną itp.

- bezpłatne inne czynności niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych.

14. W przypadku awarii dostarczonego przez Wykonawcę ambulansu zastępczego, przez co rozumie się awarię pojazdu bazowego lub zabudowy medycznej/specjalnej sanitarnej Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w terminie 3 dni roboczych bądź zapewnić kolejny ambulans zastępczy w ciągu 72 godzin.
15. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady ani z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej (w szczególności nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Zamawiającemu a wynikających z obowiązujących przepisów prawa).
16. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w art. 577¹ KC.

§ 7

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy są:
 -, tel., e-mail
 -, tel., e-mail
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia jest, tel., e-mail

§ 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) za zwłokę w wydaniu Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
 - 3) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 8 w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- 4) za zwłokę w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 9 i 10 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 5) za zwłokę w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 11 pkt 1 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 6) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 11 pkt 2 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 7) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 14 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 8) w przypadku, braku reakcji Wykonawcy na informację o której mowa w § 10 ust. 20 umowy, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.).
 3. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wartości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 4. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych także po odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku dostarczenia na czas naprawy ambulansu lub wyposażenia medycznego, zastępczego ambulansu o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 ÷ 7 niniejszej umowy.
 6. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości określonej w § 3 ust. 1. Umowy.

§ 9

1. Zamawiający, poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym, może odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
 - 1)zwłoki Wykonawcy w dostawie Przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni roboczych, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do 90 dni od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni roboczych;
 - 2)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 10

1. Strony umowy ustalają, że dostawy zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę dostaw będących przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:
- a)
- Nazwa podwykonawcy:
 - Opis powierzonych części zamówienia:
 - Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp(tak/nie)
- b)
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:
- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
 - brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt. 27 ustawy Pzp.
10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:
- a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;
- b) zakres prac przewidzianych do wykonania;
- c) termin realizacji prac, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
- d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
- e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie prac, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);

- f) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usług/ dostawy, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
 12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
 13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
 14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
 15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.
 16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:
 - a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
 - b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;
 - c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru dostaw przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;
 - d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na usługi/ dostawy z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;
 - e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;
 - f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy
 17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.
 18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową, o czym Wykonawca poinformuje podwykonawcę pisemnie.

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
20. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
21. Procedurę, o której mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
22. Wykonawca, powierzając realizację usług podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Zamawiający nie odpowiada za zapłatę wynagrodzeni podwykonawcom, w szczególności jeśli zgłosił zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

§ 11

1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w ustawie Pzp lub wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
 - 2) nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
 - 3) wystąpi konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony (lub jedną ze stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
3. Decyzja o zmianie umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu ze względu na wystąpienie jednej z okoliczności, o których stanowi ust.2, należy do Zamawiającego.
4. Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego wynikające z przekształceń własnościowych Zamawiającego.
5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.
6. Jeżeli Umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany.
7. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upoważnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.
8. Wszelkie istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, będą w pełni skuteczne.
9. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod

jakimkolwiek tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w formie pisemnej.

10. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921¹-921⁵ Kodeksu Cywilnego), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) lub innych umów nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 lub 518 Kodeksu Cywilnego, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.
3. Jeżeli postanowień umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na Zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz dokumenty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 14

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Opiszem przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - Certyfikat zgodności z aktualną wersją normy PN-EN 1789

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający